



V Trenčíne, dňa 27.11.2023

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	USG prístroje pre Kliniku pediatrie
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 31.10.2023, pod č. 00665721-2023 a vo Vestníku VO č. 110/2023 dňa 02.11.2023 pod sp.zn.č. 35411 -MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 1

V Technickej špecifikácii v položke č. 153 sa uvádza:

„Detská kardiologická sonda s frekvenčným rozsahom min. 2-9 MHz, FOV min. 90° "

Verejný obstarávateľ žiada pri prístroji Ultrasonografický prístroj pre kardiologickú ambulanciu pri sondovom vybavení prístroja parameter „Detská kardiologická sonda s frekvenčným rozsahom min. 2-9 MHz, FOV min. 90°“. Náš výrobca disponuje frekvenčným rozsahom 3-9 MHz pri detskej kardiologickej sonde. Ide o zanedbateľný ekvivalent. Bude Verejný obstarávateľ akceptovať túto minimálnu odchýlku od pôvodnej požiadavky, bez straty kvality zobrazenia?

Odpoveď 1:

Verejný obstarávateľ akceptuje túto odchýlku od pôvodnej požiadavky, nakoľko zníženie rozsahu na 3-9 MHz je minimálne. V praktickom vyšetrení nedochádza k strate kvality zobrazenia. Nové znenie technického parametra a hodnoty technického parametra znie: „Detská kardiologická sonda s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz, FOV min. 90°“.

Mgr. Martina Blahová
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa