



záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SE-VO2-2023/004439

Vybavuje/linka  
Mgr. Hláčik

Bratislava  
4.8.2023

## Vec

### Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení –

- I. Vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky č. 4
- II. Oznámenie o zmene SP č. 4

#### I.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám poskytujeme Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 4/ Oznámenie o zmene SP č. 4 v zákazke s názvom „**Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení**“, v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému s názvom „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS“, ktoré verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty.

#### Otázka č. 1

„Verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 3 Štruktúrovaný rozpočet pre časť predmetu zákazky E (UV dekontaminačný box) rôzny požadovaný počet kusov. V Opise predmetu zákazky uvádza 2 kusy a v Štruktúrovanom rozpočte uvádza 8 kusov. Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie požadovaného počtu kusov predmetnej položky.“

#### Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ uvádza, že správne množstvo položky „UV dekontaminačný box“ je 8 kusov tak, ako je uvedené v Prílohe č. 3 Štruktúrovaný rozpočet pre časť predmetu zákazky E, ako aj v elektronickom formulári systému JOSEPHINE.

#### Otázka č. 2

„Verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky pre časť predmetu zákazky E (UV dekontaminačný box), nasledovné požiadavky (mimo iných) na funkcie a vlastnosti:

- „Prenosný“,
- „Filtre min. na úrovni Hepa filtra s identifikáciou životnosti“,
- „Meranie prietoku vzduchu v reálnom čase“.

Podľa nášho názoru, vzhľadom na bežné rozmery a hmotnosť komponentov zabezpečujúcich cirkuláciu a filtrovanie vzduchu v podobných systémoch danej triedy sú súčasné požiadavky na cirkuláciu a filtrovanie vzduchu a na prenosnosť zariadenia, uvedené v súťažných podkladoch, protichodné. Je možné, že sa jedná o chybu v opise a niektorá/niektoré z vyššie uvedených protichodných požiadaviek sú nesprávne, resp. nesprávne priradené k časti predmetu zákazky E? Ak sa nejedná o chybu, žiadame verejného obstarávateľa o detailnejšie vysvetlenie požiadavky na prenosnosť zariadenia, napr. uvedením požadovanej maximálnej hmotnosti a rozmerov.“

#### Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ uvádza, že parameter „meranie prietoku vzduchu v reálnom čase“ je v špecifikácii zaradený omylom a nevzťahuje sa k predmetnej položke „UV dekontaminačný box“. Verejný obstarávateľ ďalej uvádza, že prenosnosťou zariadenia sa rozumie možnosť jeho umiestnenia do motorového vozidla určeného na výjazdy na miesto

činu (*VW Crafter*), hmotnosť max. 60 kg a rozmery max. 800 mm x 800 mm x 800 mm (výška, šírka, hĺbka). Verejný obstarávateľ dopĺňa aj ilustračné obrázky uvedeného tovaru.

**II.**

Verejný obstarávateľ oznamuje, že s ohľadom na vyššie uvedené zmeny mení (dopĺňa) predmetnú časť prílohy č. 1 SP – Opis predmetu zákazky. Aktualizovanú verziu predmetnej prílohy zároveň uverejňuje na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty.

---

Mgr. Ľuboš Hláčik  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa