



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN  
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:  
R-2815/OVO-790/23/Du

v Martine, dňa:  
25.07.2023

**Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov**

Vážený záujemca,

na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie informácií k nadlimitnej zákazke „**Endoskopická technika - tenký intubačný bronchoskop**“, ktorá bola uverejnená v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 14.07.2023 pod číslom 2023/S 134-423746 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 139/2023 zo dňa 17.07.2023 pod označením 23291-MST, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozmer na distálnom konci v hodnote 3,1 mm. Požadované rozpätie je 3,4 mm-3,8 mm.

**Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení minimálneho technicko-medicínskeho parametru, t.j. „2. Vonkajší rozmer na distálnom konci od 3,4 mm do 3,8 mm“

Tenší rozmer na distálnom konci tenkého intubačného bronchoskopu zhoršuje manipuláciu s dvojluminovou kanylou v prípade obtiažnej intubácie a potreby použitia bronchoskopu ako vodiča pre kanylu.

S pozdravom

.....  
MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA  
riaditeľ UNM