

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ vykonal v **mesiaci 08-09/2023** prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „**Transkraniálny doppler vrátane pozáručného servisu**“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.

Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk a <https://josephine.proebiz.com/sk/>.
Verejný obstarávateľ zaslal výzvu na účasť v PTK 3 potencionálnym dodávateľom. Prostredníctvom sw. Josephine sa o PTK zaujímal 1 ďalší dodávateľ.
Svoju ponuku predložil 1 potencionálny dodávateľ

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Transkraniálny doppler vrátane pozáručného servisu

1.2 CPV:

33112000-8 Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia

50421000-2 Opravy a údržba lekárskeho zariadení

80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Transkraniálny doppler vrátane pozáručného servisu.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

- Áno
 Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1	Transkraniálny doppler	ks	1
Položka č. 2	Pozáručný servis pre položku č.1	mesiac	60

3.2 Dostupnosť na trhu:

- Bežná dostupnosť
 Nie bežná dostupnosť

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		Dodávateľ č. 1	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		<p>MEDATA, spol. s r.o. Milady Horákové 11 Brno 602 00 ČR</p> <p>Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty</p>	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka č. 1 - Transkraniálny doppler		Položka č.1	Položka č. 1 - Transkraniálny doppler
1.	Nákup nového, nepoužívaného prístroja s príslušenstvom, v 1. akostnej triede, v originálnom balení vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, inštalácie a uvedenia do prevádzky, likvidácie prepravných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.	Áno / ATYS TCDx holterovský systém	1. Nákup nového, nepoužívaného prístroja s príslušenstvom, v 1. akostnej triede, v originálnom balení vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, inštalácie a uvedenia do prevádzky, likvidácie prepravných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.
2.	Objednávateľ požaduje prístroj a príslušenstvo, ktoré sú certifikované a schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a vyhovujú platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným predpisom.	Áno / TCDx má certifikaci EU , SUKL/ŠUKL	2. Objednávateľ požaduje prístroj a príslušenstvo, ktoré sú certifikované a schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a vyhovujú platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným predpisom.
3.	Transkraniálna doplerovská ultrasonografia je určená na detekciu intrakraniálnej embolizácie u pacientov s fibriláciou predsiení a nestabilnými karotickými aterosklerotickými plátmí.	Áno / TCDx spĺňa podmienky- účel zadání	3. Transkraniálna doplerovská ultrasonografia je určená na detekciu intrakraniálnej embolizácie u pacientov s fibriláciou predsiení a nestabilnými karotickými aterosklerotickými plátmí.
4.	Schopnosť zaznamenávať údaje: min. 6 hod.	Áno / cca 6 hod (min. 5 hod ... dle stavu baterie)	4. Schopnosť zaznamenávať údaje: min. 6 hod.
5.	Hmotnosť modulu: max. 400 g	Áno / 350 g	5. Hmotnosť modulu: max. 400 g
6.	Frekvencia systému: min. 1,5 a max. 5 MHz	Áno / 1,5 MHz	6. Frekvencia systému: min. 1,5 a max. 5 MHz
7.	Počet rýchlostí v stupňoch: min. 0 a max. 18 stupňov	Áno / Voltielný rozsah rychlostí- 100 i 150 cm/s	7. Počet rýchlostí v stupňoch: min. 0 a max. 18 stupňov
8.	Záruka: 24 mesiacov	Áno / 24 měsíců	8. Záruka: 24 mesiacov
9.	Použitie: ambulantné monitorovanie detekcie embólie	Áno / Dlouhodobé monitorování TCD signálu s detecí embolií	9. Použitie: ambulantné monitorovanie detekcie embólie
10.	Rozmery modulu: cca 150 x 92 x 28 mm	Áno / 150 x 92 x 28 mm, 0,35 kg	10. Rozmery modulu: cca 150 x 92 x 28 mm
11.	Klasifikácia ES: Trieda II a	Áno / Třída II a	11. Klasifikácia ES: Trieda II a

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

12.	System kvality: certifikácia ISO 13485	Áno / TCD-X spĺňuje ISO 13485	12.	System kvality: certifikácia ISO 13485
13.	Analógový vstupno / výstupný modul, ktorý pri pripojení TCD k PC umožňuje export analógových údajov do analógových vstupov iných zariadení; importovanie analógových údajov z analógového výstupu iných zariadení	Áno / TCD-x má analógový input/output port	13.	Analógový vstupno / výstupný modul, ktorý pri pripojení TCD k PC umožňuje export analógových údajov do analógových vstupov iných zariadení; importovanie analógových údajov z analógového výstupu iných zariadení
14.	Ambulantné monitorovanie detekcie embólie:	Áno / Detekce embolií při přehrání záznamu na PC	14.	Ambulantné monitorovanie detekcie embólie:
14.1	robotizovaná, samonastaviteľná sonda	Áno / Bilaterální robotická sonda	14.1	robotizovaná, samonastaviteľná sonda
14.2	algoritmus autosearch obnoví insonizáciu ciev, keby kvalita signálu klesla	Áno / Automatický vyhledávací algoritmus	14.2	algoritmus autosearch obnoví insonizáciu ciev, keby kvalita signálu klesla
14.3	rekordér - malý, ľahký a napájaný z batérie s dobou záznamu dlhšou ako 5 hodín	Áno / 150 x 92 x 28 mm, 0,35 kg	14.3	rekordér - malý, ľahký a napájaný z batérie s dobou záznamu dlhšou ako 5 hodín
14.4	pacient nemusí byť pripojený k stacionárnemu TCD	Áno / Nemusí být připojen ke stacionárnímu TCD zařízení	14.4	pacient nemusí byť pripojený k stacionárnemu TCD
14.5	automatické dodatočné spracovanie zaznamenaného signálu TCD na detekciu embólie. Každá embolická udalosť je označená a operátor má plný prístup k svojmu spektrálnemu podpisu a jeho zvukovej charakteristike. Upevnenie sondy, ktoré umožní dlhodobé monitorovanie embolizácií.	Áno / TCDx holter plně spĺňuje požadavky zadavatele	14.5	automatické dodatočné spracovanie zaznamenaného signálu TCD na detekciu embólie. Každá embolická udalosť je označená a operátor má plný prístup k svojmu spektrálnemu podpisu a jeho zvukovej charakteristike. Upevnenie sondy, ktoré umožní dlhodobé monitorovanie embolizácií.
15.	Automatické funkcie:	xxx	15.	Automatické funkcie:
15.1	pri inštalácii sondy na hlavu pacienta je TCDx pripojený k počítaču vybavenému špeciálnym Dopplerovým softvérom.	Áno	15.1	pri inštalácii sondy na hlavu pacienta je TCDx pripojený k počítaču vybavenému špeciálnym Dopplerovým softvérom.
15.2	robotizovaná sonda je umiestnená na akustickom okne. Dopplerovské spektrum sa zobrazuje v reálnom čase na displeji PC.	Áno / Dvě robotické sondy umístěné na hlavě pacienta bilaterálně	15.2	robotizovaná sonda je umiestnená na akustickom okne. Dopplerovské spektrum sa zobrazuje v reálnom čase na displeji PC.
15.3	nastavenie a riadenie prostredníctvom počítača	Áno	15.3	nastavenie a riadenie prostredníctvom počítača
15.4	Dopplerov signál je optimalizovaný pomocou softvérového modulu autosearch	Áno	15.4	Dopplerov signál je optimalizovaný pomocou softvérového modulu autosearch
15.5	možnosť odpojenia TCD od PC	Áno	15.5	možnosť odpojenia TCD od PC
15.6	automatické zaznamenávanie TCD signálu, schopnosť vyhľadať najlepší signál v predvolenom nastavení intervalu, alebo keď signál slabne	Áno	15.6	automatické zaznamenávanie TCD signálu, schopnosť vyhľadať najlepší signál v predvolenom nastavení intervalu, alebo keď signál slabne
15.7	uloženie celého Dopplerovho signálu na pamäťovej karte	Áno	15.7	uloženie celého Dopplerovho signálu na pamäťovej karte
15.8	po období sledovania sa Dopplerov signál stiahne do počítača na analýzu pomocou vysokorychlostného a sporahlivého softvéru na detekciu embólie. Embolické udalosti sú izolované a prezentované tak, aby operátor nemusel kontrolovať celú monitorovaciu reláciu	Áno	15.8	po období sledovania sa Dopplerov signál stiahne do počítača na analýzu pomocou vysokorychlostného a sporahlivého softvéru na detekciu embólie. Embolické udalosti sú izolované a prezentované tak, aby operátor nemusel kontrolovať celú monitorovaciu reláciu
16.	Možnosť fixácie rámu na hlave pacienta.	Áno	16.	Možnosť fixácie rámu na hlave pacienta.
17.	Umiestnenie sondy v oblasti akustického temporálneho okna.	Áno / Pomocí tužkové 2 MHz TCD sondy	17.	Umiestnenie sondy v oblasti akustického temporálneho okna.
18.	Orientácia sondy: automatická	Áno / Po primárním vyhledání akust.okénka tužkovou sondou 2 MHz probíhá dostavení sond v "helmě" automaticky	18.	Orientácia sondy: automatická

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

19.	Jednostranný Doppler; Dopplerov signál sa dá zaznamenať buď na ľavú alebo na pravú stranu.	Áno / Současná verze je bilaterální	19.	Jednostranný Doppler; Dopplerov signál sa dá zaznamenať buď na ľavú alebo na pravú stranu.
20.	TCD obsahuje:	xxx	20.	TCD obsahuje:
20.1	systém na udržiavanie sondy v časovom akustickom okne pacienta	Áno	20.1	systém na udržiavanie sondy v časovom akustickom okne pacienta
20.2	špeciálny rám na okuliare (tri rámy rôznych veľkostí)	Áno / Hlavní rám je tvaru "pásková helma"	20.2	špeciálny rám na okuliare (tri rámy rôznych veľkostí)
20.3	robotizovaná transkraniálna sonda s jej protikusom; protikus vyvažuje rám okuliarov vybavený robotizovanou sondou; orientácia sondy je automaticky nastavená vďaka dvom servomotorom	Áno / V případě použití bilaterálního měření se protikus nepoužije	20.3	robotizovaná transkraniálna sonda s jej protikusom; protikus vyvažuje rám okuliarov vybavený robotizovanou sondou; orientácia sondy je automaticky nastavená vďaka dvom servomotorom
21.	Moduly umožňujú: používateľovi nastaviť Dopplerove parametre, keď je pripojený k počítaču, používateľ začne monitorovať záznam Dopplerovho signálu na pamäťovú kartu, keď je TCD odpojený od PC, automatické nastavenie orientácie sondy pri jej pripojení alebo odpojení od PC, modul je rúchavý a pacient ho ľahko prenáša, keď je vložený do vyhradeného vaku.	Áno	21.	Moduly umožňujú: používateľovi nastaviť Dopplerove parametre, keď je pripojený k počítaču, používateľ začne monitorovať záznam Dopplerovho signálu na pamäťovú kartu, keď je TCD odpojený od PC, automatické nastavenie orientácie sondy pri jej pripojení alebo odpojení od PC, modul je rúchavý a pacient ho ľahko prenáša, keď je vložený do vyhradeného vaku.
22.	Balenie musí obsahovať:	xxx	22.	Balenie musí obsahovať:
22.1	transkraniálna ručná sonda	Áno / 2 MHz	22.1	transkraniálna ručná sonda
22.2	univerzálna nabíjačka	Áno	22.2	univerzálna nabíjačka
22.3	taška na prenášanie cez telo (modul sa vloží do tohto vaku, keď je odpojený od PC a umiestnený na pacienta)	Áno	22.3	taška na prenášanie cez telo (modul sa vloží do tohto vaku, keď je odpojený od PC a umiestnený na pacienta)
23.	Súčasť prístroja:	xxx	23.	Súčasť prístroja:
23.1	softvér na správu pamäťovej karty	Áno	23.1	softvér na správu pamäťovej karty
23.2	transkraniálny Dopplerov softvér pod Windows na úpravu Dopplerových parametrov	Áno	23.2	transkraniálny Dopplerov softvér pod Windows na úpravu Dopplerových parametrov
24.	Softvér umožňuje:	xxx	24.	Softvér umožňuje:
24.1	prehrávanie zaznamenaného Dopplerovho signálu	Áno	24.1	prehrávanie zaznamenaného Dopplerovho signálu
24.2	detekciu embólie na zaznamenanom signále	Áno	24.2	detekciu embólie na zaznamenanom signále
24.3	zobrazenie parametrov VD, Vs, Vm, PI, RI; vykonanie testu vazomotorickej reaktivity	Áno	24.3	zobrazenie parametrov VD, Vs, Vm, PI, RI; vykonanie testu vazomotorickej reaktivity
24.4	export parametrov v súbore Excel	Áno	24.4	export parametrov v súbore Excel
24.5	tlač správ	Áno	24.5	tlač správ
25.	Napájanie TCD: batéria	Áno	25.	Napájanie TCD: batéria
26.	Možnosť pripojiť počítač cez kábel USB.	Áno	26.	Možnosť pripojiť počítač cez kábel USB.
27.	Systém má mať zariadenie na pripojenie k transkraniálnej Dopplerovej ručnej sonde alebo monitorovacej sonde.	Áno / 2 MHz tužková a 1,5 MHz - monitorovací (2x)	27.	Systém má mať zariadenie na pripojenie k transkraniálnej Dopplerovej ručnej sonde alebo monitorovacej sonde.
28.	Z bezpečnostných dôvodov je hodnota TIC vždy <1 bez ohľadu na silu	Áno	28.	Z bezpečnostných dôvodov je hodnota TIC vždy <1 bez ohľadu na silu

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

29.	Systém má mať robotizovanú transkraniálnu Dopplerovu monitorovaciu sondu, ktorá môže:	xxx	29.	Systém má mať robotizovanú transkraniálnu Dopplerovu monitorovaciu sondu, ktorá môže:
29.1	pomôcť nájsť Dopplerov signál pri inštalácii systému na pacienta	Áno	29.1	pomôcť nájsť Dopplerov signál pri inštalácii systému na pacienta
29.2	ak je pacient v pohybe, automaticky sa prispôsobuje	Áno / Jde o holterovský systém - i pro pohybujícího se vyšetřovaného	29.2	ak je pacient v pohybe, automaticky sa prispôsobuje
30.	Dva režimy činnosti systému:	xxx	30.	Dva režimy činnosti systému:
30.1	počas nahrávania Dopplerovho signálu zostáva počítač pripojený k PC	Áno / Je i tato možnost	30.1	počas nahrávania Dopplerovho signálu zostáva počítač pripojený k PC
30.2	pracuje ako Holter	Áno / Samostatný holterovský nahrávač TCD signálu	30.2	pracuje ako Holter
31.	Keď je systém stále pripojený k počítaču, v reálnom čase je možné:	xxx	31.	Keď je systém stále pripojený k počítaču, v reálnom čase je možné:
31.1	Zobraziť Dopplerov signál.	Áno / Je možné sledovat nahrávaný TCD sognál	31.1	Zobraziť Dopplerov signál.
31.2	Nastavenie Dopplerových parametrov na optimalizáciu signálu.	Áno / Umožňuje to softvér	31.2	Nastavenie Dopplerových parametrov na optimalizáciu signálu.
31.3	Vykonať detekciu embólie.	Áno / Signál včetně případných embolií se nahrává, off-line pak vyhodnocuje	31.3	Vykonať detekciu embólie.
31.4	Vkladanie ručných značiek.	Áno	31.4	Vkladanie ručných značiek.
31.5	Zobraziť trendy VD, Vs, Vm, PI, RI.	Áno	31.5	Zobraziť trendy VD, Vs, Vm, PI, RI.
31.6	Vykonať test vazomotorickej reaktivity.	Áno	31.6	Vykonať test vazomotorickej reaktivity.
31.7	Exportovať trendy v súbore Excel.	Áno	31.7	Exportovať trendy v súbore Excel.
31.8	Vytlačiť správy.	Áno	31.8	Vytlačiť správy.
32.	Po zaznamenaní Dopplerovho signálu je možné:	xxx	32.	Po zaznamenaní Dopplerovho signálu je možné:
32.1	Sťahovanie signálu do počítača.	Áno	32.1	Sťahovanie signálu do počítača.
32.2	Prehrať zaznamenaný signál na počítači.	Áno	32.2	Prehrať zaznamenaný signál na počítači.
32.3	Vykonať detekciu embólie na zaznamenanom signáli.	Áno	32.3	Vykonať detekciu embólie na zaznamenanom signáli.
32.4	Vkladanie ručných značiek.	Áno	32.4	Vkladanie ručných značiek.
32.5	Zobraziť trendy VD, Vs, Vm, PI, RI.	Áno	32.5	Zobraziť trendy VD, Vs, Vm, PI, RI.
32.6	Vykonať test vazomotorickej reaktivity.	Áno	32.6	Vykonať test vazomotorickej reaktivity.
32.7	Exportovať trendy v súbore Excel.	Áno	32.7	Exportovať trendy v súbore Excel.
32.8	Vytlačiť správy.	Áno	32.8	Vytlačiť správy.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

33.	Schopnosť generovať správu, ktorá vytlačí alebo uložíť ako súbory .pdf / ods.	Áno	33.	Schopnosť generovať správu, ktorá vytlačí alebo uložíť ako súbory .pdf / ods.
34.	Označenie systém CE.	Áno	34.	Označenie systém CE.
Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č.1		Položka č.2	Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č.1	
1.	Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve objednávateľa.	Áno	1.	Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve objednávateľa.
2.	Plán údržby a revízií.	Áno	2.	Plán údržby a revízií.
3.	O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa.	Áno	3.	O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa.
4.	Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy.	Áno	4.	Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy.
5.	Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online.	Áno	5.	Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online.
6.	Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy.	Áno / Reakce na oznámení poruchy do 24 hodin	6.	Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy.
7.	Odstránenie poruchy do 72 hodín, v prípade nedostupnosti náhradného dielu, po dohode s objednávateľom.	Áno	7.	Odstránenie poruchy do 72 hodín, v prípade nedostupnosti náhradného dielu, po dohode s objednávateľom.
8.	Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00.	Áno	8.	Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00.
9.	Používanie len originálnych náhradných dielov.	Áno	9.	Používanie len originálnych náhradných dielov.
10.	Oprávnenie dodávateľa na servis výrobkov.	Áno / Medata má certifikát od výrobcu	10.	Oprávnenie dodávateľa na servis výrobkov.
11.	Osvedčenie servisného technika na servis zariadení výrobcu.	Áno / Servisní technik má certifikaci výrobce	11.	Osvedčenie servisného technika na servis zariadení výrobcu.

5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK	MEDATA, spol. s r.o. Milady Horákové 11 Brno 602 00 ČR	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa:	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Požaduje sa:
Položka č. 1 a č. 2	Položka č. 1 a č. 2	Položka č. 1 a č. 2
1.	Áno	1.
Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy s pozáručným servisom.		Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy s pozáručným servisom.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

2.	Požaduje sa dodanie prístroja:	xxx	2.	Požaduje sa dodanie prístroja:
2.1.	do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky vystavenej Objednávateľom (do lehoty sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky), pričom vystavenie objednávky je závislé od technologického projektu ponuky úspešného uchádzača a s tým súvisiaciej dĺžky a zložitosti stavebných úprav priestorov, v ktorých bude prístroj umiestnený,	Áno	2.1.	do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky vystavenej Objednávateľom (do lehoty sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky), pričom vystavenie objednávky je závislé od technologického projektu ponuky úspešného uchádzača a s tým súvisiaciej dĺžky a zložitosti stavebných úprav priestorov, v ktorých bude prístroj umiestnený,
2.2.	v pracovných dňoch,	Áno	2.2.	v pracovných dňoch,
2.3.	v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,	Áno	2.3.	v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4.	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	Áno	2.4.	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5.	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	Áno	2.5.	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6.	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	Áno	2.6.	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3.	Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška). Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatiu prístroja oprávneným zástupcom Objednávateľa.	Áno	3.	Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška). Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatiu prístroja oprávneným zástupcom Objednávateľa.
4.	Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v Zmluve.	Áno	4.	Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v Zmluve.
5.	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.	Áno	5.	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

6.	Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia Zmluvy.	Áno	6.	Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia Zmluvy.
7.	Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t. j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	Áno	7.	Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t. j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
8.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	Áno	8.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1.	oprava väd a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	Áno	8.1.	oprava väd a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2.	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom,	Áno	8.2.	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom,
8.3.	vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,	Áno	8.3.	vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,
8.4.	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,	Áno	8.4.	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,
8.5.	vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,	Áno	8.5.	vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,
8.6.	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcu predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky,	Áno	8.6.	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcu predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky,
8.7.	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	Áno	8.7.	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8.	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,	Áno	8.8.	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9.	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,	Áno	8.9.	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

8.10.	technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska.	Áno	8.10.	technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska.
9.	Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 15:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	Áno / Reakce technika do 24 hod	9.	Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 15:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
9.1.	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 15:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	Áno	9.1.	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 15:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
10.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	Áno	10.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1.	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,	Áno	10.1.	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,
10.2.	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.	Áno	10.2.	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.
11.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:	Áno	11.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
11.1.	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,	Áno	11.1.	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
11.2.	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.	Áno	11.2.	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.
12.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	Áno	12.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

13.	V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním e-mailovej správy na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Dodávateľa.	Áno	13.	V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním e-mailovej správy na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Dodávateľa.
14.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	Áno	14.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15.	Požaduje sa poskytovanie pozáručného servisu pre položku č. 1 po dobu 5 rokov (60 kalendárnych mesiacov), pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby.	Áno	15.	Požaduje sa poskytovanie pozáručného servisu pre položku č. 1 po dobu 5 rokov (60 kalendárnych mesiacov), pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby.
16.	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku Objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku Dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady Dodávateľa na mieste určenom Dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené Objednávateľovi.	Áno	16.	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku Objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku Dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady Dodávateľa na mieste určenom Dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené Objednávateľovi.
17.	Požaduje sa vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod, ak sa Objednávateľ a Dodávateľ nedohodnú inak.	Áno	17.	Požaduje sa vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod, ak sa Objednávateľ a Dodávateľ nedohodnú inak.
18.	Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú Objednávateľ Dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:	Áno	18.	Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú Objednávateľ Dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:
18.1.	nástup na výkon opravy do 24 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,	Áno	18.1.	nástup na výkon opravy do 24 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,
18.2.	výkon samotnej opravy do 72 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod., okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak, alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie, alebo vykonanie trvá viac ako 72 hodín.	Áno	18.2.	výkon samotnej opravy do 72 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod., okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak, alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie, alebo vykonanie trvá viac ako 72 hodín.
19.	Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti pozáručnej servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby Objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii Objednávateľovi.	Áno	19.	Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti pozáručnej servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby Objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii Objednávateľovi.
20.	Požaduje sa služby pozáručnej starostlivosti vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja.	Áno	20.	Požaduje sa služby pozáručnej starostlivosti vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja.
21.	Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával autorizovaný servis.	Áno	21.	Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával autorizovaný servis.
22.	Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával činnosti uvedené v zmluve prostredníctvom osôb/servisných technikov s odborným vyškolením výrobcu prístroja.	Áno	22.	Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával činnosti uvedené v zmluve prostredníctvom osôb/servisných technikov s odborným vyškolením výrobcu prístroja.
23.	Požaduje sa, aby Dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.	Áno	23.	Požaduje sa, aby Dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

24.	Požaduje sa vyhotovenie návrhu kalkulácie servisu v súlade s uzatvorenou zmluvou ku každej objednávke. Objednávateľ musí odsúhlasiť cenu a rozsah opravy, najneskôr v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu. V prípade, ak súhlas v uvedenej lehote Dodávateľovi neoznámí alebo ak oznámí, že o opravu už nemá záujem, Dodávateľ je povinný prístroj Objednávateľovi bezodkladne vrátiť, čím objednávku Objednávateľa odmietne.	Áno	24.	Požaduje sa vyhotovenie návrhu kalkulácie servisu v súlade s uzatvorenou zmluvou ku každej objednávke. Objednávateľ musí odsúhlasiť cenu a rozsah opravy, najneskôr v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu. V prípade, ak súhlas v uvedenej lehote Dodávateľovi neoznámí alebo ak oznámí, že o opravu už nemá záujem, Dodávateľ je povinný prístroj Objednávateľovi bezodkladne vrátiť, čím objednávku Objednávateľa odmietne.
25.	Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.	Áno	25.	Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
26.	Požaduje sa poskytnutie minimálne 3-mesačnej záručnej doby na servisné práce od vykonania opravy a 6-mesačnej záručnej doby na dodané náhradné diely od vykonania opravy.	Áno	26.	Požaduje sa poskytnutie minimálne 3-mesačnej záručnej doby na servisné práce od vykonania opravy a 6-mesačnej záručnej doby na dodané náhradné diely od vykonania opravy.
27.	Požaduje sa v prípade náhradných dielov v každom osobitnom prípade súhlas Objednávateľa s kúpou a montážou náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny. Požaduje sa výlučne používanie originálnych náhradných dielov.	Áno	27.	Požaduje sa v prípade náhradných dielov v každom osobitnom prípade súhlas Objednávateľa s kúpou a montážou náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny. Požaduje sa výlučne používanie originálnych náhradných dielov.
28.	V prípade, ak Objednávateľ na základe prieskumu trhu zistí, že:	xxx	28.	V prípade, ak Objednávateľ na základe prieskumu trhu zistí, že:
28.1	cenová ponuka iného dodávateľa je nižšia ako ponuka Dodávateľa, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na rokovanie o znížení ceny originálneho náhradného dielu. Ak sa zmluvné strany na znížení ceny originálneho náhradného dielu nedohodnú, Objednávateľ je oprávnený originálny náhradný diel zakúpiť od dodávateľa, ktorý v prieskume trhu ponúkol nižšiu cenu originálneho náhradného dielu,	Áno	28.1	cenová ponuka iného dodávateľa je nižšia ako ponuka Dodávateľa, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na rokovanie o znížení ceny originálneho náhradného dielu. Ak sa zmluvné strany na znížení ceny originálneho náhradného dielu nedohodnú, Objednávateľ je oprávnený originálny náhradný diel zakúpiť od dodávateľa, ktorý v prieskume trhu ponúkol nižšiu cenu originálneho náhradného dielu,
28.2	nedisponuje inou ponukou ako je ponuka Dodávateľa a zároveň cena originálneho náhradného dielu nie je vyššia ako 10% oproti cene uvedenej v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny, Objednávateľ je oprávnený pristúpiť k vystaveniu objednávky.	Áno	28.2	nedisponuje inou ponukou ako je ponuka Dodávateľa a zároveň cena originálneho náhradného dielu nie je vyššia ako 10% oproti cene uvedenej v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny, Objednávateľ je oprávnený pristúpiť k vystaveniu objednávky.
29.	Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá Dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t. j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.	Áno	29.	Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá Dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t. j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.
30.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutého finančného rozdielu výslednej ceny predmetu zákazky a obvyklej trhovej ceny predmetu zákazky.	Áno	30.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutého finančného rozdielu výslednej ceny predmetu zákazky a obvyklej trhovej ceny predmetu zákazky.
31.	Požaduje sa dohodnutie kúpnej ceny za prístroj a zmluvnej ceny za pozáručný servis v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, pričom budú maximálnymi a záväznými počas platnosti uzatvorenej zmluvy.	Áno	31.	Požaduje sa dohodnutie kúpnej ceny za prístroj a zmluvnej ceny za pozáručný servis v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, pričom budú maximálnymi a záväznými počas platnosti uzatvorenej zmluvy.
32.	Dodávateľ je povinný k faktúre za dodanie prístroja priložiť kópiu preberacieho protokolu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s preberacím protokolom. Povinnou súčasťou faktúry za služby, ktoré sú predmetom položky č. 2 je zmluvnými stranami potvrdený rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu jej poskytnutia v príslušnom kalendárnom mesiaci.	Áno	32.	Dodávateľ je povinný k faktúre za dodanie prístroja priložiť kópiu preberacieho protokolu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s preberacím protokolom. Povinnou súčasťou faktúry za služby, ktoré sú predmetom položky č. 2 je zmluvnými stranami potvrdený rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu jej poskytnutia v príslušnom kalendárnom mesiaci.
33.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vus.ch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.	Áno	33.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vus.ch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

34.	Pozáručný servis (služby, ktoré sú predmetom položky č. 2) bude hradený formou mesačných paušálnych odmien uvedených v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.	Áno	34.	Pozáručný servis (služby, ktoré sú predmetom položky č. 2) bude hradený formou mesačných paušálnych odmien uvedených v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.
35.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja Objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z faktúrovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t.j. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.	Áno	35.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja Objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z faktúrovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t.j. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.
36.	Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	Áno	36.	Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
37.	Zmluvná cena za pozáručný servis zahŕňa celkovú logistiku súvisiacu so servisom prístroja, dopravné a balné náklady, vrátane cestovných nákladov servisného technika do miesta dodania služby a späť a zároveň zvoz do servisného centra a dovoz opraveného prístroja.	Áno	37.	Zmluvná cena za pozáručný servis zahŕňa celkovú logistiku súvisiacu so servisom prístroja, dopravné a balné náklady, vrátane cestovných nákladov servisného technika do miesta dodania služby a späť a zároveň zvoz do servisného centra a dovoz opraveného prístroja.
38.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie pre položku č. 2 ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy bude viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.	Áno	38.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie pre položku č. 2 ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy bude viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.
39.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom, ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	Áno	39.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom, ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
40.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.	Áno	40.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

41.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.	Áno	41.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
42.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	Áno	42.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
43.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	Áno	43.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
44.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení Zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/ . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa.	Áno	44.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení Zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/ . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa.
45.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/	Áno	45.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY

Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		MEDATA, spol. s r.o. Milady Horákové 11 Brno 602 00 ČR	DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY	
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Požaduje sa:	
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	Áno	1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	Prospektový materiál	Áno	2.	Prospektový materiál
3.	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	Áno	3.	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
4.	Oprávnenie dodávateľa na servis výrobkov.	Áno	4.	Oprávnenie dodávateľa na servis výrobkov.
5.	Osvedčenie servisného technika na servis zariadení výrobcu.	Áno	5.	Osvedčenie servisného technika na servis zariadení výrobcu.
6.	Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby V zákazke sa bude požadovať od úspešného uchádzača.	Áno	6.	Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby V zákazke sa bude požadovať od úspešného uchádzača.