

Vysvetlenie SP č. 2

Verejnému obstarávateľovi bola v lehote na predkladanie ponúk doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Žiadosť o vysvetlenie č.2 zo dňa 29.09.2023

Otázka č. 1 *Žiadosti o vysvetlenie záujemcu k položke Polohovateľné elektrické lôžko na intenzívnu starostlivosť vrátane automatického laterálneho náklonu a automatickej váhy + matrac*

„v bode 31 požaduje VO: Integrované plastové delené sklopné bočnice v oblasti hlavy a stredovej časti lôžka, s integrovanými patientskymi ovládačmi, s ochranou proti náhodnému spusteniu. Keďže každý výrobca má jedinečné technické riešenie systému delených plastových bočníc.“

Pre umožnenie transparentnej hospodárnej súťaže navrhujeme upraviť znenie:

Integrované plastové delené sklopné bočnice v oblasti hlavy s integrovanými patientskymi ovládačmi a stredovej časti lôžka, s ochranou proti náhodnému spusteniu, alebo dvojdielne integrované plastové delené sklopné bočnice po celej dĺžke ložnej plochy v oblasti hlavy s integrovanými patientskymi ovládačmi a nožnej časti lôžka, s ochranou proti náhodnému spusteniu.“

ODPOVEĎ k otázke č.1:

Verejný obstarávateľ akceptuje pripomienku záujemcu a upravuje technickú špecifikáciu nasledovne:

Bod 31. Pôvodné znenie

„Integrované plastové delené sklopné bočnice v oblasti hlavy a stredovej časti lôžka, s integrovanými patientskymi ovládačmi, s ochranou proti náhodnému spusteniu “

Bod 31. Nové znenie

„Integrované plastové delené sklopné bočnice v oblasti hlavy a stredovej časti lôžka, s integrovanými patientskymi ovládačmi, s ochranou proti náhodnému spusteniu resp. ekvivalent dvojdielne integrované plastové delené sklopné bočnice po celej dĺžke ložnej plochy v oblasti hlavy s integrovanými patientskymi ovládačmi a nožnej časti lôžka, s ochranou proti náhodnému spusteniu.“

Otázka č.2 *Žiadosti o vysvetlenie záujemcu k položke Polohovateľné elektrické lôžko na intenzívnu starostlivosť vrátane automatického laterálneho náklonu a automatickej váhy + matrac*

„v bode 32 požaduje VO: Sesterský ovládací LCD dotykový panel integrovaný v hlavovej bočnici, s ochranou proti nechcenému polohovaniu, zámkami jednotlivých polôh, zobrazujúci namerané hmotnosti v grafe, umožňujúci programovanie automatického laterálneho náklonu a nastavenie jednotlivých polôh lôžka, s pamäťovými polohami (resuscitačná poloha CPR, kardiacke kreslo, Trendelenburg, mobilizačná poloha). Ovládače v hlavových bočniciach sú definované v bode 31 preto je tento parameter sesterského ovládača v hlavovej bočnici zdvojením ovládacích prvkov. Keďže každý výrobca má jedinečné technické riešenie systému ovládacích prvkov lôžka.

Pre umožnenie transparentnej hospodárnej súťaže navrhujeme upraviť znenie:

Samostatný sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, zámkami jednotlivých polôh, zobrazujúci namerané hmotnosti, umožňujúci programovanie automatického laterálneho náklonu a nastavenie jednotlivých polôh lôžka, s pamäťovými polohami (resuscitačná poloha CPR, kardiacke kreslo, Trendelenburg, mobilizačná poloha)“

ODPOVEĎ k otázke č.2:

Verejný obstarávateľ akceptuje pripomienku záujemcu a upravuje technickú špecifikáciu nasledovne:

Bod 32. Pôvodné znenie

„Sesterský ovládací panel integrovaný v hlavovej bočnici, s ochranou proti nechcenému polohovaniu, zámkami jednotlivých polôh, zobrazujúci namerané hmotnosti v grafe, umožňujúci programovanie automatického laterálneho náklonu a nastavenie jednotlivých polôh lôžka, s pamäťovými polohami (resuscitačná poloha CPR, kreslo, Trendelenburg, mobilizačná poloha)“

Bod 32. Nové znenie

„Sesterský ovládací panel min. samostatný, alebo integrovaný v hlavovej bočnici, s ochranou proti nechcenému polohovaniu, zámkami jednotlivých polôh, zobrazujúci namerané hmotnosti v grafe, umožňujúci programovanie automatického laterálneho náklonu a nastavenie jednotlivých polôh lôžka, s pamäťovými polohami (resuscitačná poloha CPR, kreslo, Trendelenburg, mobilizačná poloha)“

Otázka č. 3 *Žiadosti o vysvetlenie záujemcu k položke Polohovateľné elektrické lôžko na intenzívnu starostlivosť vrátane automatického laterálneho náklonu a automatickej váhy + matrac*

„v bode 39 požaduje VO:

Držiaky na prídavný nožný pár bočníc. V prípade dvoch integrovaných plastových delených sklopných bočníc po celej dĺžke ložnej plochy v oblasti hlavy s integrovanými patientskymi ovládačmi a nožnej časti lôžka, s ochranou proti náhodnému spusteniu je tento parameter zbytočný.

Navrhujeme upraviť znenie:

Držiaky na prídavný nožný pár bočníc iba v prípade nutnosti doplnenia delených bočníc po celej dĺžke ložnej plochy.“

ODPOVEĎ k otázke č.3:

Verejný obstarávateľ akceptuje pripomienku záujemcu a upravuje technickú špecifikáciu nasledovne

Bod 39. Pôvodné znenie

„Držiaky na prídavný nožný pár bočníc“

Bod 39. Nové znenie

„Držiaky na prídavný nožný pár bočníc resp. ekvivalentné technické riešenie za pomoci dvoch integrovaných plastových delených sklopných bočníc po celej dĺžke ložnej plochy v oblasti hlavy s integrovanými patientskymi ovládačmi a nožnej časti lôžka, s ochranou proti náhodnému spusteniu“

Otázka č. 4 *Žiadosti o vysvetlenie záujemcu k položke Transportné kreslo*

„4. V bode 14 požaduje VO: Podhlavník Na transportné kreslo pre rýchly, alebo bežný presun pacientov po nemocničnom zariadení nemá podhlavník opodstatnenie.“

Odpoveď k otázke č.4:

Verejný obstarávateľ akceptuje pripomienku záujemcu a upravuje technickú špecifikáciu nasledovne:

Bod 14. Pôvodné znenie

„Podhlavník“

Bod 14. Nové znenie

Verejný obstarávateľ vypúšťa bod 14 technickej špecifikácie položky Transportné kreslo.

OZNAM:

V súvislosti s Vysvetlením č. 2. verejný obstarávateľ:

1. zverejnil vo svojom profile aktualizovaný dokument:

➤ [Príloha č. 4 Technická a cenová špecifikácia \(Aktualizácia 29.09.2023\)](#)

Žiadame Vás aby ste pri spracovaní ponuky použili aktualizovaný dokument.

2. Upravil lehoty nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk :

Pôvodná lehota: 04.10.2023 o 08:00

Nová lehota: 11.10.2023 o 08:00

Dátum a čas otvárania ponúk :

Pôvodná lehota: 04.10.2023 o 10:00

Nová lehota: 11.10.2023 o 10:00