

Všetkým uchádzačom

Váš list číslo/ zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Banská Bystrica
Ing. Miroslava Majchútová 27.10.2023
+421 4333 148

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ:	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	RTG prístroj pre intervenčnú kardiológiu
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž s uplatnením § 66 (bez použitia elektronickej aukcie)
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Ú. v. EÚ: 2023/S 188-587135 zo dňa 29.09.2023 Vestník VO č. 191/2023, 32412 – MST zo dňa 02.10.2023

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, ktorú sme obdržali elektronicky dňa 23.10.2023 prostredníctvom systému JOSEPHINE k zákazke „**RTG prístroj pre intervenčnú kardiológiu**“, zverejnenej vo vestníku EÚ 2023/S 188-587135 dňa 29.09.2023 a vo vestníku č. 191/2023 zo dňa 02.10.2023 pod číslom 32412-MST, Vám zasielame nasledovné vysvetlenie.

Vo svojej žiadosti uchádzač uvádza:

Otázka č. 1:

V prílohe č. 12 Súťažných podkladov - Návrh Kúpnej zmluvy v čl.VI ods. 13 sa uvádza: „Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Kupujúcemu alebo tretím osobám v dôsledku toho, že predmet zmluvy má vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú Kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení Predávajúceho v tejto Zmluve“.

Otázka č.1: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, resp. upresnenie pojmu tretie osoby.

Odpoveď č. 1:

Treťou osobou sa pre účely zmluvy myslia napr.: pacient, ktorému vznikne škoda na zdraví v dôsledku vady prístroja, za ktorú zodpovedá Predávajúci, resp. zaškolený zamestnanec verejného

obstarávateľa, ktorému pri obsluhu prístroja vznikne škoda v dôsledku vady prístroja, za ktorú zodpovedá Predávajúci.

Otázka č. 2:

V čl. VII. ods. 2 sa uvádza:

„Predávajúci sa zaväzuje k poskytovaniu záručného servisu a opráv podľa predchádzajúceho bodu takto:

- počas záručnej doby je povinný autorizovaný servisný technik nastúpiť na odstránenie vady do 24 hod. od jej nahlásenia v pracovný deň od: 7:00 hod. do 16:00 hod., resp. do 12 hod. nasledujúci pracovný deň, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod.“

Uvedená formulácia je mäťúca a nejasná, keďže napr. pri nahlásení vady o 15:59 je lehota nástupu na odstránenie vady do 15:59 nasledujúci pracovný deň, avšak pri nahlásení vady po 16:00 je lehota kratšia.

Otázka č.2: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či sa v danom prípade jedná o chybu v písaní a správne má byť počas záručnej doby je povinný autorizovaný servisný technik nastúpiť na odstránenie vady do 24 hodín od jej nahlásenia v pracovný deň od 7:00 hod. do 16:00 hod., resp. do 12:00 v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod?

Odpoveď č. 2:

Áno, ide o chybu v písaní, po ustálení bude predmetné ustanovenie znieť:

- „počas záručnej doby je povinný autorizovaný servisný technik nastúpiť na odstránenie vady do 24 hodín od jej nahlásenia v pracovný deň od 7:00 hod. do 16:00 hod., resp. do 16:00 hod v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod.“

Uvedená zmena bude premietnutá do súťažných podkladov – Prílohy č. 12 Návrh Kúpnej zmluvy.

Otázka č. 3:

V čl. VII. ods. 2 sa uvádza:

„Predávajúci sa zaväzuje k poskytovaniu záručného servisu a opráv podľa predchádzajúceho bodu takto:

- počas záručnej doby v prípade, že sa dá vada odstrániť vzdialeným prístupom, je Predávajúci povinný začať túto vadu odstraňovať do 12 hod. od jej nahlásenia, resp. do 12 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod.“

Otázka č.3: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či sa v danom prípade jedná o chybu v písaní a správne má byť počas záručnej doby v prípade, že sa dá vada odstrániť vzdialeným prístupom, je Predávajúci povinný začať túto vadu odstraňovať do 12 hodín od jej nahlásenia v pracovný deň od 7:00 hod. do 16:00 hod., resp. do 12:00 v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hodine?

Odpoveď č. 3:

Áno, ide o chybu v písaní, po ustálení bude predmetné ustanovenie znieť:

- *počas záručnej doby v prípade, že sa dá vada odstrániť vzdialeným prístupom, je Predávajúci povinný začať túto vadu odstraňovať do 12 hod. od jej nahlásenia, resp. do 12:00 hod. nasledujúci pracovný dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod.*

Uvedená zmena bude premietnutá do súťažných podkladov – Prílohy č. 12 Návrh Kúpnej zmluvy.

Oznamujeme Vám, že verejný obstarávateľ vykoná opravu príslušných častí Súťažných podkladov v prílohe č. 12 Návrh kúpnej zmluvy, ktoré budú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO, ako aj v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45717/summary>.

Zároveň oznamuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **do 13.11.2023 o 10:00:00 hod.** Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa 13.11.2023 o 10:15:00 hod. v mieste sídla verejného obstarávateľa.

S pozdravom

.....
Ing. Miroslava Majchútová
odborný referent verejného obstarávania