

Príloha č. 1 súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ: **Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, ul.Nemocničná 986,
017 26 Považská Bystrica**

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

4K Laparoskopická veža

Kritérium č.	Názov kritéria	Návrh
	Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH	
	Sadzba DPH	
1.	Cena za celý predmet zákazky v € s DPH	

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača:

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača:.....

V, dňa.....

Identifikačné údaje uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:
4K Laparoskopická veža

Obchodné meno:	
Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt:	
Právna forma:	
Označenie registra:	
Číslo zápisu:	
Štatutárny zástupca:	
IČO:	
DIČ:	
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu – IBAN:	
Kontaktná osoba:	
- telefónne číslo: - fax: - e-mail:	

V, dňa

.....
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:
4K Laparoskopická veža

Meno a priezvisko:	
Obchodné meno alebo názov :	
Adresa pobytu:	
Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt:	
IČO, ak bolo pridelené:	
- telefónne číslo: - e-mail:	

V, dňa

.....
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Čestné vyhlásenia uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:
4K Laparoskopická veža

Uchádzač, čestne vyhlasujeme, že:

- a) sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami nadlimitnej zákazky určenými verejným obstarávateľom;
- b) všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;
- c) vo vyhlásenej nadlimitnej zákazke predkladáme len jednu ponuku;
- d) nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá v tejto nadlimitnej zákazke predkladá ponuku;
- e) dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V, dňa

.....
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

4K Laparoskopická veža

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My, čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- a) sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- b) sme neposkytli a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- c) budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- d) poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie,
- e) sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-77b.html>.

V, dňa

.....
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 3a/2 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:
4K Laparoskopická veža

Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá podáva ponuku do verejného obstarávania s predmetom zákazky “ **4K laproskopická veža** ”, a ktorá zároveň bude vykonávať plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- a. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- b. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
- c. ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
- d. subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem spolieha .

Zároveň čestne vyhlasujem, že táto ponuka/žiadosť o účasť a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

V, dňa

.....
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
a podpis oprávnenej osoby konať za uchádzača

Príloha č. 3a/3 súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenie o skutočnostiach podľa §11 ods.1 písm.c) ZVO**

Čestné vyhlásenie
o skutočnostiach podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie (IČO):

Zastúpený

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

„4K Laparoskopická veža“

(ďalej len „zákazka“) vyhlásená verejným obstarávateľom v Úradnom vestníku EÚ:
zo dňa a Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania Vestník č. zo dňa
pod značkou **čestne vyhlasujem, že:**
konečný užívateľ alebo koneční užívatelia výhod vyššie uvedenej spoločnosti zapísaný/í v registri partnerov
verejného sektora v čase podpisovania zmluvy **nie je / nie sú verejnými funkcionármi** v zmysle § 11 ods. 1
písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorými sú:

1. prezident Slovenskej republiky,
2. člen vlády,
3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
6. generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
7. verejný ochranca práv,
8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
9. štátny tajomník,
10. generálny tajomník služobného úradu,
11. prednosta okresného úradu,
12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
13. predseda vyššieho územného celku,

Bezodkladne budem informovať verejného obstarávateľa o každej zmene v organizácii prípadne v dodávateľskom reťazci, ktorá má vplyv na záväzky voči verejnému obstarávateľovi vyplývajúce z uzatvoreného obchodného vzťahu vyplývajúce s ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V, dňa

.....
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
a podpis oprávnenej osoby konať za uchádzača

Príloha č.4 súťažných podkladov: **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky**

Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, ul.Nemocničná 986,
017 26 Považská Bystrica

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

4K Laparoskopická veža

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované zariadenie

		Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis	Hodnota technického parametra	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky / Áno/nie, hodnota parametra ponúknutého zariadenia /
s UHD rozlíšením	Laparoskopická kamera	Laparoskopická kamera	1 ks	
		Laparoskopická kamera - rozlíšenie 4K digitálneho výstupu signálu	min. 4096x2160 pixel	
		Laparoskopická kamera - možné zväčšenie obrazu	min. 1,8 násobok	
		Laparoskopická kamera - počet individuálnych používateľských prednastavení kamery	min. 10 ks	
		Záznamové zariadenie	1ks	
		Dokumentačné a snímacie zariadenie pre záznam obrázkov a videosekvencií, zabezpečuje zobrazenie, živý prenos, zaznamenávanie, parametrizáciu, archiváciu a spracovanie audiovizuálnych dát súčasťou 64GB USB kľúč	áno	
			áno	
	Laparoskopická kamerová hlava	Laparoskopická kamerová hlava	1 ks	
		Laparoskopická kamerová hlava - rozlíšenie 4K digitálneho výstupu signálu	min. 4096x2160 pixel	
		Laparoskopická kamerová hlava - počet ovládacích tlačidiel funkcií kamery	min. 3 ks	
		Laparoskopická kamerová hlava - možné zväčšenie obrazu	min. 1,8 násobok	
		Laparoskopická kamerová hlava - hmotnosť	max. 300 g	
	Laparoskopický xenónový svetelný zdroj, monitor	Laparoskopický xenónový svetelný zdroj	1 ks	
		Laparoskopický xenónový svetelný zdroj - výkon lampy	min. 300 W	
		Laparoskopický xenónový svetelný zdroj- životnosť lampy	min. 500 hod.	
		Monitor 1 ks - uhlopriečka displeja	min. 30"	
		Monitor - rozlíšenie	min. 4096x2160 pixel	
	Laparoskopická UHD optika	Laparoskopická UHD optika	2 ks	
		Laparoskopická UHD optika - priemer pracovnej časti	min. 9 mm, max. 11 mm	
		Laparoskopická UHD optika - pozorovací uhol	30°	
		Laparoskopická UHD optika	1 ks	
		Laparoskopická UHD optika - priemer pracovnej časti	min.4 mm, max. 6 mm	
		Laparoskopická UHD optika - pozorovací uhol	min. 30°	
		Sterilizačný kontajner pre laparoskopickú optiku	min. 3 ks	
		Laparoskopický svetlovodivý kábel	min. 3 ks	
		Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu	1 ks	

4K Laparoskopická veža		Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu - počet ohybných kĺbov zabudovaného ramena pre monitor	min. 2 ks	
	Insuflátor	Insuflátor	1 ks	
		Insuflátor - výkon	min.45 l/min.	
	Irigačné zariadenie	Irigačné zariadenie	1 ks	
		Irigačné zariadenie - prietok	min. 1,25 l/min.	
		Irigačné zariadenie - tlak	min. 100 mm/Hg	
		Irigačné zariadenie - hadice	min. 2ks	
		Irigačné zariadenie - inštrument pre odsávanie/preplach dĺžka min. 300mm, priemer 5mm	min. 2ks	
	Odsávacie zariadenie	Odsávacie zariadenie	1 ks	
		Odsávacie zariadenie - výkon odsávania	min. 30 l/min.	
		Odsávacie zariadenie - sekretné nádoby	min.2 ks	
		Odsávacie zariadenie - objem sekretných nádob	min. 5 l	
	Technické vlastnosti	Laparoskopická kamera - ovládanie funkcií kamery	možné z ovládačov umiestnených na kamerovej hlave	
		Laparoskopická kamera - špeciálna obrazová funkcia	diagnostika v špeciálnom spektre vyšetrovacieho svetla	
		Laparoskopická kamerová hlava - ostrenie obrazu	automatické / manuálne	
		Laparoskopická kamerová hlava	min 3ks tlačidiel, ktoré je možné prednastaviť ľubovoľnou funkciou z menu endoskopickéj kamery	
		Laparoskopický svetelný zdroj - úprava intenzity osvetlenia	automatická úprava intenzity osvetlenia ovládaná laparoskopickou kamerou	
		Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu - rameno pre monitor	so zabudovaným pohyblivým, výškovo a smerovo nastaviteľným ramenom pre monitor	
		Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu - centrálny vypínač	s centrálnym vypínačom pripojených elektrických zariadení na pracovnej stanici	
Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu - mobilné prevedenie		mobilné prevedenie stojana na pohyblivých kolieskach s brzdením		
Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu - držiak kamerovej hlavice		áno		
Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu - držiak tlakovej nádoby		áno		
Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu - držiak infúzneho setu		áno		
Insuflátor - zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt		digitálne		
Insuflátor - objem použitého CO2		zobrazuje celkový objem použitého CO2 počas		

		výkonu	
	Insuflátor - vrátane tlakovej hadice	áno	
	Irigačné zariadenie - irigačné hadice	vrátane min. 2 setov irigačných hadíc	
	Irigačné zariadenie - inštrumenty	vrátane 2ks preplachových/odsávacích rukovätí	
	Odsávacie zariadenie	obsahuje ukazovateľ výkonu	
	Odsávacie zariadenie	s reguláciou výkonu odsávania	
	Odsávacie zariadenie	vrátane mobilného vozíka	
	Elektrochirurgická jednotka	min. 4 režimy monopolárneho rezu	
	Elektrochirurgická jednotka	min. 4 režimy monopolárnej koagulácie	
	Elektrochirurgická jednotka	min. 2 režimy bipolárneho rezu	
	Elektrochirurgická jednotka	min. 5 režimov bipolárnej koagulácie	
	Elektrochirurgická jednotka	ovládanie nastavení dotykovým displejom	
	Elektrochirurgická jednotka	stály monitoring kontaktu neutrálnej elektródy	
	Elektrochirurgická jednotka	ovládanie pedálom, rukou, autostart pre bipolárnu koaguláciu	
	Elektrochirurgická jednotka	možnosť systému automatického odsávania dymu insuflátorom pri použití elektrochirurgickej jednotky	
	Elektrochirurgická jednotka	možnosť použitia nástrojov kombinujúcich technológiu pokročilých bipolárnych aplikácií a ultrazvukového noža po rozšírení jednotky	
	Elektrochirurgická jednotka	vrátane 2 ks monopolárneho VF kábla	
	Elektrochirurgická jednotka	vrátane 2ks neutr.kábla a min. 100 ks neutrálnych lepiacich elektród	
	Elektrochirurgická jednotka	obsahuje vnútornú pamäť	
Záruka	Záruka 24 mesiacov	áno	
	Záručný a pozáručný servis	áno	
	Inštalácia, doprava	áno	
	Požadované zariadenie musí byť kompatibilné so zariadením, ktoré je používané na danom pracovisku	áno	
	Komplexné zaškolenie obsluhy	áno	

V, dňa

.....
 meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
 a podpis oprávnenej osoby konať za uchádzača