



**Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica**
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SR

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Banská Bystrica

RVO/779/2019/47612

11.11.2019

Vec : Verejná súťaž č. 26942 - MST „Súbor VideoEndoskopickej techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb“

- Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov a doplnenie/zmena informácií v súťažných podkladoch

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov na vyhlásenú verejnú súťaž na predmet zákazky: „**Súbor VideoEndoskopickej techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb**“, ktorá bola vyhlásená v súlade s oznámením o vyhlásení postupu verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 14.10.2019 č. 2019/S 198-480466 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 208/2019 zo dňa 15.10.2019 s ozn. č. 26942 – MST, v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

1. Vysvetlenie k súťažným podkladom:

Otázka:

V časti č. 3: Systém endoskopickej techniky pre endosonografické pracovisko (EUS a EBUS), položka 3.3 Ultrazvukový bronchoskop s lineárnym snímaním, 1 ks:

- a) v súťažných podkladoch sa uvádza parameter Smer zorného poľa: min. 35° (forward) - je možné upraviť hodnotu tohto parametra na min. 10° (forward) ?
- b) v súťažných podkladoch sa uvádza parameter Ohybnosť hore/dolu: min. 120°/ min. 90° - je možné upraviť hodnotu tohto parametra na min. 120°/ min. 70° ?

Odpoveď na otázku a)

V súťažných v časti „B - Opis predmetu zákazky“ v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom – Opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ súhlasí s úpravou požadovaného parametra na hodnotu parametra „Smer zorného poľa: min. 10° (forward)“ pre položku č. 3.3 ULTRAZVUKOVÝ BRONCHOSKOP S LINEÁRNYM SNÍMANÍM, 1 ks, časť č. 3 SYSTÉM VIDEOENDOSKOPICKEJ TECHNIKY pre Endosonografické vyšetrenia (EUS a EBUS) pre potreby Endoskopického centra.

Odpoveď na otázku b)

V súťažných v časti „B - Opis predmetu zákazky“ v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom – Opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ súhlasí s úpravou požadovaného parametra na hodnotu parametra „Ohybnosť hore/dolu: min. 120°/ min. 70°“ pre položku č. 3.3 ULTRAZVUKOVÝ BRONCHOSKOP S LINEÁRNYM SNÍMANÍM, 1 ks, časť č. 3 SYSTÉM VIDEOENDOSKOPICKEJ TECHNIKY pre Endosonografické vyšetrenia (EUS a EBUS) pre potreby Endoskopického centra.

2. Doplnenie/zmena informácií v súťažných podkladoch:

2.1 Verejný obstarávateľ predkladá doplnenie/zmenu informácií v súťažných podkladoch v časti „B – Opis predmetu zákazky“ v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom – Opis predmetu zákazky na vypracovanie ponuky nasledovne:

V súťažných podkladoch v časti „B - Opis predmetu zákazky“ v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom – Opis predmetu zákazky

*- požadovaný parameter pre časť č. 3 **SYSTÉM VIDEOENDOSKOPICKEJ TECHNIKY pre Endosonografické vyšetrenia (EUS a EBUS) pre potreby Endoskopického centra, pre položku č. 3.3 ULTRAZVUKOVÝ BRONCHOSKOP S LINEÁRNYM SNÍMANÍM, 1 ks.:***

Smer zorného poľa: min. 35° (forward)

sa mení na nasledovný parameter (zmena je označená žltým podfarbením):

Smer zorného poľa: min. 10° (forward)

a

*- požadovaný parameter pre časť č. 3 **SYSTÉM VIDEOENDOSKOPICKEJ TECHNIKY pre Endosonografické vyšetrenia (EUS a EBUS) pre potreby Endoskopického centra, pre položku č. 3.3 ULTRAZVUKOVÝ BRONCHOSKOP S LINEÁRNYM SNÍMANÍM, 1 ks.:***

Ohybnosť hore/dolu: min. 120°/ min. 90°

sa mení na nasledovný parameter (zmena je označená žltým podfarbením):

Ohybnosť hore/dolu: min. 120°/ min. 70°

Uverené zmeny parametrov sú zároveň zapracované do „Prílohy č. 1 k SP – Opis predmetu zákazky s vyznačenými úpravami po vysvetľovaní č. 1“, ktorá je prílohou vysvetlenia (zmeny sú označené žltým podfarbením).

2.2 Ďalej verejný obstarávateľ v zmysle § 21 ods. 4 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá doplnenie/zmenu informácií v súťažných podkladoch časti v časti „A – pokyny na vypracovanie ponuky“ nasledovne:

V súťažných podkladoch časť „A– pokyny na vypracovanie ponuky“

- v bode 21.2. súťažných podkladov:

*„Lehota na predkladanie ponúk uplynie **dňa 27.11.2019 o 10:00 hod.** miestneho času.“*

sa mení predlžuje lehota na predkladanie ponúk nasledovne:

*„Lehota na predkladanie ponúk uplynie **dňa 13.12.2019 o 10:00 hod.** miestneho času.“*

a zároveň

- v bode 23.1. súťažných podkladov:

*„Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky **dňa 27.11.2019 o 14:00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa, v termíne podľa oznámenia o vyhlásení VO.“*

sa mení dátum a čas otvárania ponúk nasledovne:

*„Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky **dňa 13.12.2019 o 14:00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa, v termíne podľa oznámenia o vyhlásení VO.“*

Ostatné údaje v súťažných podkladoch ostávajú nezmenené.

S pozdravom

Ing. Miriam Lapuníková, MBA
generálna riaditeľka

Ing. Ivana Sklenková
ekonomická riaditeľka