

Kupujúci:
 Typ zákazky:
 Predmet zákazky:
 Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
 Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Srdcové chlopňové protézy
 Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Uchádzač/Predávajúci:

Biomedica Slovakia, s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava

1. Krúžok anuloplastický mitrálny

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
1.	Semirigidný anuloplastický prstenec na mitrálny anulus veľkostí 24-38, s nasledovnými parametrami:	áno
1.1	- Elasticita pamäťového materiálu krúžku	áno
1.2	- Vodiaci systém na rekonštrukciu subvalvulárneho aparátu	áno
1.3	- Progresívna 3D flexibilita	áno
1.4	- Plný ring	áno
1.5	- Markery interkomisurálnej vzdialenosti	áno
1.6	- Rigidita ringu počas implantácie a viazania uzlov	áno
1.7	- RTG kontrastný prstenec	áno
1.8	- Biokompatibilita	áno

V Bratislave dňa

.....
 Mag. Karl Hirczy
 konateľ