



FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA

Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Slovenská republika

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa
Žiadosť o nápravu, zo dňa
28.06.2024

Naše číslo
FNsP FDR/RVO/2924/2024/39635

Vybavuje/
Ing. Katarína Husiková
+421 48 441 3240

Banská Bystrica
03.07.2024

Vec: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu I.

Verejnému obstarávateľovi, ktorým je Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica, IČO: 00165549; v rámci vyhlásenej verejnej súťaže na predmet zákazky: „**Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre biochemické a imunochemické laboratórne vyšetrenie, pre chemickú analýzu moču a vyšetrenie močového sedimentu, pre vyšetrenie kompletného krvného obrazu a iných typov telových tekutín pre in vitro laboratórnu diagnostiku pre Centrálny laboratórny komplex vrátane prenájmu automatických analytických systémov**“, ktorá bola vyhlásená v Úradnom vestníku Európskej únie 343621-2024, číslo vydania série S úradného vestníka: 112/2024 zo dňa 11.06.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 113/2024 zo dňa 12.06.2024, 14574 – MST, bola dňa 28.06.2024 prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doručená žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zovo“).

V zmysle ZVO podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť pre neho ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné a musia podporovať hospodársku súťaž.

Podľa § 44 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní najlepší pomer ceny a kvality sa posúdi na základe ceny alebo nákladov a ďalších kritérií, ktoré zahŕňajú kvalitatívne, environmentálne alebo sociálne hľadiská súvisiace s predmetom zákazky a ktorými sú najmä kvalita vrátane technického prínosu, estetické a funkčné vlastnosti, prístupnosť, riešenia vhodné pre všetkých používateľov, sociálne, environmentálne a inovačné charakteristické znaky, obchodovanie a jeho podmienky, organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ak kvalita týchto zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia, záručný servis, pozáručný servis, technická pomoc, dodacie podmienky, ako je dátum dodania, spôsob dodania, lehota dodania alebo termín ukončenia, ak ide

o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti aj bezpečnosť dodávky, interoperabilita a prevádzkové charakteristiky.

Úrad pre verejné obstarávanie SR poukazuje na dôležitosť správneho výberu a stanovenia jednotlivých kritérií/subkritérií na vyhodnotenie ponúk, ako aj ich váhovosti s cieľom určiť pre verejného obstarávateľa ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. V prípade, ak sa ponuky vyhodnocujú na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality, jednotlivé kritériá/subkritériá na hodnotenie ponúk, ako aj ich váhovosť musia byť stanovené tak, aby v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti vyjadrovali skutočnú ekonomickú výhodnosť ponúkaného plnenia; princíp hospodárnosti a efektívnosti je pritom potrebné vykladať ako princíp zabezpečujúci dosiahnutie výberu takého uchádzača, ktorý za vynaložené verejné finančné prostriedky poskytne najlepšie plnenie. Nie je preto v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní nastavenie kritérií/subkritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. ich váhovosti, takým spôsobom, ktorý nevedie k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

Verejný obstarávateľ zvolil vyhodnotenie ponúk na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť pre neho ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku spôsobom pomeru ceny a kvality.

Žiadateľ podal žiadosť o nápravu v dvoch bodoch.

1. Žiadosť o nápravu - bod č. 1

Znenie žiadosti o nápravu – bod. č. 1:

Naša spoločnosť je uchádzačom vo verejnom obstarávaní s názvom NADLIMITNA ZAKAZKA-SUPER REVERZNA SUTAZ § 66 ods. 7 písm. b) podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zákon o Vo“) s predmetom zákazky „Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre biochemické a imunochemické laboratórne vyšetrenie, pre chemickú analýzu moču a vysvetlenie močového sedimentu, pre vyšetrenie kompletného krvného obrazu iných typov telových tekutín pre in vitro laboratórnu diagnostiku pre Centrálny laboratórny komplex vrátane prenájmu automatických analytických systémov“ (ďalej aj len ako „Verejné obstarávanie“). V zmysle znenia ustanovenia § 164 Zákona o Vo, v právnom postavení Uchádzača má naša spoločnosť právo požiadať Verejného obstarávateľa o revízny postup formou Žiadosti o nápravu, ktorou prostredníctvom tohto listu Verejnému obstarávateľovi zasielame v rozsahu uvedenom v texte tohto podania za splnenia zákonných požiadaviek

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 1 OPIS A ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY uvádza:

Časť č. 1 Modul pre biochemickú a imunochemickú diagnostiku

Predmetom zákazky je kompletná dodávka diagnostík, súvisiaceho materiálu (kalibrátorov a spotrebného materiálu) vrátane prenájmu s možnosťou odkúpenia príslušných biochemických a imunochemických analyzátorov a jednotlivých súčastí automatizácie definovaných v podpise, zapojených o plne automatizovaného komplexného systému.

p.č.	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Požadovaný parameter	ÚROVEŇ 1	ÚROVEŇ 2	ÚROVEŇ 3	Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter	BODOVÉ HODNOTENIE
1.9	Požadujeme uviesť či linka a moduly do linky zapojené (vrátane skladu vzoriek) vyžadujú pre svoju činnosť pripojenie stlačeného vzduchu-externý kompresor stlačeného vzduchu	zvýhodnené bez kompresora áno/nie	ak nie/ 0 bodov (s kompresorom)	ak áno/4 body (bez kompresora)			

Požiadavku „či linka a moduly do linky zapojené (vrátane skladu vzoriek) vyžadujú pre svoju činnosť pripojenie stlačeného vzduchu - externý kompresor stlačeného vzduchu“ považujeme za diskriminačnú. Kompresor je potrebný len pre pohon dopravníkového pásu vzoriek samotnej linky a v kontexte laboratórnej linky je považovaný za jej technologickú súčasť. Kompresor žiadnym spôsobom neovplyvňuje výkon ani funkcionalitu celkového systému, nemá žiadny vplyv na kvalitu a rýchlosť vydávania výsledkov a nevyžaduje zvýšené nároky na obsluhu, nevyžaduje zvýšené finančné náklady a negeneruje nadmernú hlučnosť a teplo oproti ostatným modulom zapojených do linky.

Verejný obstarávateľ ponechaním tohto kvalitatívneho kritéria bodovo zvýhodňuje zariadenia iných uchádzačov /výrobcov oproti riešeniu navrhovateľa ktorý má ako jediný z potencionálnych uchádzačov navrhnutú linku s externým kompresorom, pričom navrhnuté riešenie s kompresorom je plne vyhovujúce z hľadiska dosiahnutia obstarávaného cieľa. Preto by malo byť v záujme verejného obstarávateľa nediskriminovať potenciálnych záujemcov, zachovať rovnaký prístup k uchádzačom a prehodnotiť tento kvalitatívny parameter, ktorý nijakým spôsobom neovplyvňuje funkčnosť potrebnej technológie. Zachovaním bodového hodnotenia automaticky nediskriminuje záujemcu s odlišným prístupom k pohonu dopravníkových pásov a smeruje k obmedzeniu súťažného prostredia medzi záujemcami alebo uchádzačmi, nakoľko je spôsobilá odradiť od účasti vo verejnom obstarávaní potenciálnych záujemcov, čo môže mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania.

2. Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu - bod č. 1:

Z vyššie uvedených dôvodov preto žiadame verejného obstarávateľa o vypustenie bodu 1.9. z bodového hodnotenia kvalitatívnych požiadaviek, alebo o úpravu bodovej hodnoty z pôvodnej hodnoty 4 body za plnenie (neplnenie) tejto položky a to úpravou bodového hodnotenia na hranicu 0,5 bodu tak, ako sú nastavené iné kvalitatívne parametre s potenciálne vyšším vplyvom na kvalitu ponúkanej technológie. V prípade, ak verejný obstarávateľ nepristúpi k úprave požadovaného parametra budeme nútení využiť všetky dostupné revízne postupy v zmysle §170 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

3. Vybavenie žiadosti o nápravu – bod č. 1:

Verejný obstarávateľ podľa § 165 ods. 3 písm. b) ZoVO **zamieta** žiadosť o nápravu v bode č. 1.

4. Odôvodnenie – bod. č. 1:

Definovanie zákazky vrátane kvalitatívnych kritérií je plne v kompetencii verejného obstarávateľa v závislosti od jeho konkrétnych potrieb, ale zároveň pri dodržaní princípov verejného obstarávania zakotvených v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ na základe dlhoročných skúseností v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v jednotlivých laboratórnych odboroch disponuje kompetenciou definovať požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ je subjektom, ktorý pozná svoje potreby najlepšie a na základe nich určuje predmet zákazky tak, aby výsledok verejného obstarávania čo najlepšie zodpovedal týmto požiadavkám, ktoré sú determinované jeho kompetenciami, prevádzkovými možnosťami a samotnou činnosťou spočívajúcou v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Žiadny záujemca/ uchádzač nie je oprávnený požadovať od verejného obstarávateľa definovať predmet zákazky tak, aby nezodpovedal jeho potrebám, ako aj snahe optimalizovať svoju činnosť v súlade s modernými trendmi a pokrokom v medicínskej oblasti.

Z pohľadu súčasných znalostí jednotlivých dostupných technológií na trhu s automatizovanými systémami v laboratórnej diagnostike a informácií získaných počas prípravných trhových konzultácií a pri prieskume trhu pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je zrejmé, že požiadavky v rámci súťažných podkladov verejného obstarávateľa sú zadefinované tak, aby umožnili predložiť ponuky širokému okruhu záujemcov/uchádzačov.

Verejný obstarávateľ vyhlásil riadnu a čestnú hospodársku súťaž s cieľom získať najvýhodnejšiu ponuku na naplnenie jeho potrieb.

Každý výrobca sa snaží o unikátnosť vlastného systému, ktorá mu zaručuje konkurečnú výhodu a je na konečnom rozhodnutí verejného obstarávateľa, ktoré parametre považuje za dôležité a užívateľsky najpriateľnejšie pre naplnenie vlastných potrieb.

Dovoľujeme si zdôrazniť, že bodové hodnotenie kvalitatívnych kritérií nie je možné označiť ako diskriminujúce, nakoľko uchádzačovi nijakým spôsobom nebráni zúčastniť sa v súťaži aj bez spochybňovania nastavených hodnotiacich kritérií verejného obstarávateľa. Práve verejný obstarávateľ by bol diskriminovaný, keby nemohol naplniť svoje potreby a keby si nemohol vybrať systém, ktorý ich naplní v súlade s najnovšími trendmi v technológiách, ktorými disponuje trh.

Hodnotiace kritériá verejného obstarávateľa boli schválené zriaďovateľom verejného obstarávateľa – Ministerstvom zdravotníctva SR.

Bodové hodnotenie kvalitatívnych parametrov vyjadruje preferencie verejného obstarávateľa, vychádzajúce z jeho dlhoročných skúseností v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v jednotlivých laboratórnych odboroch, z informácií získaných počas PTK, zo znalosti ponúkaných technológií jednotlivých uchádzačov, aktuálnej situácii na trhu s automatizovanými systémami v laboratórnej diagnostike.

Kompresor pre verejného obstarávateľa predstavuje:

- ďalší (nadbytočný) zdroj hluku v laboratóriu, ktorý znižuje komfort pracovného prostredia pre obsluhujúci personál,
- ďalší zdroj tepla, ktorý zvyšuje nároky na klimatizačné zariadenia, čo má za následok zvýšenú spotrebu elektrickej energie a zvýšenie celkových finančných nákladov,
- zvýšené priestorové nároky, nakoľko sa jedná o samostatne stojaci prvok systému, z bezpečnostného hľadiska nie je vhodné jeho umiestnenie v pracovnom priestore obsluhujúceho personálu.

Kompresor nie je nevyhnutnou funkčnou súčasťou linky, systémy ďalších uchádzačov využívajú iné, ekologickejšie, úspornejšie systémy pre pohon dopravníkového pásu, resp. na zabezpečenie transportu skúmaviek. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ považuje bodové ohodnotenie daného kritéria za primerané.

Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť ponuku aj záujemcovi/uchádzačovi s technológiou, ktorá má ako súčasť linky kompresor, ale nevidí dôvod ho akokoľvek zvýhodniť vo svojom hodnotení a tým znevýhodniť záujemcu/uchádzača s najnovšími technológiami, ktoré sú menej hlučné, menej energeticky náročné a nemajú ďalšie priestorové nároky. Verejný obstarávateľ preferuje týmto naplnenie environmetálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní.

V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ nevypúšťa bod 1.9. z bodového hodnotenia kvalitatívnych požiadaviek, a ani neupravuje bodovú hodnotu z pôvodnej hodnoty 4 body za plnenie (neplnenie) tejto položky na hranicu 0,5 bodu. Trvá na nastavenom kvalitatívnom hodnotení, lebo je presvedčený, že získa ponuku, ktorá najlepšie splní jeho potreby.

Žiadosť o nápravu - bod č. 2

1. Znenie žiadosti o nápravu – bod. č. 2:

p.č.	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Požadovaný parameter	ÚROVEŇ 1	ÚROVEŇ 2	ÚROVEŇ 3	Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter	BODOVÉ HODNOTENIE
------	---	----------------------	----------	----------	----------	--	-------------------

2.3.1	Zatváranie primárnych skúmaviek s použitím plastových vrchnáčikov	áno/nie	nie/ 0 bodov	áno/2 body			
-------	---	---------	--------------	------------	--	--	--

Požiadavku na „*zatváranie primárnych skúmaviek s použitím plastových vrchnáčikov*“ považujeme za diskriminačnú. Na trhu dostupné systémy určené na zatváranie primárnych skúmaviek sú nielen pomocou plastových vrchnáčikov ale aj pomocou alumíniovej fólie, ktorá rovnako spĺňa účel a funkciu t.j. zatváranie primárnych skúmaviek a navyše má uzatváranie primárnych skúmaviek pomocou alumíniovej fólie nesporne viac výhod a jedinečných vlastností ako uzatváranie primárnych skúmaviek pomocou plastových vrchnáčikov.

Uzatváranie skúmaviek pomocou alumíniovej fólie má lepšie adhézne vlastnosti ako uzatváranie skúmavky plastovými vrchnáčikmi vďaka tepelnému zataveniu skúmavky alumíniovou fóliou, tak že obsah vo vnútri skúmavky nie je zvonka kontaminovaný a vzorka si zachováva svoje fyzikálno-chemické vlastnosti. Tepelné zatavenie skúmavky alumíniovou fóliou zaisťuje, že aktívne zložky v skúmaviek nezmiznú, pretože nie je v kontakte s možnými vonkajšími faktormi znehodnotia vzorky oproti plastovým vrchnáčikom, ktoré podliehajú riziku nepresného uzatvorenia skúmavky. Alumíniová fólia je z pohľadu výrobných procesov bezpečnejšia, nakoľko sa fólia upravuje tak, aby povrch alumíniovej fólie nepodliehal pórovitosti materiálu, a preto na povrchu hliníkovej fólie nemôžu rásť

žiadne baktérie alebo iné mikroorganizmy. Z tohto dôvodu je alumíniová fólia široko používaná v lekárskom, zdravotníckom, kozmetickom, potravinárskom a inom priemysle.

Verejný obstarávateľ pridelením bodov kvalitatívnymi požiadavkami 2.3.1 zatváranie primárnych skúmaviek s použitím plastových vrchnáčikov vytvára výhodu oproti iným technickým riešeniam na relevantnom trhu, ktoré sú tiež vyhovujúce z hľadiska dosiahnutia obstarávaného cieľa a záujemca tak má zato, že Verejný obstarávateľ porušuje ust. § 10 ods. 2 ZoVO, a to konkrétne princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp rovnakého zaobchádzania a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

2. Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu - bod č. 2:

Z vyššie uvedených dôvodov preto žiadame verejného obstarávateľa o vypustenie bodu 2.3.1 z bodového hodnotenia kvalitatívnych požiadaviek, alebo o úpravu bodovej hodnoty z pôvodnej hodnoty 2 body za plnenie (neplnenie) tejto položky a to úpravou bodového hodnotenia na hranicu 0,5 bodu tak, ako sú nastavené iné kvalitatívne parametre s potenciálne vyšším vplyvom na kvalitu ponúkanej technológie. V prípade, ak verejný obstarávateľ nepristúpi k úprave požadovaného parametra, budeme nútení využiť všetky dostupné revízne postupy v zmysle § 170 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

3. Vybavenie žiadosti o nápravu – bod č. 2:

Verejný obstarávateľ podľa § 165 ods. 3 písm. b) ZoVO **zamieta** žiadosť o nápravu v bode č. 2.

4. Odôvodnenie – bod č. 2:

Definovanie zákazky vrátane kvalitatívnych kritérií je plne v kompetencii verejného obstarávateľa v závislosti od jeho konkrétnych potrieb, ale zároveň pri dodržaní princípov verejného obstarávania zakotvených v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ na základe dlhoročných skúseností v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v jednotlivých laboratórnych odboroch disponuje kompetenciou definovať požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ je subjektom, ktorý pozná svoje potreby najlepšie a na základe nich určuje predmet zákazky tak, aby výsledok verejného obstarávania čo najlepšie zodpovedal týmto požiadavkám, ktoré sú determinované jeho kompetenciami, prevádzkovými možnosťami a samotnou činnosťou spočívajúcou v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Žiadny záujemca/ uchádzač nie je oprávnený požadovať od verejného obstarávateľa definovať predmet zákazky tak, aby nezodpovedal jeho potrebám, ako aj snahe optimalizovať svoju činnosť v súlade s modernými trendmi a pokrokom v medicínskej oblasti.

Verejný obstarávateľ svoje potreby jasne, zrozumiteľne zdefinoval, proces nastavil transparentne s cieľom zabezpečenia hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti nakladania s verejnými zdrojmi.

Stanovená požiadavka na pevné plastové viečka z pohľadu potrieb verejného obstarávateľa má svoje jednoznačné opodstatnenie. Pevné plastové viečko má vynikajúce bariérové vlastnosti, v porovnaní s alumíniovou fóliou je pevnejšie, odolnejšie.

Predstavuje bezpečnejšie uzatvorenie primárnych skúmaviek a zaisťuje zabránenie rizika kontaminácie pri manuálnej manipulácii s nimi mimo priestoru linky.

Cieľom verejného obstarávateľa je racionálna indikácia laboratórnych vyšetrení, efektívne a účelne vynakladanie finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia a snaha o minimalizáciu traumatizácie pacienta opakovanými odbermi biologického materiálu.

Z uvedeného dôvodu je v laboratóriu vysoký počet dodatočných ordinácií vyšetrení, indikovaných na základe výsledkov prvotných (skriningových/ základných) vyšetrení. Čo má za následok opakované otváranie primárnych skúmaviek.

Pevné plastové viečko umožňuje jednoduchý a bezpečný spôsob opakovaného otvorenia skúmavky bez rizika kontaminácie vzorky kúskami fólie. Zvyšky fólie môžu jednak znehodnotiť samotnú vzorku, ale zároveň spôsobiť aj upchatie ihly/špičky a následné zdržanie vyšetrovacieho procesu. Pri otváraní skúmavky odšroubovaním/vytiahnutím celého viečka aj opakované uzatváranie primárnych skúmaviek plastovými viečkami poskytuje vždy rovnako bezpečné uchovanie primárnej vzorky, kým pri viacnásobnom čiastočnom rozrušovaní a následnom vrstvení alumíniových fólií vyvstáva riziko novej kontaminácie.

Z uvedených dôvodov verejný obstarávateľ považuje bodové ohodnotenie daného kritéria za primerané.

Verejný obstarávateľ pridelením bodov kvalitatívnymi požiadavkami 2.3.1 zatváranie primárnych skúmaviek s použitím plastových vrchnáčikov vytvára výhodu oproti iným technickým riešeniam na relevantnom trhu z toho dôvodu, že uprednostňuje výhody riešenia, ktoré sú tiež vyhovujúce z hľadiska dosiahnutia obstarávaného cieľa.

Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť ponuku aj záujemcovi/uchádzačovi s technológiou, ktorá má zatváranie skúmaviek aj s použitím alumíniovej fólie, nakoľko umožnil vyplniť parameter uvedením odpovede „nie“, ale nevidí dôvod ho akokoľvek zvýhodniť vo svojom hodnotení a tým znevýhodniť záujemcu/uchádzača s najnovšími technológiami, ktoré majú možnosť zatvárať primárne skúmavky s použitím plastových vrchnáčikov a tým prísť o výhody jednoduchého a bezpečného spôsobu opakovaného otvorenia skúmavky.

V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ nevypúšťa bod 2.3.1 z bodového hodnotenia kvalitatívnych požiadaviek, a ani nesúhlasí s úpravou bodovej hodnoty z pôvodnej hodnoty 2 body za plnenie (neplnenie) tejto položky na hranicu 0,5 bodu. Trvá na nastavenom kvalitatívnom hodnotení, lebo je presvedčený, že získa ponuku, ktorá najlepšie splní jeho potreby.

Verejný obstarávateľ má za to, že neporušuje ust. § 10 ods. 2 ZoVO, a to konkrétne princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp rovnakého zaobchádzania a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Požiadavky na predmet zákazky ako aj bodové hodnotenie kvalitatívnych požiadaviek bolo stanovené na základe potreby verejného obstarávateľa modernizovať svoje laboratórne pracovisko v súlade s aktuálnymi trendami a na základe možností trhu, za týmto účelom zrealizoval aj predbežné trhové konzultácie. Verejný obstarávateľ má za to, že stanovil podmienky nediskriminačne, tak aby sa do vyhláseného procesu verejného obstarávania mohol zapojiť akýkoľvek hospodársky subjekt. Súčasne však verejný obstarávateľ stanovil kvalitatívne požiadavky na predmet zákazky a ich bodové hodnotenie, aby bol splnený princíp hospodárnosti a efektívnosti, a to najmä z pohľadu dlhodobej prevádzky, racionalizácie laboratórnych vyšetrení a požiadaviek na zníženie energetickej náročnosti. Súčasne pre verejného obstarávateľa zohráva dôležitú úlohu bezpečnosť a vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov.

Je na uchádzačovi, aby zväžil svoje možnosti v predmetnej súťaži a vykompenzoval svoje nevýhody v namietaných parametroch výhodami, ktoré jeho technológia akiste splňa v iných bodovaných kvalitatívnych parametroch alebo v cenovej ponuke. Podobne ako budú pri predkladaní ponuky postupovať ostatní uchádzači, ktorí by sa zase pri iných parametroch, ktoré splňa napríklad lepšie žiadateľ o nápravu, mohli cítiť diskriminovaní. Pre verejného

obstarávateľa je podstatné najst' vyvážený pomer kvality a ceny a preto stanovil vyhodnotenia ponúk takýmto spôsobom.

Verejný obstarávateľ posúdil doručенú žiadosť o nápravu v stanovenej lehote siedmich dní od doručenia úplnej žiadosti a nevyhovuje návrhu žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu.

Vybavenie žiadosti o nápravu verejný obstarávateľ zároveň oznamuje v záujme zachovania transparentnosti a nediskriminácie všetkým záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

.....
Ing. Miriam Lapuníková, MBA
riadiateľka