



**Všetci uchádzači zaradení do zriadeného
dynamického nákupného systému ID: 18656**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO1-2024/000726-003

Vybavuje/linka
Mgr. Mihalďová /+421250944542

Bratislava
31.07.2024

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky III.

Podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „**Termokamery 2**“, ktoré je realizované v rámci dynamického nákupného systému „Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS“.

Otázka č. 1:

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ v Prílohe č.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky / Vzor vlastného návrhu plnenia požaduje v bode 9. Kalibráciu termokamery podľa OIML R 141 a taktiež uvádza, že podmienkou pri dodaní termokamery je predložiť doklad (napríklad kalibračný postup) preukazujúci vykonanie kalibrácie podľa odporúčenia OIML R 141. Súčasne verejný obstarávateľ v časti Ostatné požiadavky na predmet zákazky požaduje v rámci ponuky predložiť podrobný kalibračný certifikát (v slovenskom alebo českom jazyku, alebo úradne preložený do slovenského alebo českého jazyka) vrátane uvedenia odchýlok od etalónu naviazaného na medzinárodné etalóny, vrátane uvedenia neistoty merania v minimálne troch bodoch v rozsahu min. od 0°C do min. 1400°C. Nakoľko je podrobný kalibračný certifikát výsledkom kalibrácie konkrétnej kamery, uchádzači nemôžu disponovať certifikátom kamery, ktorá je predmetom verejného obstarávania, pred vyhodnotením verejného obstarávania a samotným dodávaním predmetu zákazky. Preto žiadame verejného obstarávateľa, aby v rámci ponuky akceptoval predloženie podrobného kalibračného certifikátu vydaného metrologickým ústavom v štáte výrobcu k už v minulosti dodanej kamere, ktorý jednoznačne preukáže, čo bude jeho obsahom pri samotnom dodaní požadovanej kamery, avšak bez potreby uvedenia presných požadovaných neistôt merania v rozsahu min. od 0°C do min. 1400°C (v našom kalibračnom certifikáte je uvedená neistota merania v piatich bodoch od 50 do 500°C). Pri dodaní samotnej kamery by boli kalibračné hodnoty dodržané podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Taktiež žiadame verejného obstarávateľa, aby podľa bodu 9. akceptoval pri dodaní termokamery kalibračné certifikáty vydané metrologickým ústavom v štáte výrobcu, nakoľko podľa informácií priamo z organizácie OIML, sa v štáte nášho výrobcu nevydávajú kalibračné certifikáty OIML pre termovízne kamery, a taktiež ich nie je možné získať v SR od Slovenského metrologického ústavu. Zároveň vzhľadom na krátku lehotu stanovenú na vypracovanie ponuky, potrebné úradné preklady a vzhľadom na prebiehajúce dovolenkové obdobie, si dovoľujeme verejného obstarávateľa požiadať o primerané predĺženie termínu na predkladanie ponúk.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ **nesúhlasí** a trvá na požiadavkách tak, ako sú zadané v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky/Vzor vlastného návrhu plnenia. Verejný obstarávateľ má za to, že predpis OIML R 141 je medzinárodne uznávané odporúčenie opisujúce princípy kalibrácie termografických prístrojov. Pokiaľ laboratórium toto odporúčanie dodržiava, je vysoko pravdepodobné, že kalibrácia je presná a spoľahlivá. Preto je túto požiadavku nutné dodržať, čím sa garantuje kvalita vykonanej kalibrácie. Odporúčania alebo normy uznávané iba lokálne nezaistujú medzinárodne uznávanú spoľahlivosť kalibračného laboratória, teda aj pravdivosť kalibračného listu poskytnutého týmto laboratóriom. Vzhľadom na uvedené verejný obstarávateľ neakceptuje kalibračné listy, ktoré nebudú vykonané podľa medzinárodne uznávaného odporúčania OIML R 141.

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje predložiť vzor kalibračného listu termokamery v rozsahu 0°C až 1400°C, ktorý spĺňa požadované náležitosti. Teplotný rozsah je zvolený tak, aby pokrýval maximálny teplotný rozsah požadovaných termokamier, aby bola potvrdená kalibračná schopnosť laboratória. Nie je možné predložiť kalibračný list s hodnotou od 50 do 500°C.

Verejný obstarávateľ zároveň **nesúhlasí** s požiadavkou na predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, nakoľko stanovil lehotu na predkladanie ponúk primerane s ohľadom na zložitosť predmetu zákazky tak, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky dostatočne vopred.

S pozdravom

.....
Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania
MV SR