



- **všetkým záujemcom**

**Váš list číslo/zo dňa**

**Naše číslo**  
R1-9 / 051-26 / 2018

**Vybavuje/linka**  
Ing. Ján Mlynarčík  
02/48234088  
[jan.mlynarcik@unb.sk](mailto:jan.mlynarcik@unb.sk)

**Bratislava**  
02. 08. 2018

**Vec:** Vysvetlenie súťažných podkladov – predloženie

---

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 051-07 / 2018 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2018/S 128-291093 zo 06. 07. 2018 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2018 z 09. 07. 2018 pod zn. 9251-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**USG PRÍSTROJE**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

**Ing. Ján Mlynarčík, v.r.**



## **VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

### Otázka č. 1:

D. Podmienky účasti uchádzačov, bod 3.3

Vzhľadom k vysokým nákladom spojených s poskytnutím vzorky (časovým, finančným i logistickým) pre všetkých uchádzačov: Nie je zbytočné požičiavať prístroje od všetkých uchádzačov, keď jediným kritériom na hodnotenie ponúk je cena? Nie je efektívnejšie (aj pre obstarávateľa) po aukcii zapožičať prístroje od víťazných uchádzačov na overenie požadovaných technicko-medicínskych parametrov?

### Odpoveď:

**Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a vyhodnotenie ponúk – splnenie medicínsko-technických parametrov sa vykoná po otvorení ponúk – časti ponúk označených ako „OSTATNÉ“. Otváranie obálok s ponukami – časťou ponúk označenou ako „KRITÉRIÁ“, ktoré obsahujú cenu za ponúkaný predmet zákazky, budú vykonané len u ponúk uchádzačov, ktorí vyhovelí podmienkam účasti a ktorých ponuka spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky.**

### Otázka č. 2:

D. Podmienky účasti uchádzačov, bod 3.3

Budete pri testovaní prístrojov posudzovať výhradne parametre požadované v Prílohe č. 1 k časti B. Opis predmetu zákazky Technická a medicínska špecifikácia, alebo bude prihliadané aj na iné subjektívne dojmy osoby, ktorá bude prístroj testovať? Vzhľadom na to, že sa jedná o podmienku účasti, definujte, na aké? Môže byť uchádzať na základe týchto subjektívnych dojmov vylúčený zo súťaže?

### Odpoveď:

**Na základe subjektívnych názorov osoby, ktorá bude prístroj testovať nemôže byť a nebude uchádzač, resp. ponuka uchádzača vylúčená z verejného obstarávania.**

### Otázka č. 3:

D. Podmienky účasti uchádzačov, bod 3.3

Bude náš aplikačný špecialista prítomný pri skúšaní prístroja, aby mohol relevantne odprezentovať všetky technicko-medicínske parametre?

*Máme za to, že nie je možné, aby si osoba obstarávateľa (ktorá má byť vyškolená na obsluhu prístroja do 5 dní od lehoty na predkladanie ponúk) zapamätala všetky funkcie a parametre požadované obstarávateľom. Zaškoľovanie štandardne prebieha tak, že náš aplikačný špecialista počas niekoľkých týždňov navštevuje zákazníka.*

### Odpoveď:

**Je to výlučne na osobe/osobách určených na skúšanie vzorky. Je predpoklad, že na základe počiatočného poučenia s obsluhou bude aj neskôr priebežne využívať služby aplikačného špecialistu uchádzača, zvlášť v overení splnenia všetkých medicínsko-technických parametrov, plnenia požiadaviek kladených na USG prístroj, sporných prípadoch a pod..**

### Otázka č. 4:

D. Podmienky účasti uchádzačov, bod 3.3

Čo považujete za nevyhnutnú sprievodnú dokumentáciu, ktorú požadujete poskytnúť spolu so vzorkou? Vzhľadom na to, že sa jedná o podmienku účasti, žiadame o explicitné zadefinovanie tejto požiadavky.

### Odpoveď:

**Vid' „Vysvetľovanie súťažných podkladov\_8“ č. R1-9/051-20/2018 z 31.07.2018.**


### Otázka č. 5:

D. Podmienky účasti uchádzačov, bod 3.3

V prípade, ak do dvoch častí rozdeleného predmetu zákazky ponúkame rovnaké typy prístrojov, musíme predložiť 2 vzorky alebo bude postačovať jedna (samozrejme so sondami ku dvom častiam, v zmysle špecifikácie)?

### Odpoveď:

**Vzhľadom na skutočnosť, že skúšky jednotlivých kategórií prístrojov nebudú vykonávané na tej istej klinike/oddelení, je nevyhnutné predložiť vzorku na každú časť rozdeleného predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku.**



Otázka č. 6:

A. Pokyny na vypracovanie ponuky, bod 30.4

*Uvádzate: „Výsledkom vykonaného skúšania bude vyhotovený Záznam, ktorý je záväzným dokumentom pre vyhodnotenia ponuky uchádzača – splnenia požadovaných medicínskotechnických požiadaviek kladených na predmet zákazky.“*

Čo presne bude v tomto zázname uvedené? Bude nám tento záznam poskytnutý? Ak áno, tak kedy (v ktorej fáze súťaže)?

**Odpoveď:**

**Ide o interný materiál skúšobne komisie, ktorá je poradným orgánom komisie pre vyhodnocovanie ponúk. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.**

**Uchádzač bude s výsledkom vyhodnotenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a vyhodnotením ponúk – splnenia požiadaviek kladených na predmet zákazky písomne vyrozumieť.**

Otázka č. 7:

Príloha č. 1 k časti B. Opis predmetu zákazky Technická a medicínska špecifikácia

Časť I. 1. kategória: USG - PPRENOSNÝ

Požadujete 5 ks USG prístrojov, ale 6 ks lineárnych sond 5-13 MHz. Skutočne požadujete dodanie šiestich sond pre päť prístrojov (nejedná sa o preklep), alebo bude mať jeden z prístrojov dve absolútne totožné sondy?

**Odpoveď:**

**Požaduje sa 6 ks lineárnych sond 5-13 MHz.**

**Vid' „Vysvetľovanie súťažných podkladov\_12“ č. R1-9/051-24/2018 z 01.08.2018.**

Otázka č. 8:

Vysvetľovanie súťažných podkladov\_3

Ako bude prebiehať znalecké šetrenie v prípade nepreukázania požadovanej funkcionality počas testovania? Kto bude toto znalecké šetrenie realizovať? Kto bude znášať finančné náklady spojené so znaleckým šetrením? Akým spôsobom budeme oboznámení s výsledkami tohto šetrenia? Prosíme o detailné vysvetlenie tohto postupu.

**Odpoveď:**

**Uchádzač je povinný vhodným spôsobom preukázať splnenie všetkých medicínsko-technických parametrov a požiadaviek kladených na konkrétny USG prístroj. V prípade nepreukázania bude jeho ponuka z verejného obstarávania vylúčená.**

**V sporných prípadoch je preukazovacia povinnosť na strane uchádzača.**