

Vysvetlenie č. 16

Otázka záujemcu:

Dobrý deň.

Požadovaná hrúbka jednorazových nitrilových rukavíc pre všeobecné použitie je meraná v jednej alebo v 2 vrstvách. Ďakujem.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V nadväznosti na položenú otázku záujemcu verejný obstarávateľ uvádza nasledovné stanovisko:

Komisia verejného obstarávateľa vyhodnocuje pre kategóriu 5/A Jednorazové nitrilové rukavice minimálnu hrúbku 0,12 mm v jednej vrstve.

S pozdravom

Verejný obstarávateľ