



V Trenčíne, dňa 12.05.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Oznámenie o úprave Súťažných podkladov po vydaní rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky:	Mobilný RTG prístroj
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 09.02.2021, pod č. 2021/S 027-066276 a vo Vestníku VO č. 43/2021 dňa 10.02.2021 pod sp.zn.č. 12139-MST
Právny predpis	Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ku dňu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej aj „ZVO“)

1. Oznámenie verejného obstarávateľa o úprave Súťažných podkladov

V súvislosti s doručeným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj „Úrad“) č. 3643-6000/2021-OD zo dňa 6.5.2021, kde Úrad v druhej časti námietok navrhovateľa nariaďuje podľa § 175 ods. 1 písm. a) ZVO verejnému obstarávateľovi **odstrániť protiprávny stav** Vám verejný obstarávateľ oznamuje, že upravuje súťažné podklady nasledovným spôsobom:

Verejný obstarávateľ **rozhodol o vypustení** požadovaného technického parametra v bode č. 21 Prílohy č. 2 SP/Zmluvy – Technická špecifikácia súťažných podkladov „*Hmotnosť prístroja – max. 550kg*“.

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ aktuálne nemá kapacitu na to deklarovat' technický stav a konkrétne hodnoty nosností jednotlivých výťahov, ktorými sa bude predmetná prístrojová technika v reálnej prevádzke v čase jej dodania a uvedenia do prevádzky presúvať. Chod prevádzok sa v súvislosti s reprofilizáciami niektorých pracovísk verejného obstarávateľa spôsobených pandemiou ochorenia COVID-19 v poslednom období často menil a nie je vylúčené, že sa aj v budúcnosti bude meniť. Pre takéto posúdenie by tiež musel verejný obstarávateľ vynaložiť dodatočné finančné prostriedky. Takéto posúdenie by zároveň zbytočne predlžovalo celý proces verejného obstarávania. Posudzovaniu technického stavu a prípadným technickým úpravám pre zvýšenie nosností výťahov sa bude verejný obstarávateľ zaoberať, ak to v budúcnosti bude nevyhnutné.

V zmysle vyššie uvedeného a odborného stanoviska v rámci rozhodnutia Úradu, s ktorého závermi sa Úrad stotožnil vyplýva, že po úprave požadovanej hodnoty technického parametra „*Hmotnosť prístroja*“ na hodnotu „*max. 580kg*“ bude umožnené zúčastniť sa súťaže ďalším uchádzačom s **minimálne dvoma ďalšími produktami (zariadeniami iných výrobcov), konkrétne aj s produktom záujemcu, ktorý podal námietku, a to zároveň pri splnení všetkých ostatných požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedených v technickej špecifikácii.**



S cieľom vyvrátenia akýchkoľvek pochybností ohľadne možného umelého obmedzenia súťaže požiadavkou na maximálnu hmotnosť prístroja a pre zabezpečenie neporušenia princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ rozhodol o úplnom vypustení tohto parametra technickej špecifikácie, t.j. komisia verejného obstarávateľa nebude nijakým spôsobom prihliadať pri vyhodnotení ponúk predložených uchádzačmi na hmotnosť ponúkaných prístrojov.

Vykonané zmeny v súťažných podkladoch sú farebne odlišené.

Upravené súťažné podklady verejný obstarávateľ zverejňuje v príslušnej zákazke v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10490/summary>

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Prílohy:

1. Úprava_1_FNTN-2021-02-ŠF-NZ-Mobilný RTG prístroj-SP-p2-TŠ