



V Trenčíne, dňa 18.03.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 4

**Označenie verejného obstarávania:**

Verejný obstarávateľ	<b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>
Predmet zákazky:	<b>RTG skiagrafický prístroj</b>
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 22.02.2021, pod č. 2021/S 036-089443 a vo Vestníku VO č. 53/2021 dňa 23.02.2021 pod sp.zn.č. 13901-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

**Otázka 4-1**

V bode 37 požadujete prenosný bezdrôtový detektor pre vyšetovanie novorodencov s rozmermi 24 x 30 cm ( tolerancia  $\pm 2$  cm ) s citlivosťou na minimalizáciu dávky pre novorodeneckého pacienta min. 3,93 Ip/mm.

OTÁZKA:

Nami ponúkaný prístroj má prenosný bezdrôtový CANON detektor pre vyšetovanie novorodencov s rozmermi aktívnej plochy 27,4 x 35 cm s citlivosťou na minimalizáciu dávky pre novorodeneckého pacienta 4 Ip/mm.

Bude Verejný obstarávateľ akceptovať dodanie detektora s rozmermi aktívnej plochy 27,4 x 35 cm s citlivosťou na minimalizáciu dávky 4 Ip/mm ?

**Odpoveď 4-1:**

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať zmenu veľkosti detektora v bode 37 technickej špecifikácie.

Veľkosť detektora sa berie aj v závislosti k veľkosti inkubátora a zväčšenie veľkosti detektora by značne obmedzilo výkon činnosti pri RTG snímkaní v inkubátore.

S pozdravom

Ing. Michal Plesník  
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa