

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave, dňa 02.02.2022

Vec: Zmena súťažných podkladov č. 3

Verejný obstarávateľ **Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie zo dňa 14.01.2022 pod zn. 2022/S 010-017947 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 10/2022 zo dňa 16.01.2022 pod značkou 2043 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž, a na základe poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou, Vám týmto oznamuje, že Verejný obstarávateľ sa rozhodol vykonať nižšie uvedené zmeny súťažných podkladov.

1. ZMENA

PÔVODNÝ bod 21.3 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne (cit.):

„21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **11.02.2022 o 10:00 hod. miestneho času.**“

PO ZMENE bod 21.3 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne:

„21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **07.03.2022 o 10:00 hod. miestneho času.**“

2. ZMENA

PÔVODNÝ bod 23.1 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne (cit.):

„23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **11.02.2022 o 11:00 hod. miestneho času na adrese: Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava.**“

PO ZMENE bod 23.1 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne:

„23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **07.03.2022 o 11:00 hod. miestneho času na adrese: Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava.**“

3. ZMENA

Pôvodné požadované parametre na **časť V. predmetu zákazky** uvedené pod p.č. 10, 12, 14, 15, 24, 34 v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť V. súťažných podkladov boli stanovené nasledovne:

P.č.	Technická špecifikácia	Požadovaný parameter			
		Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota

1				
10	Šírka prístroja	cm		59	
...	...				
12	Čas prvého zobrazenia snímky	sekunda		3	
..	...				
14	Aktívna plocha detektora pre dospelých pacientov	cm x cm	35x40		
15	Aktívna plocha detektora pre novorodencov	cm x cm	23x28		
...	...				
24	Nastaviteľná výška držadla/rúčky prístroja	Áno			
...			
34	Vodotesné detektory s krytím min. IPX6	Áno			

Po zmene požadované parametre na **časť V. predmetu zákazky** uvedené pod p.č. 10, 12, 14, 15, 24, 34 v Prílohe č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť V. súťažných podkladov sú stanovené nasledovne:

P.č.	Technická špecifikácia	Požadovaný parameter			
		Jednotka	Minimum	Maximum	Presná hodnota
1				
10	Šírka prístroja	cm		59,9	
...	...				
12	Čas prvého zobrazenia snímky	sekunda		15	
..	...				
14	Aktívna plocha detektora pre dospelých pacientov (výška x šírka)	cm x cm	32 x do 42		
15	Aktívna plocha detektora pre novorodencov (výška x šírka)	cm x cm	22 x do 30		

...	...				
24	Nastaviteľná výška držadla/rúčky prístroja, alebo ekvivalentné riešenie bez nastaviteľnej výšky držadla/rúčky prístroja	Áno			
...			
34	Vodotesné detektory s krytím min. IPX3	Áno			

Verejný obstarávateľ v kontexte s vyššie uvedenou Zmenou č. 1 a 2 vykonaná aj opravu Oznámenia vo forme redakčnej opravy.

Verejný obstarávateľ prikladá aj aktualizované znenie Podrobnej špecifikácie predmetu zákazky_Časť V., ktorá je súčasťou prílohy č. B.1 súťažných podkladov.

Prosím, zoberte na vedomie príslušné zmeny súťažných podkladov.

S pozdravom




TATRATENDER
Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava

Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.

Príloha:

č.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky_Časť V

.