



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, ktorá bola podaná podľa § 164 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARAVATEĽA

Názov: **Univerzitná nemocnica Bratislava**
Sídlo: Pažitková 4, 921 04 Bratislava
IČO: 31 813 861

OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Názov zákazky: **Anestéziologické prístroje**
Typ zákazky: Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), zabezpečené elektronickou formou predkladania ponúk
Číslo vestníka: 138/2022 zo dňa 16.06.2022
Značka 29586-MST
Číslo ozn. v Ú. v. EÚ: 2022/S 114-320425 z dňa 15.06.2022

Žiadosť o nápravu v zmysle § 164 ods. 1 písm. a) a b) ZVO

Smerujúca proti verejnému obstarávaniu zverejnenému vo Vestníku publikačného úradu Európskej únie č. 2022/S 114-320425 zo dňa 15.06.2022 a vo vestníku ÚVO 114/2022 spis. zn. 29586 – MST zo dňa 16.06.2022 (ďalej len „oznámenie“), pod názvom: „Anestéziologické prístroje“

Označenie skutočností, proti ktorým žiadosť o nápravu smeruje

podľa § 164 ods. 1 písm. a) a b) ZVO, konkrétne proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých verejným obstarávateľom.



Opis rozhodujúcich skutočností

Na základe nižšie uvedených rozhodujúcich skutočností a označených dôkazov má žiadateľ za to, že:

1. Verejný obstarávateľ v dokumente “ SP anesteziologické prístroje FINAL (1).pdf“, poskytnutých súťažných podkladov anesteziologický prístroj zverejnený dňa 16.06.2022, vyššie uvedený predmet zákazky v časti B. Opis predmetu zákazky na str. č. 26, oddiel „FUNKCIA“, zadané požiadavky pre technické parametre anesteziologického prístroja v nasledovnom rozsahu, „Anesteziologický prístroj musí zabezpečiť kompatibilitu a zlučiteľnosť so stávajúcimi anesteziologickými prístrojmi a monitormi v majetku verejného obstarávateľa (zn. Dräger) alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim príslušenstvom s modulmi uvedeného výrobcu, a to z dôvodu možnosti používať príslušenstvo k anesteziologickým prístrojom, odparovače inhalačných anestetík, káble k monitorovacej technike, moduly BIS a NMT, zásobníky na vápno, kapno monitory a ďalšie) aj na nových prístrojoch, napr. v prípade poruchy, čo znižuje aj nároky na lekárske a sesterské personál, jeden typ prístroja, jeden spôsob kalibrácie, spustenia prístroja a jeho obsluhy.“.

2. V časti B. Opis predmetu zákazky na str. č. 24, oddiel „Technická špecifikácia anesteziologického prístroja“ zadané požiadavky pre technické parametre anesteziologického prístroja v nasledovnom rozsahu: “ventilačný režim – nastaviteľný tlak dých. ciest PINSP niektorým z inštalovaných ventilačných režimov v rozsahu minimálne 3 – 80 cmH₂O“.

3. V časti B. Opis predmetu zákazky na str. č. 24, oddiel „Technická špecifikácia anesteziologického prístroja“ zadané požiadavky pre technické parametre anesteziologického prístroja v nasledovnom rozsahu: “ Rozsah nastavenia tlakovej podpory minimálne 0 – 78 mbar“.

4. V časti B. Opis predmetu zákazky na str. č. 24, oddiel „Technická špecifikácia anesteziologického prístroja“ zadané požiadavky pre technické parametre anesteziologického prístroja v nasledovnom rozsahu: “ anesteziologický prístroj s elektrickým pohonom bez potreby a spotreby hnacieho plynu“.

FUNKCIA	ROZPOR
---------	--------



<p>Anesteziologický prístroj musí zabezpečiť kompatibilitu a zlučiteľnosť so stávajúcimi anesteziologickými prístrojmi a monitormi v majetku verejného obstarávateľa (zn. Dräger) alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim príslušenstvom s modulmi uvedeného výrobcu, a to z dôvodu možnosti používať príslušenstvo k anesteziologickým prístrojom, odparovače inhalačných anestetík, káble k monitorovacej technike, moduly BIS a NMT, zásobníky na vápno, kapno monitory a ďalšie) aj na nových prístrojoch, napr. v prípade poruchy, čo znižuje aj nároky na lekárske a sesterný personál, jeden typ prístroja, jeden spôsob kalibrácie, spustenia prístroja a jeho obsluhy.“.</p>	<p>Uvedený parameter považujeme za diskriminačný pre všetky zdravotnícke spoločnosti, ktoré nie sú výhradným distribútorom uvedenej značky Dräger a nemajú ani obchodný vzťah s uvedeným výrobcem.</p> <p>Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť podľa § 42 ods. 1 písm b) v spojení s § 10 vyššie uvedeného zákona poskytnúť záujemcom vo verejnej súťaži také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich ponúk a súčasne aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov vrátane dodržania všetkých zákonných princípov (tzn. princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti).</p> <p>Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Taktiež podľa 42 ods. 7 je súladné v zmysle platných ustanovení zákona, že podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách. Máme zato, že zadaný parameter je v plnom rozsahu diskriminačný a môže mať za následok obmedzenie širšej účasti záujemcov o predloženie ponuky, čo má vplyv na transparentnosť priebehu procesu verejného obstarávania.</p>
<p>Technická špecifikácia</p>	<p>ROZPOR</p>



<p>ventilačný režim – nastaviteľný tlak dých. ciest PINSP niektorým z inštalovaných ventilačných režimov v rozsahu minimálne 3 – 80 cmH2O</p>	<p>Uvedený parameter považujeme za diskriminačný pre všetky zdravotnícke spoločnosti, ktoré nie sú výhradným distribútorom uvedenej značky Dräger a nemajú ani obchodný vzťah s uvedeným výrobcom.</p> <p>Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. ukladá verejnemu obstarávateľovi povinnosť podľa § 42 ods. 1 písm b) v spojení s § 10 vyššie uvedeného zákona poskytnúť záujemcom vo verejnej súťaži také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich ponúk a súčasne aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov vrátane dodržania všetkých zákonných princípov (tzn. princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti).</p> <p>Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Taktiež podľa 42 ods. 7 je súladné v zmysle platných ustanovení zákona, že podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách. Máme zato, že zadaný parameter je v plnom rozsahu diskriminačný a môže mať za následok obmedzenie širšej účasti záujemcov o predloženie ponuky, čo má vplyv na transparentnosť priebehu procesu verejného obstarávania.</p>
<p>Technická špecifikácia</p>	<p>ROZPOR</p>
<p>Rozsah nastavenia tlakovej podpory minimálne 0 – 78 mbar</p>	<p>Uvedený parameter považujeme za diskriminačný pre všetky zdravotnícke spoločnosti, ktoré nie sú výhradným distribútorom uvedenej značky Dräger a nemajú ani obchodný vzťah s uvedeným</p>



	<p>výrobcom.</p> <p>Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť podľa § 42 ods. 1 písm b) v spojení s § 10 vyššie uvedeného zákona poskytnúť záujemcom vo verejnej súťaži také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich ponúk a súčasne aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov vrátane dodržania všetkých zákonných princípov (tzn. princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti).</p> <p>Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Taktiež podľa 42 ods. 7 je súladné v zmysle platných ustanovení zákona, že podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách. Máme zato, že zadaný parameter je v plnom rozsahu diskriminačný a môže mať za následok obmedzenie širšej účasti záujemcov o predloženie ponuky, čo má vplyv na transparentnosť priebehu procesu verejného obstarávania.</p>
Technická špecifikácia	ROZPOR
anestéziologický prístroj s elektrickým pohonom bez potreby a spotreby hnacieho plynu	<p>Uvedený parameter považujeme za diskriminačný pre všetky zdravotnícke spoločnosti, ktoré nie sú výhradným distribútorom uvedenej značky Dräger a nemajú ani obchodný vzťah s uvedeným výrobcom.</p> <p>Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť podľa § 42 ods. 1 písm b) v</p>



	<p>spojení s § 10 vyššie uvedeného zákona poskytnúť záujemcom vo verejnej súťaži také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich ponúk a súčasne aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov vrátane dodržania všetkých zákonných princípov (tzn. princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti).</p> <p>Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Taktiež podľa 42 ods. 7 je súladné v zmysle platných ustanovení zákona, že podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách. Máme zato, že zadaný parameter je v plnom rozsahu diskriminačný a môže mať za následok obmedzenie širšej účasti záujemcov o predloženie ponuky, čo má vplyv na transparentnosť priebehu procesu verejného obstarávania.</p>
--	--

Označenie dôkazov:

- porušenie princípu nediskriminácie a transparentnosti
- zadaný technický parameter, ktorý má obmedzujúci charakter

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu (§ 164 ods. 2 písm. e) ZVO)

Na základe uplatnenia Žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii, v súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom alebo osobou podľa § 8 v lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov žiadame o **odstránenie protiprávneho stavu** v nasledovných parametroch uvedených v poskytnutom dokumente dokumente „*SP anesteziologické prístroje FINAL (1).pdf*“, súťažných podkladov v v časti B. Opis



predmetu zákazky „**anestéziologický prístroj**“ v oddieloch technická špecifikácia a funkcia, ktoré považujeme za **diskriminačné**, v nasledovnom rozsahu:

FUNKCIA	ROZPOR
<p>Anesteziologický prístroj musí zabezpečiť kompatibilitu a zlučiteľnosť so stávajúcimi anestéziologickými prístrojmi a monitormi v majetku verejného obstarávateľa (zn. Dräger) alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim príslušenstvom s modulmi uvedeného výrobcu, a to z dôvodu možnosti používať príslušenstvo k anestéziologickým prístrojom, odparovače inhalačných anestetík, káble k monitorovacej technike, moduly BIS a NMT, zásobníky na vápno, kapno monitory a ďalšie) aj na nových prístrojoch, napr. v prípade poruchy, čo znižuje aj nároky na lekárske a sesterný personál, jeden typ prístroja, jeden spôsob kalibrácie, spustenia prístroja a jeho obsluhy.“.</p>	<p>Uvedenú požiadavku na parameter funkcie pre anestéziologický prístroj žiadame v plnom rozsahu vypustiť, nakoľko sa nejedná o požiadavku splniteľnú jediným výrobcom tj. spoločnosťou Dräger a jeho výhradným zástupcom pre Slovensko spoločnosťou Dräger Slovensko s.r.o. a jeho obchodným partnerom Media Comp.s.r.o. Požiadavka na kompaktnosť, prípadný ekvivalent nie je dostupný. Žiadame v plnom rozsahu vypustiť, nakoľko ju považujeme za vysoko diskriminačnú.</p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Uvedený parameter považujeme za diskriminačný pre všetky zdravotnícke spoločnosti, ktoré nie sú výhradným distribútorom uvedenej značky Dräger a nemajú ani obchodný vzťah s uvedeným výrobcom.</p> <p>Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť podľa § 42 ods. 1 písm b) v spojení s § 10 vyššie uvedeného zákona poskytnúť záujemcom vo verejnej súťaži také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich ponúk a súčasne aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov vrátane dodržania všetkých zákonných princípov (tzn. princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti).</p> <p>Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe</p>



	<p>technických požiadaviek. Taktiež podľa 42 ods. 7 je súladné v zmysle platných ustanovení zákona, že podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách. Máme zato, že zadaný parameter je v plnom rozsahu diskriminačný a môže mať za následok obmedzenie širšej účasti záujemcov o predloženie ponuky, čo má vplyv na transparentnosť priebehu procesu verejného obstarávania.</p>
Technická špecifikácia	ROZPOR
ventilačný režim – nastaviteľný tlak dých. ciest PINSP niektorým z inštalovaných ventilačných režimov v rozsahu minimálne 3 – 80 cmH2O	<p><i>Uvedenú požiadavku v rámci technickej špecifikácie na Ventilačný režim – nastaviteľný tlak dých. ciest PINSP niektorým z inštalovaných ventilačných režimov v rozsahu minimálne 3 – 80 cmH2O žiadame upraviť na hodnotu minimálne P_{insp} od 5 do 80 cmH2O. Daná hodnota je braná do úvahy od základnej nulovej hodnoty a nie ponad P_{eeP} a neobmedzuje v používaní prístroja pre celé spektrum pacientov od dospelých po novorodencov. Nakoľko pôvodnú hodnotu považujeme za diskriminačnú.</i></p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Uvedený parameter považujeme za diskriminačný. Hodnota je uvádzaná z technického prospektu Dräger Perseus značky Dräger. Požadovaný rozsah je splniteľný len produktami značky Dräger. Nami požadovanú hodnotu spĺňajú všetky renomované značky anestéziologických prístrojov, ktoré vo svojej koncepcii používajú najsofistikovanejšie technológie používané i na Slovensku.</p> <p>Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. ukladá verejnemu obstarávateľovi povinnosť podľa § 42 ods. 1 písm b) v spojení s § 10 vyššie uvedeného zákona poskytnúť záujemcom vo verejnej súťaži také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich ponúk a</p>



	<p>súčasne aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov vrátane dodržania všetkých zákonných princípov (tzn. princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti).</p> <p>Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Taktiež podľa 42 ods. 7 je súladné v zmysle platných ustanovení zákona, že podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách. Máme zato, že zadaný parameter je v plnom rozsahu diskriminačný a môže mať za následok obmedzenie širšej účasti záujemcov o predloženie ponuky, čo má vplyv na transparentnosť priebehu procesu verejného obstarávania.</p>
Technická špecifikácia	ROZPOR
Rozsah nastavenia tlakovej podpory minimálne 0 – 78 mbar	<p><i>Uvedenú požiadavku v rámci technickej špecifikácie rozsah nastavenia tlakovej podpory minimálne 0 – 78</i></p> <p><i>mbar žiadame upraviť na hodnotu minimálne od 0 do 60 mbar. Máme zato, že daná hodnota neobmedzuje v používaní prístroja pre celé spektrum pacientov od dospelých po novorodencov a vysoko presahuje potreby pacienta. Nakoľko pôvodnú hodnotu považujeme za diskriminačnú.</i></p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Uvedený parameter považujeme za diskriminačný. Hodnota je uvádzaná z technického prospektu Dräger Perseus značky Dräger. Požadovaný rozsah je splniteľný len produktami značky Dräger. Nami požadovanú hodnotu spĺňajú všetky renomované značky anestéziologických</p>



	<p>prístrojov, ktoré vo svojej koncepcii používajú najsofistikovanejšie technológie používané i na Slovensku.</p> <p>Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť podľa § 42 ods. 1 písm b) v spojení s § 10 vyššie uvedeného zákona poskytnúť záujemcom vo verejnej súťaži také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich ponúk a súčasne aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov vrátane dodržania všetkých zákonných princípov (tzn. princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti).</p> <p>Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestrane na základe technických požiadaviek. Taktiež podľa 42 ods. 7 je súladné v zmysle platných ustanovení zákona, že podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách. Máme zato, že zadaný parameter je v plnom rozsahu diskriminačný a môže mať za následok obmedzenie širšej účasti záujemcov o predloženie ponuky, čo má vplyv na transparentnosť priebehu procesu verejného obstarávania.</p>
Technická špecifikácia	ROZPOR
anestéziologický prístroj s elektrickým pohonom bez potreby a spotreby hnacieho plynu	<i>Uvedenú požiadavku v rámci technickej špecifikácie n anestéziologický prístroj s elektrickým pohonom bez potreby a spotreby hnacieho plynu žiadame v plnom rozsahu vypísať, nakoľko ju považujeme za diskriminačnú.</i>



	<p><u>Zdôvodnenie:</u></p> <p>Uvedený parameter považujeme za diskriminačný. Hodnota je uvádzaná z technického prospektu Dräger Perseus značky Dräger. Požadovaný rozsah je splniteľný len produktami značky Dräger a Chirana. Ostatné technické požiadavky uvedené v dokumente SP anesteziologické prístroje FINAL (1).pdf eliminujú účasť spoločnosti Chirana.</p> <p>Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť podľa § 42 ods. 1 písm b) v spojení s § 10 vyššie uvedeného zákona poskytnúť záujemcom vo verejnej súťaži také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich ponúk a súčasne aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov vrátane dodržania všetkých zákonných princípov (tzn. princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti).</p> <p>Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Taktiež podľa 42 ods. 7 je súladné v zmysle platných ustanovení zákona, že podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách. Máme zato, že zadaný parameter je v plnom rozsahu diskriminačný a môže mať za následok obmedzenie širšej účasti záujemcov o predloženie ponuky, čo má vplyv na transparentnosť priebehu procesu verejného obstarávania.</p>
--	---



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Odpoď verejného obstarávatel'a na Źiadost' o nápravu:

Verejný obstarávatel' Vašej Źiadosti o nápravu

čiasťočne vyhovuje

Odvôvodnenie:

K skutočnosti 1

FUNKCIA	ROZPOR
<p>Anesteziologický prístroj musí zabezpečiť kompatibilitu a zlučiteľnosť so stávajúcimi anesteziologickými prístrojmi a monitormi v majetku verejného obstarávatel'a (zn. Dräger) alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim príslušenstvom s modulmi uvedeného výrobcu, a to z dôvodu možnosti používať príslušenstvo k anesteziologickým prístrojom, odparovače inhalačných anestetík, káble k monitorovacej technike, moduly BIS a NMT, zásobníky na vápno, kapno monitory a ďalšie) aj na nových prístrojoch, napr. v prípade poruchy, čo znižuje aj nároky na lekárske a sesterný personál, jeden typ prístroja, jeden spôsob kalibrácie, spustenia prístroja a jeho obsluhy.“.</p>	<p>Uvedenú požiadavku na parameter funkcie pre anesteziologický prístroj žiadame v plnom rozsahu vypustiť, nakoľko sa nejedná o požiadavku splniteľnú jediným výrobcem tj. spoločnosťou Dräger a jeho výhradným zástupcom pre Slovensko spoločnosťou Dräger Slovensko s.r.o. a jeho obchodným partnerom Media Comp.s.r.o. Požadavka na kompaktnosť, prípadný ekvivalent nie je dostupný. Žiadame v plnom rozsahu vypustiť, nakoľko ju považujeme za vysoko diskriminačnú.</p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Uvedený parameter považujeme za diskriminačný pre všetky zdravotnícke spoločnosti, ktoré nie sú výhradným distribútorom uvedenej značky Dräger a nemajú ani obchodný vzťah s uvedeným výrobcem.</p> <p>Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. ukladá verejnému obstarávatel'ovi povinnosť podľa § 42 ods. 1 písm b) v spojení s § 10 vyššie uvedeného zákona poskytnúť záujemcom vo verejnej súťaži také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich ponúk a</p>



	<p>súčasne aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov vrátane dodržania všetkých zákonných princípov (tzn. princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti).</p> <p>Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Taktiež podľa 42 ods. 7 je súladné v zmysle platných ustanovení zákona, že podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách. Máme zato, že zadefinovaný parameter je v plnom rozsahu diskriminačný a môže mať za následok obmedzenie širšej účasti záujemcov o predloženie ponuky, čo má vplyv na transparentnosť priebehu procesu verejného obstarávania.</p>
--	--

Ad 1.:

Verejný obstarávateľ nevyhovuje požiadavke v zmysle žiadosti o nápravu z nasledovného dôvodu:

Verejný obstarávateľ uviedol vo Vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 07.07.2022, že trvá na uvedenej požiadavke zabezpečenia kompatibility a zlučiteľnosti s prístrojmi v majetku verejného obstarávateľa alebo ekvivalentu. Uvedené je z dôvodu, že verejný obstarávateľ investoval nemalé prostriedky z verejných zdrojov na nákup príslušenstva k existujúcim anestéziologickým prístrojom (odparovače inhalačných anestetík, káble k monitorovacej technike, moduly BIS a NMT, zásobníky na vápno, kapno monitory a ďalšie).

Verejný obstarávateľ je v zmysle zákona povinný nakladať so zverenými finančnými prostriedkami hospodárne a preto stanovil uvedenú požiadavku tak ako bola definovaná v SP. Využívanie kompatibilného príslušenstva aj na nových prístrojoch, napr. v prípade poruchy, znižuje zároveň nároky na lekárske a sesterský personál. Vzhľadom na situáciu v rezorte zdravotníctva, týkajúcej sa nedostatku personálu, je pre verejného obstarávateľa problematické uvoľniť časť personálu na preškolenie na nový typ prístroja. V prípade výpadku prístroja by personál nemusel byť schopný, v rámci kritickej a život pacienta ohrozujúcej situácii, plynule prejsť na obsluhu iného prístroja a využiť funkčné príslušenstvo vadného prístroja. V praxi by to znamenalo v tejto život pacienta ohrozujúcej situácii, doviest' na operačnú sálu nový prístroj, s komplet novým príslušenstvom kompatibilným len s týmto prístrojom a v najhoršej situácii aj nový anestéziologický team, zaškolený na nový typ prístroja.



Uvedená situácia je pre verejného obstarávateľa absolútne neprijateľná. Z uvedeného dôvodu nastavil podmienku kompatibility tak ako je definovaná v súťažných podkladoch a naďalej na nej trvá.

Vo všeobecnosti platí, že určenie predmetu zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa s ohľadom na jeho potreby a pri dodržaní princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky v závislosti od konkrétnej situácie a svojich špecifických potrieb, tak aby splňal ním určený účel.

Z technického hľadiska verejný obstarávateľ túto požiadavku nepovažuje za diskriminačnú a to najmä z dôvodu, že pripúšťa ekvivalent kompatibilný s existujúcim príslušenstvom s modulmi uvedeného výrobcu. Obmedzujúce by bolo keby verejný obstarávateľ požadoval presný typ prístroja.

Požiadavka na kompatibilitu a zlučiteľnosť s existujúcimi prístrojmi v majetku verejného obstarávateľa nie je nelogická a tiež nie je diskriminačným parametrom. Verejný obstarávateľ nijako nediskriminuje dodávateľov resp. výrobcov. Ak ponúkaný prístroj bude kompatibilný s existujúcim príslušenstvom verejného obstarávateľa ho bude akceptovať.

Potreba kompatibility medicínskych zariadení je opodstatnená, relevantná a hospodárna z hľadiska finančného, technického ako aj z hľadiska správy.

Požiadavka kompatibility je dôležitá z hľadiska prevádzky zariadení ich servisu či údržby a je tiež efektívnym riešením z pohľadu hospodárnosti, ale najmä z dôvodu aby bolo možné vykonávať potrebné úkony s presným výstupom bez akýchkoľvek obmedzení.

Verejný obstarávateľ má za to, že na spoločnom trhu Európskej únie je dostatočný počet potenciálnych kvalifikovaných uchádzačov schopných ponúknuť a dodať požadované prístroje, tak ako ich verejný obstarávateľ definoval a nie len jediný ako sa to snaží Navrhovateľ nepravdivo deklarovať.

Verejný obstarávateľ jednoznačne a transparentne určil a odôvodnil svoje požiadavky v SP a vo Vysvetlení SP a má za to, že žiadnym spôsobom nediskriminuje žiaden hospodársky subjekt.

K skutočnosti 2

Technická špecifikácia	ROZPOR
ventilačný režim – nastaviteľný tlak dých. ciest PINSP niektorým z inštalovaných ventilačných režimov v rozsahu minimálne 3 – 80 cmH₂O	<i>Uvedenú požiadavku v rámci technickej špecifikácie na Ventilačný režim – nastaviteľný tlak dých. ciest PINSP niektorým z inštalovaných ventilačných režimov v rozsahu minimálne 3 – 80 cmH₂O žiadame upraviť na hodnotu minimálne P_{insp} od 5 do 80 cmH₂O. Daná hodnota je braná do úvahy od základnej nulovej hodnoty a nie ponad Peep a neobmedzuje v používaní prístroja pre</i>



*celé spektrum pacientov od dospelých po novorodencov. Nakoľko pôvodnú hodnotu považujeme za **diskriminačnú**.*

Zdôvodnenie:

Uvedený parameter považujeme za **diskriminačný**. Hodnota je uvádzaná z technického prospektu Dräger Perseus značky **Dräger**. Požadovaný rozsah je splniteľný len produktami značky **Dräger**. Nami požadovanú hodnotu spĺňajú všetky renomované značky anestéziologických prístrojov, ktoré vo svojej koncepcii používajú najsofistikovanejšie technológie používané i na Slovensku.

Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. ukladá verejnému obstarávateľovi **povinnosť** podľa **§ 42 ods. 1 písm b)** v spojení s **§ 10** vyššie uvedeného zákona poskytnúť záujemcom vo verejnej súťaži také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich ponúk a súčasne aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov vrátane dodržania všetkých zákonných princípov (tzn. **princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti**).

Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Taktiež podľa 42 ods. 7 je súladné v zmysle platných ustanovení zákona, že podmienky na udelenie značky sú založené na **objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách**. Máme zato, že zadefinovaný parameter je v plnom rozsahu **diskriminačný** a môže mať za následok **obmedzenie širšej účasti** záujemcov o predloženie ponuky, čo má vplyv na **transparentnosť priebehu** procesu verejného obstarávania.



Ad 2.:

Verejný obstarávateľ vyhovuje požiadavke v zmysle žiadosti o nápravu a predkladá ako prílohu vybavenia žiadosti o nápravu aktualizované znenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ vo Vysvetlení súťažných podkladov uviedol že požiadavky definované v technických špecifikáciách sú minimálne.

V súlade s § 42 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov, že navrhované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje požiadavkám definovaným v technických špecifikáciách.

Na základe uvedeného vyhovel požiadavke Navrhovateľa a mení parameter nasledovne:

„- ventilačný režim - nastaviteľný tlak dých. ciest PINSP niektorým z inštalovaných ventilačných režimov v rozsahu minimálne od 5 cmH₂O – do 80 cmH₂O“

K skutočnosti 3

Technická špecifikácia	ROZPOR
Rozsah nastavenia tlakovej podpory minimálne 0 – 78 mbar	<p><i>Uvedenú požiadavku v rámci technickej špecifikácie rozsah nastavenia tlakovej podpory minimálne 0 – 78 mbar žiadame upraviť na hodnotu minimálne od 0 do 60 mbar. Máme zato, že daná hodnota neobmedzuje v používaní prístroja pre celé spektrum pacientov od dospelých po novorodencov a vysoko presahuje potreby pacienta. Nakoľko pôvodnú hodnotu považujeme za diskriminačnú.</i></p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Uvedený parameter považujeme za diskriminačný. Hodnota je uvádzaná z technického prospektu Drager Perseus značky Dräger. Požadovaný rozsah je splniteľný len produktami značky Dräger. Nami požadovanú hodnotu spĺňajú všetky renomované značky anestéziologických prístrojov, ktoré vo svojej koncepcii používajú najsofistikovanejšie technológie</p>



	<p>používané i na Slovensku.</p> <p>Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť podľa § 42 ods. 1 písm b) v spojení s § 10 vyššie uvedeného zákona poskytnúť záujemcom vo verejnej súťaži také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich ponúk a súčasne aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov vrátane dodržania všetkých zákonných princípov (tzn. princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti).</p> <p>Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Taktiež podľa 42 ods. 7 je súladné v zmysle platných ustanovení zákona, že podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách. Máme zato, že zadaný parameter je v plnom rozsahu diskriminačný a môže mať za následok obmedzenie širšej účasti záujemcov o predloženie ponuky, čo má vplyv na transparentnosť priebehu procesu verejného obstarávania.</p>
--	---

Ad 3.:

Verejný obstarávateľ vyhovuje požiadavke v zmysle žiadosti o nápravu a predkladá ako prílohu vybavenia žiadosti o nápravu aktualizované znenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ vo Vysvetlení súťažných podkladov uviedol že požiadavky definované v technických špecifikáciách sú minimálne.

V súlade s § 42 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov, že navrhované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje požiadavkám definovaným v technických špecifikáciách.



Na základe uvedeného vyhovet požiadavke Navrhovateľa a mení parameter nasledovne:

„Rozsah nastavenia tlakovej podpory minimálne 0 mbar do 60 mbar“

K skutočnosti 4

Technická špecifikácia	ROZPOR
anestéziologický prístroj s elektrickým pohonom bez potreby a spotreby hnacieho plynu	<p>Uvedení požiadavku v rámci technickej špecifikácie n anestéziologický prístroj s elektrickým pohonom bez potreby a spotreby hnacieho plynu žiadame v plnom rozsahu vypistiť, nakoľko ju považujeme za diskriminačnú.</p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Uvedený parameter považujeme za diskriminačný. Hodnota je uvádzaná z technického prospektu Dräger Perseus značky Dräger. Požadovaný rozsah je splniteľný len produktami značky Dräger a Chirana. Ostatné technické požiadavky uvedené v dokumente SP anesteziologické prístroje FINAL (1).pdf eliminujú účasť spoločnosti Chirana.</p> <p>Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. ukladá verejnemu obstarávateľovi povinnosť podľa § 42 ods. 1 písm b) v spojení s § 10 vyššie uvedeného zákona poskytnúť záujemcom vo verejnej súťaži také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich ponúk a súčasne aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov vrátane dodržania všetkých zákonných princípov (tzn. princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti).</p>



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

	<p>Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranné na základe technických požiadaviek. Taktiež podľa 42 ods. 7 je súladné v zmysle platných ustanovení zákona, že podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách. Máme zato, že zadaný parameter je v plnom rozsahu diskriminačný a môže mať za následok obmedzenie širšej účasti záujemcov o predloženie ponuky, čo má vplyv na transparentnosť priebehu procesu verejného obstarávania.</p>
--	---

Ad 4.:

Verejný obstarávateľ vyhovuje požiadavke v zmysle žiadosti o nápravu a predkladá ako prílohu vybavenia žiadosti o nápravu aktualizované znenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ vo Vysvetlení súťažných podkladov uviedol že požiadavky definované v technických špecifikáciách sú minimálne.

V súlade s § 42 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov, že navrhované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje požiadavkám definovaným v technických špecifikáciách.

Na základe uvedeného vyhovel požiadavke Navrhovateľa a vypúšťa uvedený parameter:

„Anestéziologický prístroj s elektrickým pohonom bez potreby a spotreby hnacieho plynu“

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že lehotu na predkladanie ponúk predlžuje do 01.08.2022 do 10,00 hod.

MUDr. Alexander Mayer, PhD., MHA, MPH
riaditeľ UNB