



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:
GR-2277/OVO-861/22/Ca

v Martine, dňa:
28.06.2022

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Vážený záujemca,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie k zákazke „**Samorozpínací dýchací vak (ambuvak) – 2ks**“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Vybavenie Spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM – zdravotnícke vybavenie“, uverejnenej v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 11.03.2022 pod číslom 2022/S 050-127341 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 68/2022 zo dňa 14.03.2022 pod označením 16347-MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Prosím o informáciu, či bude obstarávateľ akceptovať aj objem 1500ml. Uvedený objem nemá žiadny vplyv na funkčnosť a prevádzku zdrav. pomôcky, nakoľko je bežne praxou používaný a odskúšaný.

Odpoveď č. 1:

Áno, pre verejného obstarávateľa bude akceptovateľný aj ambuvak s objemom 1500 ml. V uvedenej súvislosti verejný obstarávateľ upravuje pôvodné znenie v minimálnej technickej špecifikácii: Objem max. 1300 ml na nové znenie nasledovne: Objem max. 1500 ml.

V súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním, Univerzitná nemocnica Martin v zmysle § 21 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 06.07.2022 do 10:00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční 06.07.2022 o 13:00 hod.

S pozdravom

.....
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA
medicínsky riaditeľ UNM

.....
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
generálny riaditeľ UNM