



Všetkým záujemcom

Váš list/zo dňa

Naše číslo

FN/R/2022/2418

Vybavuje/Linka

Ing. Miroslav Pitek, BSBA

0326566560

miroslav.pitek@fntn.sk

Trenčín

01.12.2022

Vec: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Verejný obstarávateľ:	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky:	Nemocničné lôžka vrátane záručného servisu
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 07.10.2022, pod č. 2022/S 194-546885 a vo Vestníku VO č. 219/2022 dňa 10.10.2022 pod sp.zn.č. 42868 -MST
Právny predpis	Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ku dňu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej aj „ZVO“)

Predmet

Dňa 25.11.2022 bola v rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania prostredníctvom elektronického informačného systému Josephine doručená verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZVO proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom.

1)

Stanovisko verejného obstarávateľa s odôvodnením:

V zmysle § 165 ods. 3 písm. a) ZVO Vám verejný obstarávateľ predkladá oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením v nasledovných častiach, resp. kategóriách Technickej špecifikácie súťažných podkladov:

Časť č. 1: Nemocničné elektrické lôžko

bod 12: Verejný obstarávateľ akceptuje návrh žiadateľa a upravuje znenie podmienky: „Maximálne uhly polohovateľných dielov minimálne - chrbtový 63°, stehenný 30°, lýtkový 13°“.

Časť č. 3: Lôžko pre kritickú starostlivosť, s laterálnym náklonom

Bod 12: Verejný obstarávateľ akceptoval dané riešenie už v odpovedi na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov a zverejnil upravenú technickú špecifikáciu dňa



15.11.2022 - maximálne uhly polohovateľných dielov minimálne - chrbtový 63°,
stehenný 30°, lýtkový 16°.

Bod 14: Verejný obstarávateľ akceptuje návrh žiadateľa a upravuje znenie podmienky: „Zdvih ložnej plochy v rozsahu minimálne 46 – 80 cm, pomocou elektromotoru“.

S pozdravom

Ing. Tomáš Janík, MBA
riaditeľ FN Trenčín