



V Trenčíne, dňa 06.12.2022

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 1

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 21.12.2022, pod č. 2022/S 224-644015 a vo Vestníku VO č. 248/2022 zo dňa 22.11.2022 pod. sp. zn. č. 48302 - MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 1-1

V dokumente FNTN-2022-07-SF-NZ-Anestez. Prístroj s modul.nonitorom-SP-p2-TS v riadku 38 Doplnujúce monitorované parametre, ktoré musí monitor umožňovať: C.O. bez preferencie.

Otázka č. 1: Verejný obstarávateľ požaduje, aby monitor obsahoval modul C.O.?

Odpoveď 1-1:

Pri technických parametroch, kde je uvedená hodnota technického parametra „bez preferencie“ sa budú akceptovať hodnoty parametra ponúkaného zariadenia aj „áno“ aj „nie“, bez akéhokoľvek vplyvu na posúdenie plnenia požiadaviek na predmet zákazky.

Otázka 1-2

V dokumente FNTN-2022-07-SF-NZ-Anestez. Prístroj s modul.nonitorom-SP-p2-TS v riadku 43 Príslušenstvo vrátane spotrebného materiálu (min. 10 ks okruhových filtrov, odľučovačov vody a jednorázových CO2 absorbérov) pre uvedenie prístroja do prevádzky.

Otázka č. 2: Verejný obstarávateľ požaduje uvedené množstvá ako celok k 3ks anestéziám, alebo ku každej jednej?

Odpoveď 1-2:

Verejný obstarávateľ požaduje uvedené množstvá v riadku 43 technickej špecifikácie ako aj všetky ostatné požiadavky a uvedené množstvá v technickej špecifikácii ku každému jednému anestéziologickému prístroju.



Otázka 1-3

V dokumente FNTN-2022-07-SF-NZ-Anestez. Prístroj s modul.nonitorom-SP-p2-TS v riadku 43 Príslušenstvo vrátane spotrebného materiálu (min. 10 ks okruhov, filtrov, odlučovačov vody a jednorázových CO2 absorbérov) pre uvedenie prístroja do prevádzky.

Otázka č. 3: Verejný obstarávateľ bude akceptovať za jednorázový CO2 absorbér ekvivalent sypaný (granulovaný) absorbér CO2 v adekvátnom množstve?

Odpoveď 1-3:

Za jednorazový absorbér CO2 sa považuje originálny rýchle vymeniteľný jednorazový absorbér CO2 vrátane granulátu absorbéra takto vyhotovený v počte min. 10 ks ku každému anesteziologickému prístroju. Pokiaľ toto daný výrobca neponúka, požadujeme náhradnú nádobu opakovane použiteľného absorbéra CO2 pre každý jeden anesteziologický prístroj.

Upravené znenie technického parametra v bode 43: Príslušenstvo vrátane spotrebného materiálu (min. 10 ks okruhov, filtrov, odlučovačov vody a jednorázových CO2 absorbérov) pre uvedenie prístroja do prevádzky, prípadne náhradnú nádobu opakovane použiteľného absorbéra CO2.

Otázka 1-4

V dokumente FNTN-2022-07-SF-NZ-Anestez. Prístroj s modul.nonitorom-SP-p2-TS verejný obstarávateľ neuvádza či požaduje príslušenstvo a v akom množstve k BIS alebo entropia, relaxometria.

Odpoveď 1-4:

Ku každému anesteziologickému prístroju min. 10 ks elektród k monitoringu BIS alebo entropie a 10 ks relaxometrických sád elektród vrátane kabeláže.

Upravené znenie technického parametra v bode 44: „Príslušenstvo k monitorovaniu parametrov: EKG 3/5 zvodové, SpO2 snímač a kábel, neinvazívne tlaky krvi - hadica a manžety min. 3 veľkostí (L,XL,XXL), Teplota - senzor dutinkový, prstový snímač pre SpO2, invazívne tlaky krvi - sada prevodníkov typu Edwards Lifesciences s príslušenstvom v prípade opcie ostatných invazívnych hemodynamických parametrov (CO, CI, SVV, SVR..), min. 10 ks elektród k monitoringu BIS alebo entropie a 10 ks relaxometrických sád elektród vrátane kabeláže.“

S pozdravom,

Ing. Jana Konrád Skibová
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Príloha: Upr_1_FNTN-2022-07-ŠF-NZ-Anestéz. prístroj s modul. monitorom-SP-p2-TŠ