



V Považskej Bystrici dňa 15.2.2023

VEC: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia pôrodnej sály – Zdravotnícka technológia“ – Vybavenie lôžkami a operačnou technikou

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku VO č. 11/2023 pod značkou 1328-MST dňa 17.01.2023 a v európskom vestníku VO 2023/S 011-026842 dňa 16.01.2023.

Zákazka realizovaná prostredníctvom IS JOSEPHINE

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Dátum doručenia žiadosti: 9.2.2023

Znenie žiadosti:

Časť č.1 - Lôžka s príslušenstvom

Pol.č.1 Nemocničné lôžko výškovo nastaviteľné a polohovateľné - 3Ks

POŽIADAVKA: Rozmery ložnej plochy MIN. 200X90cm.

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozmer ložnej plochy min. 200x87 cm?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ akceptuje úpravu parametra na „Rozmery ložnej plochy MIN. 200X87cm „

POŽIADAVKA: Sesterský ovládací panel s bezpečnostným tlačidlom pre odblokovanie klávesnice a automatickým návratom k jej uzamknutiu, tlačidlom STOP pre okamžitého zastavenia polohovania, možnosťou blokovania jednotlivých funkcií samostatne, s tlačidlami ovládania polôh a pamäťovými polohami (minimálne Kardio kreslo, Trendelenburg, CPR).

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať bez tlačidla STOP? Tento parameter je tendenčný a namierený na jedného dodávateľa. Tlačidlo STOP u našich lôžok nie je potrebné nakoľko sa zastaví polohovanie pri uvoľnení tlačidla.

Žiadame VO zmeniť parameter na: Sesterský ovládací panel s bezpečnostným tlačidlom pre odblokovanie klávesnice a automatickým návratom k jej uzamknutiu, možnosťou blokovania jednotlivých funkcií samostatne, s tlačidlami ovládania polôh a pamäťovými polohami (minimálne Kardio kreslo, Trendelenburg, CPR).

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nebude akceptovať sesterský ovládací panel bez tlačidla STOP

POŽIADAVKA: Pacientský ručný ovládač s integrovaným LED svetlom, polohovanie výšky ložnej plochy, chrbtového a stehenného dielu, autokontúry. Ručný ovládač musí byť blokovaťelný pre jednotlivé polohy.

Otázka: Bude VO akceptovať ručný ovládač bez LED osvetlenia? Parameter je tendenčný s cieľom zvýhodniť jedného dodávateľa a v praxi je absolútne nepodstatný.

Žiadame VO zmeniť parameter na: Pacientský ručný ovládač, polohovanie výšky ložnej plochy, chrbtového a stehenného dielu, autokontúry. Ručný ovládač musí byť blokovaťelný pre jednotlivé polohy.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ bude akceptovať ručný ovládač bez LED osvetlenia.

Požiadavka: Vizuálna signalizácia indikujúca bezpečnú polohu lôžka (lôžko v najnižšej polohe).

Otázka: Bude VO akceptovať aj akustickú signalizáciu?



Žiadame VO zmeniť parameter na Vizuálna alebo akustická signalizácia indikujúca bezpečnú polohu lôžka (lôžko v najnižšej polohe).

Odpoveď: Verejný obstarávateľ akceptuje úpravu parametra na „Vizuálna alebo akustická signalizácia indikujúca bezpečnú polohu lôžka (lôžko v najnižšej polohe)“.

POŽIADAVKA: Možnosti exportu servisných dát z riadiacej jednotky pre rýchlu diagnostiku a prevenciu závad.

Žiadame VO daný parameter vyškrtnúť nakoľko je úplne zbytočný a namierený na jedného konkrétneho výrobcu.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ akceptuje požiadavku uchádzača a uvedený parameter vypúšťa z technickej špecifikácie.

Pol.č. 2 - Nočný stolík k lôžku - 5ks

POŽIADAVKA: Čielka, dvierka a jedálenská doska z vysokotlakového laminátu

Otázka: Bude VO akceptovať aj kov? Nakoľko materiál kov je trvácnejší materiál žiadame Vo o zmenu parametra na Čielka, dvierka a jedálenská doska z vysokotlakového laminátu alebo kovu.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ neakceptuje úpravu parametra a na požiadavke „Čielka, dvierka a jedálenská doska z vysokotlakového laminátu“ trvá.

POŽIADAVKA: Jedálenská doska integrovaná do korpusu stolíku, výškovo nastaviteľná pružinou min. 75-100 cm

Otázka: Bude VO akceptovať Jedálenská doska integrovaná do korpusu stolíku, výškovo nastaviteľná pružinou min. 76-100 cm

Odpoveď: Verejný obstarávateľ bude akceptovať výškové nastavenie v rozsahu min. 76-100 cm.

POŽIADAVKA: Rozmery stolíku min. 50 x 50 x 85 cm

Otázka: Bude VO akceptovať rozmery stolíka 51x39x86 cm nakoľko sa jedná o prakticky rozmer stolíkov.

Žiadame VO o zmenu parametra na Rozmery stolíku min. 50x39x85

Odpoveď: Verejný obstarávateľ bude akceptovať rozmery stolíka min. 50x39x85 cm.

Pol.č. 3. - Pôrodné lôžko - 2ks

POŽIADAVKA: možnosť nastavenia podnožného dielu do rôznych výškových úrovní a zasunutie celého podnožného dielu pod rám posteľe

Otázka: Bude VO akceptovať len zasunutie celého podnožného dielu?

Žiadame VO o zmenu parametra na: Zasunutie celého podnožného dielu pod rám posteľe

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nebude akceptovať úpravu parametra a na požiadavke „možnosť nastavenia podnožného dielu do rôznych výškových úrovní a zasunutie celého podnožného dielu pod rám posteľe“ trvá.

POŽIADAVKA: zasúvanie podnožného dielu pod ložnú plochu bez nutnosti jeho odobratia, excentricky umiestnený zdvíhací stĺp

Otázka: Nakoľko excentricky umiestnený zdvíhací stĺp je parameter konkrétneho jedného výrobcu žiadame VO o zmenu parametra na: zasúvanie podnožného dielu pod ložnú plochu bez nutnosti jeho odobratia

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nebude akceptovať úpravu parametra a na požiadavke „zasúvanie podnožného dielu pod ložnú plochu bez nutnosti jeho odobratia, excentricky umiestnený zdvíhací stĺp“ trvá.



POŽIADAVKA: flexibilita nastavenia opierok nôh do pozície lýtkových opierok, ako aj do pozície opierok chodidiel

Otázka: nakoľko opierky chodidiel sú zvlášť žiadame VO o zmenu parametra na: flexibilita nastavenia opierok nôh do pozície lýtkových opierok

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nebude akceptovať úpravu parametra a na požiadavke „flexibilita nastavenia opierok nôh do pozície lýtkových opierok, ako aj do pozície opierok chodidiel“ trvá.

POŽIADAVKA: celková dĺžka v rozloženom stave max. 2150 mm

Otázka: Nakoľko naše lôžko má v rozloženom stave 2165 mm a je to viac žiadame VO o zmenu parametra na celková dĺžka v rozloženom stave max. 2170 resp. min. 2140 mm.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ akceptuje celkovú dĺžku max. 2170 mm

POŽIADAVKA: uhol nastavenia podnožného dielu

Žiadame VO o vypustenie daného parametra nakoľko je tendenčný a namierený na jedného konkrétneho výrobcu.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nebude akceptovať vypustenie parametra a na požiadavke „uhol nastavenia podnožného dielu min.0° do +20°“ trvá.

Pol.č. 5. Transportné ležadlo, výškovo nastaviteľné - 1ks

POŽIADAVKA: Výška ložnej plochy nastaviteľná hydraulickou nožnou pumpou v rozsahu min. 50-90cm

Otázka: bude VO akceptovať Výška ložnej plochy nastaviteľná hydraulickou nožnou pumpou v rozsahu min. 60-90cm?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ akceptuje výšku ložnej plochy nastaviteľnú hydraulickou nožnou pumpou v rozsahu min. 60-90cm.

POŽIADAVKA: Nerezové sklopné zábrany z obidvoch strán lehátka

Otázka: Bude VO akceptovať plastové zábrany? Nakoľko sú ľahšie a manipulácia jednoduchšia? Žiadame VO o zmenu parametra na Nerezové, alebo plastové sklopné zábrany z obidvoch strán lehátka

Odpoveď: verejný obstarávateľ bude akceptovať aj plastové sklopné zábrany v prípade, že sú pevné a odolné voči nárazom a dezinfekcii.

POŽIADAVKA: Nerezové madlá na obidvoch stranách čiel

Otázka: bude VO akceptovať aj lakované madlá? Žiadame Vo o zmenu parametra na : Nerezové, alebo lakované madlá na obidvoch stranách čiel

Odpoveď: Verejný obstarávateľ akceptuje zmenu parametra na „Nerezové, alebo lakované madlá na obidvoch stranách čiel“.

Pol. č. 7. Vyšetrovací gynekologický stôl

POŽIADAVKA: nastavenie sklonu sedáku min. 0 ° až + 20 °

Otázka: Bude VO akceptovať nastavenie sklonu sedáku min. 0 ° až + 10 °. Žiadame VO o zmenu parametra na nastavenie sklonu sedáku min. 0 ° až + 20 °

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nebude akceptovať zmenu parametra a na požiadavke „nastavenie sklonu sedáku min. 0 ° až + 20 °“ trvá.

POŽIADAVKA: elektrické nastavenie opierok nôh smerom hore/dole

Otázka: bude VO akceptovať aj manuálne nastavenie opierok nôh smerom hore/dole? Žiadame VO o zmenu parametra na elektrické, alebo manuálne nastavenie opierok nôh smerom hore/dole



Odpoveď: Verejný obstarávateľ nebude akceptovať zmenu parametra na elektrické, alebo manuálne nastavenie opierok nôh smerom hore/dole.

Verejný obstarávateľ trvá na elektrickom nastavení opierok nôh z hľadiska zabezpečenia plynulého a rýchleho vyšetrenia bez nutnosti vstávania lekára od vyšetrenia kvôli nastavovaniu opierok. Polohovanie sa vykonáva pomocou ovládača a je tak zabezpečená aj vyššia hygiena pri vyšetrení.

Na základe uvedeného vysvetlenia verejný obstarávateľ upravil aj údaje v Prílohe č.1 Technická špecifikácia – Lôžka s príslušenstvom.