

Predmet zákazky: Vybavenie SŠ Prešov: Vybavenie elektrotechnického laboratória a dielne púre elektrotechniku, vybavenie strojárskych dielní  
Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj

MIVASOFT spol. s r.o.  
M.R. Štefánika 67  
927 01 Šaľa

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Prešov
	ARR-2023	Gmitrová/0915946513	12.06.2023

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie podľa §40, §53 ZVO.**

Predmet zákazky „**Vybavenie SŠ Prešov: Vybavenie elektrotechnického laboratória a dielne púre elektrotechniku, vybavenie strojárskych dielní**“, v zmysle výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania pod 15282 - MST Vestník č. 82/2023 - 25.04.2023.

Dňa 21.05.2022 nám bola doručená Vaša cenová ponuka predložená do vyššie uvedenej verejnej súťaže a to nasledovné časti predmetu zákazky:

- Časť 1: Vybavenie elektrotechnického laboratória a dielne pre elektrotechniku
- Časť 2: Zváracie zariadenia
- Časť 3: Ostatné vybavenie do strojárskych dielní

Komisia verejného obstarávateľa vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti, v súlade s § 40 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ZVO), s §55 ZVO a splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky (§53 ZVO).

#### **A.**

Verejný obstarávateľ požadoval splnenie podmienky účasti, technická a odborná spôsobilosť, podľa §34 ods.1 písm. m) vzorkami, opismi, fotografiami.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: **Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požadovaných technických parametrov predložením propagačného listu, a/alebo manuálu a/alebo návodu na použitie na všetky položky predloženej cenovej ponuky.**

1. V rámci predloženého technického listu pre Časť 1, Set meracích prístrojov s príslušenstvom, položka LCR merač č.1, Vami ponúkaný LCR6300, GW Instek, nie je možné posúdiť splnenie požadovaných technických parametrov: s testovacími frekvenciami 10Hz ~ 300kHz.
2. V rámci predloženého technického listu pre Časť 1, Set demonštračných a výukových zariadení do dielne pre elektrotechniku, položka zdroj laboratórny, nie je možné vyhodnotiť splnenie požadovaných technických parametrov: rozsah regulácie napätia:  $CV \leq 1 \times 10^{-4} + 3 \text{ mV}$ ;  $CC \leq 2 \times 10^{-3} + 6 \text{ mA}$ .

#### **B.**

V rámci Vašej cenovej ponuky, pre všetky 3 časti predmetu zákazky, ste predložili Prílohu č.5 Návrh kúpnej zmluvy. Verejný obstarávateľ dňa 27.04.2023 uskutočnil opravu, doplnenie

Predmet zákazky: Vybavenie SŠ Prešov: Vybavenie elektrotechnického laboratória a dielne púre elektrotechniku, vybavenie strojárskych dielní  
Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj  
súťažných podkladov a týmto doplnením/opravou bola aktualizovaná aj daná príloha. V rámci Vašej cenovej ponuky ste predložili neaktuálnu prílohu.

Žiadame Vás doručiť doplnenie/vysvetlenie vyššie uvedených skutočností a to v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese:  
<https://www.josephine.proebiz.com/sk/tender/40436/summary>.

S pozdravom,

Mgr. Drahoslava Gmitrová, v.r.  
Osoba uskutočňujúca proces VO