

## **Vysvetlenie SP č. 1 (na žiadosť 1 a 2)**

Verejnému obstarávateľovi boli v lehote na predkladanie ponúk dňa 16.06.2023 a 20.06.2023 doručené žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

### **Žiadosť o vysvetlenie č.1**

*Žiadame Vás o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnej súťaži zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 114/2023 zo dňa 12.06.2023 pod číslom 20017 – MST na predmet zákazky Multifunkčný diagnostický prístroj pre skiaskopicko – skiagrafické a intervenčné zákroky s plochým detektorom, Referenčné číslo: NDL/2023/BOJ/3.*

*V predmetnej súťaži požadujete v súťažných podkladoch v TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIÍ PONÚKANÉHO TOVARU nasledovné:*

#### *1.4 Voľba polohy rentgenky pod alebo nad vyšetrovacím stolom*

*Z dôvodu veľmi všeobecnej formulácie žiadame Verejného obstarávateľa o vysvetlenie a upresnenie hore uvedenej požiadavky. Bude Verejný obstarávateľ akceptovať riešenie len s polohou rentgenky nad vyšetrovacím stolom alebo bude akceptovať riešenie len s polohou rentgenky pod vyšetrovacím stolom alebo požaduje riešenie s možnosťou polohy rentgenky nad aj pod vyšetrovacím stolom?*

*V súvislosti s horeuvedenou otázkou sa pýtame Verejného obstarávateľa, či bude požadovať aj možnosť bočných projekcií u požadovaného zariadenia, t.j. snímkovanie v polohe detektor a rentgenka horizontálne?*

## **Vysvetlenie**

Verejný obstarávateľ požaduje riešenie s možnosťou polohy rentgenky nad aj pod vyšetrovacím stolom, to znamená, požadované obe polohy. V súlade so Štandardným postupom na vykonávanie lekárskeho ožiarenia pre skiagrafiu a skiaskopiu zo dňa 15.11.2022, multifunkčný diagnostický prístroj musí mať možnosť bočných projekcií.

### **Žiadosť o vysvetlenie č.2**

*2.7 Primárne vykrývacie obdĺžnikové clony a automatické polopriepustné clony s klinovitými filtrami, s možnosťami ich otáčania.*

*Filtre polopriepustných clôn majú skiaskopicko – skiagrafické diagnostické prístroje rôznych výrobcov vyhotovené aj v inom prevedení a riešení.*

*Otázka:*

*Bude verejný obstarávateľ akceptovať zmenu znenia požadovaného parametra na: "primárne vykrývacie obdĺžnikové clony a polopriepustné clony s filtrami, s možnosťami ich otáčania". Akceptáciou zmeny tohto parametra nebude obmedzená kvalita a funkcionálnosť systému a nedôjde k zníženiu triedy požadovaného prístroja.*

## **Vysvetlenie**

Verejný obstarávateľ žiadosti o vysvetlenie vyhovuje a akceptuje zmenu parametra.

## **OZNAM**

**Verejný obstarávateľ týmto zároveň oznamuje všetkým záujemcom:**

1. Verejný obstarávateľ dňa 20.06.2023 zverejnil vo svojom profile a v josephine aktualizované Súťažné podklady v ktorých zapracoval Vysvetlenie č. 1 a tiež vykonal nasledovnú zmenu:

**Zmena v SP spočívala v oprave textu ČASŤ A3 Kritériu na vyhodnotenie ponúk a spôsob vyhodnotenia kde verejný obstarávateľ v bode 2 Spôsob vyhodnotenia ponúk odstránil bod 2.6 nasledovne:**

**2. Spôsob vyhodnotenia ponúk**

- 2.1 *Postup a spôsob vyhodnotenia ponúk je uvedený v bode 25. týchto súťažných podkladov*
- 2.2 *Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu celkom v EUR s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po „x“, pričom „x“ je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.*
- 2.3 *Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.*
- 2.4 *Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzači návrh na plnenie kritéria predložili na formulári podľa prílohy časti súťažných podkladov C. Prílohy.*
- 2.5 *Pri vyhodnotení ponúk sa nepoužije elektronická aukcia.*
- ~~2.6 *V prípade zhody Zmluvnej ceny celkom v EUR s DPH za ucelenú časť predmetu zákazky u dvoch resp. viacerých uchádzačov, bude rozhodujúci pre stanovenie poradia dátum a čas predloženia ponuky tzn. v prípade zhody ceny úspešný bude ten uchádzač, ktorý predložil ponuku ako prvý.*~~

2. Aktualizovanú prílohu č. 4 Navrhovaná špecifikácia, v ktorých zapracoval zmenu uvedenú v súlade s vysvetlením, kde text v bode 2.7 *„primárne vykrývacie obdĺžnikové clony a automatické polopriepustné clony s klinovitými filtrami, s možnosťami ich otáčania“* Nahradil textom v súlade s vysvetlením: **„primárne vykrývacie obdĺžnikové clony a polopriepustné clony s filtrami, s možnosťami ich otáčania“**

**V zmysle uvedeného Vás žiadame aby ste pri spracovaní a predkladaní ponúk použili platné SP a prílohu s označením:**

- **Príloha k SP č. 4 Technická špecifikácia (Aktualizácia 20.06.2023)**
- **Súťažné podklady (Aktualizácia 20.06.2023)**

Opravou nedochádza k zmene, ktorá má vplyv na spracovanie ponuky resp. do predloženia ponuky zostáva ešte 15 dní preto verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk

V Bojniciach 20.06.2023