



V Považskej Bystrici dňa 11.07.2023

**VEC: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď**

Predmet zákazky: **„Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica“ – Elektricky polohovateľné lôžka – 24ks**

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku VO č. 131/2023 pod značkou 22161-MST dňa 06.07.2023 a v európskom vestníku VO 2023/S 126-399187 dňa 04.07.2023. Zákazka realizovaná prostredníctvom IS JOSEPHINE

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie.

*Žiadosť doručená dňa 08.07.2023*

*Znenie žiadosti:*

**Žiadosť o vysvetlenie bodov v technickej špecifikácii a ich prípadnú úpravu:**

bod 12: tlačidlo STOP pre okamžité zastavenie polohovania

Táto funkcia je typická pre jedného konkrétneho výrobcu. Je ním Linet. Táto funkcia znevýhodňuje ostatných dodávateľov. Je to funkcia pri automatickom nastavení polohy pričom stlačením tlačidla STOP sa toto nastavovanie preruší. Preto sa verejného obstarávateľa pýtame aký je zámer s ktorým táto funkcionálna išla do verejnej súťaže? Budú sa akceptovať aj ekvivalentné ponuky bez tejto funkcie?

**Odpoveď**

**Funkciou STOP pre okamžité zastavenie polohovania disponuje viac výrobcov. Je to bezpečnostná funkcia pre okamžité zastavenie pri akomkoľvek polohovaní. Napríklad pri ohrození bezpečnosti pacienta alebo pri riziku kolízie lôžka s okolitými predmetmi dokáže personál zastaviť polohovanie týmto tlačidlom. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení požiadavky.**

**Verejný obstarávateľ nebude akceptovať ekvivalentné ponuky bez tejto funkcie.**

bod 14: automatické zastavenie chrbtového dielu v uhle 30 stupňov

Verejný obstarávateľ túto funkciu odôvodňuje z dôvodu problémov pacientov s dýchacími ťažkosťami. Z nemocničnej praxe je ale zrejmá kontrola zo strany zdravotníckeho personálu pričom mu tento personál napolohuje chrbtový diel na požadovanú hodnotu. Bude preto verejný obstarávateľ akceptovať absenciu tejto funkcionality?

**Odpoveď**

**Automatické zastavenie chrbtového dielu uľahčuje a zrýchľuje prácu sestier, keďže nemusia venovať čas kontrole správnosti nastavenia uhlu chrbtového dielu. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení požiadavky.**

**Verejný obstarávateľ nebude akceptovať ekvivalentné ponuky bez tejto funkcie.**



bod 15: alarm upozorňujúci na nezabrzdené lôžko

Žiadame o vysvetlenie danej funkcie nakoľko je pacient pod neustálym dozorom slúžiaceho personálu, ktorého úlohou je kontrola zabrzdenia lôžka. Tieto funkcie zvyknú lôžka predražiť. Bude preto verejný obstarávateľ akceptovať absenciu tejto funkcie?

**Odpoveď**

**Z bezpečnostného hľadiska má táto funkcia veľký význam, lôžka sú umiestnené v rôznych miestnostiach a nie sú pod neustálym dozorom personálu. Je dôležitá preto, aby sa zamedzilo nechceným úrazom pacienta alebo personálu v prípade opretia sa o nezabrzdené lôžko. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení požiadavky.**

**Verejný obstarávateľ nebude akceptovať ekvivalentné ponuky bez tejto funkcie.**

bod 32: pasívny antidekubitný matrac /Norton III./

Má verejný obstarávateľ na mysli konkrétny produkt? Ak áno, je to v rozpore s princípmi verejného obstarávania nakoľko sa jedná o obchodný názov konkrétneho výrobku. Preto žiadame o vypustenie tohoto názvu z verejnej súťaže.

**Odpoveď**

**Nortonova stupnica sa používa na hodnotenie rizika vzniku dekubitov, nejedná sa teda o názov produktu. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení požiadavky.**