



# Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

## Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



### Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
UNLP-2024-96-NZ

Vybavuje/kontakt  
Mgr. Ladislav Gomboš  
gombos.ladislav@unlp.sk

Košice  
09.01.2025

### Vysvetlenie súťažných podkladov

Dňa 09.01.2025 o 12:26:07 bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie v rámci zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ OJ S 230/2024 pod číslom 719093-2024 zo dňa 26.11.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2024 zo dňa 27.11.2024 pod značkou 29149-MSS na predmet zákazky „Pozáručný servis vybraných zdravotníckych prístrojov výrobcu SIEMENS“.

Záujemca žiada o vysvetlenie nasledujúcich skutočností (citácia):

Vážený verejný obstarávateľ,  
zasielame vám naše otázky k súťaži pod názvom Pozáručný servis vybraných zdravotníckych prístrojov výrobcu SIEMENS, ktorá bola vyhlásená vo VVO dňa 27.11.2024 pod číslom 29149-MSS. Naše otázky sa týkajú návrhu Rámcovej zmluvy o dielo pre časť č. 2:

#### Otázka č. 1

Odsek č.10 článku IV. znie: „*Pokiaľ na základe diagnostiky porúch zhotoviteľ rozhodne, že oprava vyžaduje výmenu dielu je zhotoviteľ povinný vykonať opravu t.j. plné sfunkčnenie prístroja SIEMENS v pracovných dňoch spravidla do 7 pracovných dní odo dňa obdržania oznámenia o nefunkčnosti, ak sa zmluvné strany pre konkrétny prípad nezhodnú inak. V prípade výmeny dielov je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pôvodný diel alebo predložiť doklad o jeho likvidácii oprávneným subjektom, ak sa zmluvné strany pre konkrétny prípad nezhodnú inak.*“

V prípade opravy, ktorá si vyžaduje náhradné diely, sa termín sfunkčnenia prístroja odvíja od dostupnosti náhradných dielov na sklade výrobcu. Zároveň sme ako zhotoviteľ povinný odovzdať pôvodný diel výrobcovi.

Dovoľujeme si preto požiadať o úpravu odseku č. 10 článku IV. nasledovne:

**„Pokiaľ na základe diagnostiky porúch zhotoviteľ rozhodne, že oprava vyžaduje výmenu dielu je zhotoviteľ povinný vykonať opravu t.j. plné sfunkčnenie prístroja SIEMENS v najkratšom možnom termíne odo dňa obdržania oznámenia o nefunkčnosti, podľa dostupnosti dielov na sklade výrobcu. V prípade výmeny dielov je zhotoviteľ povinný odovzdať pôvodný diel výrobcovi, o čom objednávateľovi predloží doklad, ak sa zmluvné strany pre konkrétny prípad nezhodnú inak.“**

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať uvedenú zmenu odseku č. 10 článku IV.?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Formulácia „v najkratšom možnom termíne“ predstavuje z časového hľadiska neurčité vymedzenie, čo je pre verejného obstarávateľa neprijateľné, a to predovšetkým s ohľadom na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Verejný obstarávateľ preto trvá na zachovaní pôvodného znenia, ktoré stanovuje: „...v pracovných dňoch spravidla do 7 pracovných dní odo dňa obdržania oznámenia o nefunkčnosti, ak sa zmluvné strany nezhodnú inak.“ Toto ustanovenie zároveň zabezpečuje, že v prípade nemožnosti plného sfunkčnenia prístroja v uvedenom časovom rámci zhotoviteľ písomne informuje objednávateľa o dostupnosti náhradného dielu na sklade výrobcu a o predpokladanom termíne vykonania opravy. Verejný obstarávateľ akceptuje návrh záujemcu v časti povinnosti odovzdania pôvodného dielu výrobcovi a upravuje znenie čl. IV, bod. 10 nasledovne:

*Pokiaľ na základe diagnostiky porúch zhotoviteľ rozhodne, že oprava vyžaduje výmenu dielu je zhotoviteľ povinný vykonať opravu t.j. plné sfunkčnenie prístroja SIEMENS v pracovných dňoch spravidla do 7 pracovných dní odo dňa obdržania oznámenia o nefunkčnosti,*

ak sa zmluvné strany pre konkrétny prípad nezhodnú inak. V prípade výmeny dielov je zhotoviteľ povinný odovzdať pôvodný diel výrobcovi, o čom objednávateľovi predloží doklad, ak sa zmluvné strany pre konkrétny prípad nedohodnú inak.

**Otázka č. 2**

Odsek č. 1 písmeno b) článku VIII. znie:

„b) na náhradné diely 24 mesiacov odo dňa ich výmeny/inštalácie.“

Dovoľujeme si požiadať o úpravu odseku č. 1 b) nasledovne:

**„b) na náhradné diely 12 mesiacov odo dňa ich výmeny/inštalácie.“**

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať uvedenú zmenu odseku č. 1 b) článku VIII.?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ akceptuje návrh záujemcu a upravuje znenie čl. VIII, bod 1., písm. b) nasledovne:

*Zhotoviteľ zodpovedá za vady vykonaného plnenia, pričom stanovuje záručnú dobu:*

*a) na vykonané plnenie – úkony/práce 12 mesiacov odo dňa preukázateľného prevzatia prístroja SIEMENS po vykonaní opravy/údržby do užívania objednávateľom,*

*b) na náhradné diely 12 mesiacov odo dňa ich výmeny/inštalácie.*

Nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu súťažných podkladov, verejný obstarávateľ v zmysle § 21 ods. 4 písm. a) ZVO predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 23.01.2025 do 10:00 hod. Príslušné oznámenie (tzv. korigendum) bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania v priebehu najbližších dní.

Verejný obstarávateľ bezodkladne zabezpečí aktualizáciu Prílohy č. 10 - Rámcová zmluva o dielo - časť č. 2 a zabezpečí jej zverejnenie v systéme JOSEPHINE.

S pozdravom

---

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH  
riaditeľ  
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice