



- **všetkým záujemcom**

**Váš list číslo/zo dňa**

**Naše číslo**  
R1-9 / 133-20 / 2018

**Vybavuje/linka**  
Ing. Ján Mlynarčík  
02/48234088  
[jan.mlynarcik@unb.sk](mailto:jan.mlynarcik@unb.sk)

**Bratislava**  
10. 09. 2018

**Vec:** Vysvetlenie súťažných podkladov – predloženie

---

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 133-07 / 2018 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2018/S 159-364060 z 21.08.2018 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 166/2018 z 22.08.2018 pod zn. 11804-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**Dvojrovinný angiografický prístroj**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

**Ing. Ján Mlynarčík, v.r.**



## VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

### Otázka č. 1:

V súťažných podkladoch, ktoré boli zverejnené spolu s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania sa v časti E. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia v bode 3.2.12 a 3.2.13 uvádza:

*„Možnosť zobrazovania pri digitálnej obrazovej akvizícii v matici 2048 x 2048 v oboch rovinách súčasne (áno=10 / nie=0) 10,00 %“*

*“Max.počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii v matici 2048x2048 v oboch rovinách súčasne v obr./s 0.50 %“*

Verejný obstarávateľ dňa 05.09.2018 zverejnil v profile zákazky nové znenie kvalitatívnych kritérií časti E.-bod 3.2.12 a 3.2.13 v tomto znení:

**3.2.12. Možnosť spracovania obrazu a archivácie v matici 2K (áno=10 / nie=0) 10,00 %**

**3.2.13. Max. počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii v matici 2K v obr./s 0,50 %**

Verejný obstarávateľ dňa 07.09.2018 zverejnil v profile zákazky ďalšie znenie kvalitatívnych kritérií časti E.-bod 3.2.12 a 3.2.13. Podľa zverejnenia znenie kvalitatívnych kritérií je nasledovné:

**3.2.12 „Možnosť zobrazovania pri digitálnej obrazovej akvizícii v matici 2K v oboch rovinách súčasne (áno=10 / nie=0) 10,00 %“**

**3.2.13 “Max.počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii v matici 2k v oboch rovinách súčasne v obr./s 0.50 %“**

V prvom zverejnení nových kvalitatívnych kritérií v bode 3.2.12 došlo oproti pôvodnému zneniu súťažných podkladov k zásadnej úprave hodnotiacich kritérií. Pôvodne uvedená matica 2048x2048 bola zmenená na 2K, avšak bol vypustený pojem „v oboch rovinách súčasne“. Súčasné zobrazenie angiografických obrazov v obidvoch rovinách s vysokým rozlíšením je najdôležitejšia funkcia dvojrovinového angiografického prístroja. Podporuje rozhodnutia vyšetrujúceho lekára pri stanovení správnej diagnózy a voľbe správneho postupu terapeutického zákroku. Domnievame sa preto, že pri dvojrovinovom angiografickom zariadení tvorba RTG obrazov v matici 2k v obidvoch rovinách súčasne je dôležitý kvalitatívny parameter.

Oproti pôvodnému zneniu súťažných podkladov došlo k zásadnej úprave aj druhého hodnotiaceho kritéria v bode 3.2.13. Pôvodne uvedená matica 2048x2048 bola zmenená na 2K, avšak bol vypustený pojem „v oboch rovinách súčasne“. Súčasné zobrazenie angiografických obrazov v obidvoch rovinách s vysokým rozlíšením s najvyššou možnou frekvenciou slúži na dynamické znázornenie toku kontrastnej látky počas jedného vstretku. Podporuje rozhodnutia vyšetrujúceho lekára pri stanovení správnej diagnózy a voľbe správneho postupu terapeutického zákroku. Domnievame sa preto, že pri dvojrovinovom angiografickom zariadení tvorba RTG obrazov s max. počtom obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii v matici 2K v obr./s 0,50 % v obidvoch rovinách súčasne je vysoký kvalitatívny parameter.

**Otázka č.1: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, ktoré znenie hodnotiacich kritérií je definitívne.**

### Odpoveď:

V zverejnenom vysvetľovaní – zmene súťažných podkladov č. 2 zo zmeneného textu hodnotiacich kritérií 3.2.12 a 3.2.13 bolo nedopatrením vypustené slovné spojenie „v oboch rovinách súčasne“. Nakoľko ide o veľmi dôležitý kvalitatívny parameter a za účelom maximálnej transparentnosti a nediskriminácie, konečné znenie vyššie uvedených kritérií pre vyhodnotenie ponúk, preto znie:

**3.2.12. Možnosť spracovania obrazu a archivácie v matici 2K v oboch rovinách súčasne /áno (v oboch rovinách) =10, áno (len v jednej rovine) = 5, nie (ani v jednej rovine = 0) / 10,00 %**

**3.2.13. Max. počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii v matici 2K v obr./s v oboch rovinách súčasne 0,50 %**

**Platí posledná zverejnená Verzia č. 2 časti E. a F. súťažných podkladov.**