



**Všetkým záujemcov/uchádzačom**

### **Oznámenie verejného obstarávateľa o vybavení námietky**

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, ako verejný obstarávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) nadlimitnú zákazku na predmet: Doplnenie prístrojového vybavenia – CT prístroj pre RDGaZM, ktorej oznámenie bolo zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ OJ 59/2025 zo dňa 25.03.2025 pod označením 190739-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 61/2025 zo dňa 26.03.2025 pod označením 5689-MST.

Dňa 03.04.2025 bola verejnému obstarávateľovi zo strany žiadateľa (ďalej aj „navrhovateľa“) doručená námietka proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch Verejného obstarávania v súlade s § 170 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ uvádza, že definované parametre uvedené v technickej špecifikácii odrážajú klinické požiadavky verejného obstarávateľa tak, aby CT prístroj spĺňal najmodernejšie nároky pre potreby zabezpečenia pracoviska urgentného príjmu verejného obstarávateľa a umožnil poskytovanie špičkovej diagnostiky s najvyššou možnou diagnostickou presnosťou pacientom univerzitnej nemocnice, ktorá je zároveň aj druhým najväčším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na území SR a taktiež aj koncovou nemocnicou pre všetkých pacientov v rámci Východoslovenského Slovenska. Špecifický charakter prevádzok verejného obstarávateľa a nadregionálny rozmer poskytovania urgentnej starostlivosti pre pacientov, je dôvodom obstarávania CT prístroja vysokej kvality so špičkovými technickými parametrami, ktoré sú stanovené ako minimálne technické parametre v predmetnom verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ oznamuje účastníkom trhu, že na základe vybavenia námietky vykonal autoremedúru súťažnej dokumentácie v Prílohe č. 6 Špecifikácia predmetu zákazky a v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v bode – parameter č. 73

#### **Parameter č. 73 v dokumente Príloha č. 6 Špecifikácia predmetu zákazky súťažnej dokumentácie** **„Rekonštrukcia v matici 768 x 768 a 1024 x 1024“**

Navrhovateľ navrhoval úpravu parametra č. 73 nasledovne:

„Rekonštrukcia v matici 1024x1024“

#### **Vyjadrenie verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ **vyhovel návrhu** navrhovateľa v bode Námietky z dôvodu, že zmenou stanoveného parametra podľa návrhu navrhovateľa nedôjde k zníženiu diagnostickej kvality.

Verejný obstarávateľ **vykonal autoremedúru súťažných podkladov** a upravil znenie **parametra v bode č.73 technickej špecifikácie nasledovne:**

Bod. 73 „Rekonštrukcia v matici 1024x1024“ – áno (požaduje sa)

Súťažná dokumentácia predmetného verejného obstarávania po úprave je zverejnená pod názvom:

**Súťažné podklady – aktualizácia**

**Prílohy č. 1,2,3,4,5,6,7,9,10-aktualizácia 2**