



Elektronicky

Všetkým záujemcom

---

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
		Mgr. Hláčik 048/4325 644	20.07.2020

Vec

**Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 1 – „Dodávka ochranných pomôcok\_Výzva č. 3 (Chirurgické tvárové masky\_2) (DNS)”**

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 17.07.2020 k zákazke s predmetom „**Dodávka ochranných pomôcok\_Výzva č. 3 (Chirurgické tvárové masky\_2)**”, vyhlásenej v rámci zriadeného DNS s názvom „Dodávka ochranných pomôcok“ Vám zasielame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

*Dobrý, chceli by sme sa informovať, v opise máte zapísané: "výrobok v zhode s EN 14683:2019 + AC:2019/ Typ II, alebo EN 13795-1:2019-10, alebo EN 13795-2:2019-10, alebo ekvivalentnou normou", ako môžeme chápať ekvivalentnou normou, aby to nebolo pokladané za iný variant?*

**Odpoveď č. 1:**

Pod pojmom ekvivalentná norma k vyššie spomenutým normám má verejný obstarávateľ na mysli normu rovnocennú, a teda špecifikujúcu/vymedzujúcu minimálne kvalitatívne a technické požiadavky, ktoré musí obstarávaný tovar (tvárové masky) spĺňať na úrovni vyššie uvedených noriem.

**Otázka č. 2:**

*Dobrý deň, chcem sa informovať, či je možné zapojiť sa do výzvy na predloženie ponúk aj s opakovateľne použiteľnou chirurgickou maskou spĺňajúcou požadovanú normu na úrovni typ II, no s dvoma vrstvami a s výhodou niekoľkonásobného použitia a možnosťou sterilizácie navyše s iónmi striebra a antibakteriálnymi vlastnosťami, s BFE 98,52%, vyrobenej z certifikovanej látky podľa EN13795-1. Testovacie správy a vyhlásenie o zhode prikladám v prílohe. Tá istá otázka sa týka aj výzvy č. 2 a 3.*

**Odpoveď č. 2:**

V prípade, že výrobok spĺňa všetky technické a kvalitatívne požiadavky opísané v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky (a to v prípade oboch výziev na predkladanie ponúk) ako je zhoda s EN, min. účinnosť filtrácie, upevnenie a iné a jedinou odlišnosťou výrobku je možnosť jeho opakovaného použitia, ako aj skutočnosť, že má len 2 vrstvy, verejný obstarávateľ uchádzača nevytlúči pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky. Vzhľadom k tomu verejný obstarávateľ mení Súťažné podklady (v prípade Výzvy č. 2 a 3) v nasledovnom rozsahu:

**I. Príloha č. 1 SP – Opis predmetu zákazky**

Pôvodné znenie:

„Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka **jednorazových** chirurgických min. trojvrstvových ochranných tvárových masiek s upevnením slučkami na uši, alebo na gumičky, vrátane ich dodania v celkovom počte 100 000 ks za dodržania nasledovných požiadaviek:

- **jednorazové** chirurgické min. trojvrstvové ochranné tvárové masky s upevnením slučkami na uši, alebo na gumičky,
- účinnosť bakteriálnej filtrácie (BFE) vyššia ako 95% simulovaná s časticami s veľkosťou 3,0 µm,
- formovateľná nosová spona,
- minimálna životnosť výrobku 24 mesiacov od dodania tovaru,
- výrobok v zhode s EN 14683:2019 + AC:2019/ Typ I, alebo EN 13795-1:2019-10, alebo EN 13795-2:2019-10, alebo ekvivalentnou normou,
- návod na používanie v SJ/ČJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.

Verejný obstarávateľ odoberie celé množstvo predmetu zákazky naraz“.

sa nahrádza novým znením:

„Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka **jednorazových/opakovane použiteľných** chirurgických min. trojvrstvových ochranných tvárových masiek s upevnením slučkami na uši, alebo na gumičky, vrátane ich dodania v celkovom počte 100 000 ks za dodržania nasledovných požiadaviek:

- **jednorazové/opakovane použiteľné** chirurgické min. trojvrstvové ochranné tvárové masky s upevnením slučkami na uši, alebo na gumičky,
- účinnosť bakteriálnej filtrácie (BFE) vyššia ako 95% simulovaná s časticami s veľkosťou 3,0 µm,
- formovateľná nosová spona,
- minimálna životnosť výrobku 24 mesiacov od dodania tovaru,
- výrobok v zhode s EN 14683:2019 + AC:2019/ Typ I, alebo EN 13795-1:2019-10, alebo EN 13795-2:2019-10, alebo ekvivalentnou normou,
- návod na používanie v SJ/ČJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.

Verejný obstarávateľ odoberie celé množstvo predmetu zákazky naraz.

**Verejný obstarávateľ umožňuje aj predloženie tvárových masiek s nižším počtom vrstiev za predpokladu, že tieto splnia všetky ostatné technické a kvalitatívne požiadavky opísané v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky ako je zhoda s EN, min. účinnosť filtrácie, upevnenie a iné.**

**II. Súťažné podklady, bod 1 Predmet zákazky**

Pôvodné znenie:

„Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka **jednorazových** chirurgických min. trojvrstvových ochranných tvárových masiek s upevnením slučkami na uši, alebo na gumičky v počte 100 000 ks. Verejný obstarávateľ odoberie celé množstvo predmetu zákazky naraz.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Predpokladaná hodnota zákazky v zriadenom DNS (Výzvy č. 3) je **58 333 € bez DPH**.

Lehota plnenia (dodania): do 14 kalendárnych dní od podpisu zmluvy.

Hlavný CPV kód: 33100000-1 – Zdravotnícke vybavenie“.

sa nahrádza novým znením:

„Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka jednorazových/opakovane použiteľných chirurgických min. trojvrstvových ochranných tvárových masiek s upevnením slučkami na uši, alebo na gumičky v počte 100 000 ks. Verejný obstarávateľ odoberie celé množstvo predmetu zákazky naraz. **Verejný obstarávateľ umožňuje aj predloženie tvárových masiek s nižším počtom vrstiev za predpokladu, že tieto splnia všetky ostatné technické a kvalitatívne požiadavky opísané v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky ako je zhoda s EN, min. účinnosť filtrácie, upevnenie a iné.**

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Predpokladaná hodnota zákazky v zriadenom DNS (Výzvy č. 3) je **58 333 € bez DPH.**

Lehota plnenia (dodania): do 14 kalendárnych dní od podpisu zmluvy.

Hlavný CPV kód: 33100000-1 – Zdravotnícke vybavenie“.

**Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov a uchádzačov, aby predmetnú zmenu zohľadnili vo svojich ponukách. Zároveň verejný obstarávateľ zverejní v profile uskutočnené zmeny v dokumentoch, ktorých sa zmeny týkali.**

S úctou

Mgr. Ľuboš Hláčik  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa