



V Trenčíne, dňa 28.12.2020

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 9

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§112-114)
Typ zákazky a postup:	Digitálny pevný RTG prístroj
Vyhlásené a publikované	Vo Vestníku VO č. 266/2020 zo dňa 18.12.2020 pod. č. 45184 - WYT

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Verejný obstarávateľ nijakým spôsobom neupravoval znenie otázok záujemcu.

Otázka 9-1

V rámci technickej špecifikácie v položke č. 5 sa uvádza:

„Vertikálny statív výklopný s AEC s funkciou plnej motorizácie-áno“

Nami ponúkané RTG zariadenie má možnosť naklopenia RTG žiariča, čo umožňujú robiť snímkovanie pod iným uhlom.

Otázka č.1 : Bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie zariadenia s Vertikálnym statívom s AEC s funkciou plnej motorizácie bez možnosti vyklopenia?

Odpoveď 9-1:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať vertikálny statív bez možnosti vyklopenia. Na tejto možnosti trvá verejný obstarávateľ od začiatku stanovenia podmienok a požiadaviek na predmet zákazky a považujeme to za základ rozšírených možnosti využitia práce s vertigrafom.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa