



Všetkým záujemcom

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Trenčín

FN/R/2021/R444

Ing. Michal Plesník

17.2.2021

0326566838

michal.plesnik@fntn.sk

Vec: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Verejný obstarávateľ:	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky:	USG prístroj pre intenzívnu medicínu a anestéziu
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 01.02.2021, pod č. 2021/S 021-049204 a vo Vestníku VO č. 31/2021 dňa 02.02.2021 pod sp.zn.č. 8523-MST
Právny predpis	Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ku dňu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej aj „ZVO“)

Predmet

Dňa 11.02.2021 bola v rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania doručená verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.

Žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZVO smeruje proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8.

Žiadosť o nápravu smeruje proti viacerým parametrom uvedeným v Technickej špecifikácii predmetu zákazky. **Verejný obstarávateľ v rámci tohto oznámenia uvádza tie položky Technickej špecifikácie spolu s návrhmi žiadateľa, ktoré boli na základe žiadosti o nápravu upravené:**

Bod 2 Technickej špecifikácie: „*hladký rezistentný povrch z tvrdého skla odolný na dezinfekčné prípravky*“

Návrh žiadateľa: Uvedená požiadavka je diskriminujúca, poukazuje na jedného konkrétneho výrobcu, všetci ostatní výrobcovia používajú klasické ovládacie prvky, a klávesnicu chránia prekrytím odolným sterilným krytom. Žiadame túto požiadavku vypustiť z technickej špecifikácie.



Stanovisko verejného obstarávateľa:

Odôvodnenie vybavenia návrhu žiadateľa k parametru uvedeného v Technickej špecifikácii predmetu zákazky:

1)

Nakoľko je prístroj určený na vyšetovanie v podmienkach OAIM/intenzívnej medicíny v prostredí často kontaminovanom rôznymi multirezistentnými nemocničnými patogénmi, z tohto dôvodu verejný obstarávateľ dôsledne trvá na ovládaní prístroja bez klasickej klávesnice, tzn. verejný obstarávateľ trvá na technickom parametre ovládania dotykovými prvkami. Klávesnica je prípustná výhradne dotyková a nie s klasickými tlačítkami. Pri kontaminácií klávesnice s klasickými tlačítkami nie je možné efektívne a dôkladne dezinfikovať v priestoroch medzi tlačítkami a zdôvodnenie, že je prekryiteľná nie je postačujúce, nakoľko ovládanie prístroja sa musí používať v prostredí bez prekrytia klávesnice a tým je logicky ľahko kontaminovateľná a obtiažne dezinfikovateľná jednoduchým utretím/postrekom tekutými dezinfekčnými prípravkami.

Verejný obstarávateľ z časti akceptuje návrh žiadateľa. Verejný obstarávateľ preto rozhodol o úprave tohto bodu v rámci technickej špecifikácie a vypúšťa požiadavku na „tvrdé sklo“. Požiadavka teda znie nasledovne

„2. hladký rezistentný povrch odolný na dezinfekčné prípravky“

V súlade s § 165 ods. 3 písm. a) ZVO Vám verejný obstarávateľ oznamuje, že doručení žiadosť o nápravu v bode 2 Technickej špecifikácie súťažných podkladov z časti **akceptuje**.

S pozdravom,

Ing. Tomáš Janík, MBA
Riaditeľ FN Trenčín