



V Trenčíne, dňa 16.03.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 2,3

### Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	<b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>
Predmet zákazky:	<b>Sušiaci a skladovací kabinet na endoskopy</b>
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 15.02.2021, pod č. 2021/S 031-076614 a vo Vestníku VO č. 48/2021 dňa 16.02.2021 pod sp.zn.č. 13348-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenia.

#### Otázka 2-1

Parameter „5 hĺbka skladovacieho kabinetu“

Požadovaná hodnota je: max 350mm.

Hodnota je diskriminačná a zvyhodňuje len jedného výrobcu. Žiadame rozšíriť túto hodnotu na max 500 mm.

#### Odpoveď 2-1:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a pristúpil k úprave hodnoty technického parametra, ktorá po úprave znie „max. 500 mm“.

#### Otázka 2-2

Parameter „11 modulárny systém umožňujúci pridať ďalší priestor pre 8 alebo 4 endoskopy“

Požadovaná hodnota je: áno

Požadovaný parameter je diskriminačný a zvyhodňuje len jedného výrobcu. Žiadame tento parameter vynechať.

#### Odpoveď 2-2:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a pristúpil k úprave technickej špecifikácie v podobe vypustenia bodu č. 11 technickej špecifikácie.

#### Otázka 2-3

Parameter „vzduchový adaptér do sušiaceho a skladovacieho kabinetu“

Požadovaná hodnota je min. 8ks

Vzhľadom na veľké cenové rozdiely medzi adaptérmi na rôzne typy endoskopov, žiadame doplniť typy prípadne rady endoskopov pre ktoré je potrebné adaptéry dodať.



### **Odpoveď 2-3:**

Požaduje sa dodanie adaptérov pre minimálne nasledovné typy endoskopov: Pentax FB18 V N 110140, Pentax FB18V N 110141, Wolf 7265,001, Olympus BF 1TQ 170, Olympus BF 1TH190, Olympus BF 1H190

### **Otázka 3-1**

Miestnosť kde sa má dezinfektor a Sušiaci a skladovací kabinet na endoscopy inštalovať je dostatočne veľká. Z uvedeného dôvodu by sme chceli požiadať, aby sme sa mohli zúčastniť obstarávania možnosť dodať Sušiaci a skladovací kabinet na endoscopy o hĺbke 660mm a z uvedeného dôvodu zmeniť bod 5. hĺbka na max. 660mm.

### **Odpoveď 3-1:**

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať zmenu hodnoty technického parametra „hĺbka skladovacieho kabinetu“ na hodnotu max. 660 mm, z dôvodu, že miestnosť, v ktorej sa sušiaci kabinet bude nachádzať je priechodná. Otázka veľkosti zariadenia je pre to pre verejného obstarávateľa dôležitá,

### **Otázka 3-2**

Z dôvodu, že by sme sa chceli zúčastniť verejného obstarávania by sme Vás chceli požiadať V bode 1. počet pozícií na umiestnenie endoskopov min 8 kusov.

Na základe obhliadky by sme Vás chceli požiadať o rozšírenie nasledovného bodu:

V bode 1. počet pozícií na umiestnenie endoskopov min 7 kusov.

### **Odpoveď 3-2:**

Verejný obstarávateľ takúto zmenu nebude akceptovať, z dôvodu, že na predmetnom pracovisku budú umiestnené aj endoscopy z urgentného príjmu, preto verejný obstarávateľ požaduje viac pozícií.

Verejný obstarávateľ informuje, že sa nekonala žiadna obhliadka miesta plnenia na základe oficiálnej žiadosti záujemcu.

### **Otázka 3-3**

Z dôvodu, že by sme sa chceli zúčastniť verejného obstarávania by sme Vás chceli požiadať V bode 7. farebná LED dióda pri každom držiaku endoskopu zobrazujúca stav sušenia, ukončenia sušenia a chybu v procese sušenia.

Na základe obhliadky by sme Vás chceli požiadať o rozšírenie nasledovného bodu:

V bode 7. Indikácia zobrazujúca stav sušenia, ukončenia sušenia a chybu v procese sušenia pomocou farebnej LED diódy pri každom držiaku endoskopu alebo farebná indikácia na požadovanom farebnom dotykovom displeji.

### **Odpoveď 3-3:**

Verejný obstarávateľ pristúpil k rozšíreniu predmetného bodu technickej špecifikácie.

Verejný obstarávateľ informuje, že sa nekonala žiadna obhliadka miesta plnenia na základe oficiálnej žiadosti záujemcu.



### Otázka 3-4

Z dôvodu, že by sme sa chceli zúčastniť verejného obstarávania by sme Vás chceli požiadať V bode 11. modulárny systém umožňujúci pridať ďalší priestor pre 8 alebo 4 endoskopy.

Na základe obhliadky by sme Vás chceli požiadať o rozšírenie nasledovného bodu:  
V bode 7. modulárny systém umožňujúci pridať ďalší priestor pre 7, 8 alebo 4 endoskopy.

### Odpoveď 3-4:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a pristúpil k úprave technickej špecifikácie v podobe vypustenia bodu č. 11 technickej špecifikácie.

Verejný obstarávateľ informuje, že sa nekonala žiadna obhliadka miesta plnenia na základe oficiálnej žiadosti záujemcu.

Upravenú technickú špecifikáciu verejný obstarávateľ prikladá k vysvetleniu súťažných podkladov a zároveň zverejňuje v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu v systéme JOSEPHINE.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník  
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Prílohy: 1\_Uprava\_FNTN-2021-11-ŠF-NZ-Kabinet na endoskopy-SP-p2-TŠ