

**Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky**

Obstarávateľ:	BIOMINERAL s.r.o.
IČO:	42004373
Názov / predmet zákazky:	Digestor s rekuperáciou tepla

Položka:	<b>Digestor s rekuperáciou tepla</b>
Množstvo:	<b>1 kus</b>
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Rekuperácia tepla s účinnosťou do 75%	
Automatická regulácia prevádzky	
Integrované LED osvetlenie pracovnej plochy s intenzitou 500 lx	
Rozmery (š x h x v) 2250 x 1300 x 690 mm	
Prietok vzduchu min. 2000 m <sup>3</sup> /h	
Vodný dohrev vzduchu na vstupe	

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.