

VYHODNOTENIE prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 8/2022 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Injekčný dávkovač a dokovacia stanica (box)“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať definované požiadavky na predmet zákazky.

V rámci PTK boli oslovení 14 potencionálni dodávatelia, z ktorých 9 predložili svoju ponuku. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Injekčný dávkovač a dokovacia stanica (box)

1.2 CPV:

33194100-7 Prístroje a nástroje na infúziu

51400000-6 Inštalácia lekárskeho a chirurgického zariadenia

50421000-2 Opravy a údržba lekárskeho zariadenia

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Kontinuálne podávanie liekov, roztokov a infúznej terapie.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

Áno

Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1	Injektomat	ks	18
Položka č. 2	Dokovacia stanica	ks	6
Položka č. 3	Infúzna pumpa	ks	6

3.2 Dostupnosť na trhu:

Bežná dostupnosť

Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	<p>B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 831 03 Bratislava</p> <p>Surgitech, s.r.o. Pri suchom mlyne 58 Bratislava</p> <p>ADAMED s.r.o. Scherera 38 Piešťany 921 01</p> <p>CMI spol. s r.o. Na Slavine 3 Bratislava 811 06</p> <p>Ing. Miloš Ladický ELMED Jánošíkova 73 Piešťany 921 01</p> <p>PHARMA GROUP, a.s. SNP 150 Veľké Leváre 906 73</p> <p>Ing. Kamil Dobranský AMD Hrašovík 91 Rozhanovce 044 42</p> <p>UNOTECH, spol. s r.o. Zlatovská 2211 911 01 Trenčín</p> <p>SELVIT, spol. s r.o. Tichá 15A/8560 Žilina 010 00</p>									DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	ODŮVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY		
	<p>Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty</p>										Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		
Položka č. 1 - Injektomat	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1 - Injektomat		
1. Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	neuvedené	spĺňa	áno / 2, 4, 6, 8 púmp; stohovateľné, možnosť ľubovoľnej kombinácie medzi infúznymi pumpami a injekčnými pumpami	1.	Platí pôvodná hodnota Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici.	
2. Možnosť použitia striekačiek bežných objemov, min.: 5, 10, 20, 50 a 60ml.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 5,10,20,30,50/60	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno / 2/3,5,10,20,30,50/60ml	2.	Platí pôvodná hodnota Možnosť použitia striekačiek bežných objemov, min.: 5, 10, 20, 50 a 60ml.	
3. Možnosť použitia pre parenterálne podávanie, enterálne podávanie, podávanie svetlocitlivých liekov, a podávanie transfúzie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušnú súpravu, event. možnosť presnej kalibrácie príslušnej súpravy).	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / okrem enterálneho podávania, spĺňa všetko	nesplňa / Možnosť použitia pre parenterálne podávanie a podávanie svetlocitlivých liekov (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušnú súpravu, event. možnosť presnej kalibrácie príslušnej súpravy).	spĺňa	spĺňa čiastočne / pumpa neumožňuje podávanie enterálnej výživy	nie / Možnosť použitia pre parenterálne podávanie a podávanie transfúzie; otvorený systém, možnosť presnej kalibrácie príslušnej súpravy	3.	Platí pôvodná hodnota Možnosť použitia pre parenterálne podávanie, enterálne podávanie, podávanie svetlocitlivých liekov, a podávanie transfúzie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušnú súpravu, event. možnosť presnej kalibrácie príslušnej súpravy).	Odôvodnenie: Potreba všetkých uvedených funkcií.	
4. Presnosť pri dávkovaní: ± 2 %	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / ± 2 %	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / samotný prístroj +/- 1%, striekačka +/- 2%	áno / ±2%	4.	Platí pôvodná hodnota Presnosť pri dávkovaní: ± 2 %	
5. Automatické uchytenie piesta striekačky čeľustami pumpy.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa	nesplňa / manuálne uchytenie piesta	spĺňa	spĺňa	nesplňa / Manuálne uchytenie piesta striekačky	áno / stlačením ovládania úchytu striekačky na hlave posuvného piesta pumpy je prepojený mechanizmus úchytu čeľustí piesta striekačky, ktorý ho zaisť dvoma čeľustami	5.	Platí pôvodná hodnota Automatické uchytenie piesta striekačky čeľustami pumpy.	Odôvodnenie: Trváme na požiadavke, overená a osvedčená funkcia z doterajšej praxe, uľahčenie manipulácie pre personál.

6	Mechanická brzda piestu striekačky – bezpečnostný prvok. Bráni podaniu nežiadúceho bolusu pri manipulácii.	spĺňa / Popis požiadavky môže mať rôznu interpretáciu. Prepokladáme, že sa jedná o mechanické zabránenie pohybu piestu pokiaľ nie je piest ešte uchytý v čeľustiach pohonu.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / Pumpa má mechanickú ochranu voči nežiadúcemu bolusu	áno / tlačeníím ovládania úchyty striekačky na hlave posuvného piesta pumpy je uvoľnený jeho pohyb	6	Platí pôvodná hodnota Mechanická brzda piestu striekačky – bezpečnostný prvok. Bráni podaniu nežiadúceho bolusu pri manipulácii.
7	Nastavenie citlivosti oklúzneho tlaku v min. 9 stupňoch.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / min.10 stupňoch	spĺňa / v 11 krokoch	spĺňa	spĺňa / 22 stupňov	áno / 12 úrovní, 75-900 mmHg	7	Platí pôvodná hodnota Nastavenie citlivosti oklúzneho tlaku v min. 9 stupňoch.
8	Režim KVO: rozsah nastavenia 0,1 – 3 ml/h.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 0,1 – 3 ml/h.	spĺňa / 0,1-5 ml/h	spĺňa	spĺňa / 0,1 - 5 ml/hod.	áno / 0,1-5ml/h nastaviteľné	8	Platí pôvodná hodnota Režim KVO: rozsah nastavenia 0,1 – 3 ml/h.
9	História udalostí: pamäť na min. 100 záznamov udalostí. História udalostí musí ostať zachovaná aj po vybratí batérie.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 10 000 záznamov	spĺňa / 2 000 záznamov	spĺňa	spĺňa / 1 500 udalostí	áno / viac ako 5000 záznamov udalostí, 30 posledných terapií	9	Platí pôvodná hodnota História udalostí: pamäť na min. 100 záznamov udalostí. História udalostí musí ostať zachovaná aj po vybratí batérie.
10.	Možnosť zobraziť na displeji údaje o posledných min. 30 alarmoch a 30 posledných bolusoch.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / samostatne nezobrazuje, je to súčasť histórie udalostí	nespĺňa / Pumpa dokáže zobraziť posledných 2000 udalostí, pokiaľ medzi nimi nebolo podanie bolusu, bolus nezobrazí. Nemá špeciálne triedenie udalostí pre bolusy a alarmy.	spĺňa	spĺňa	áno / viac ako 5000 záznamov udalostí, 30 posledných terapií	10	Platí pôvodná hodnota Možnosť zobraziť na displeji údaje o posledných min. 30 alarmoch a 30 posledných bolusoch.
11.	Režimy bolusu: manuálny, naprogramovaný s prednastavením objemu/času bolusu a opakovaný posledný naprogramovaný bolus.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nespĺňa / manuálny a automatický (automatický je možné "naprogramovať" a následne je podávaná zadaná hodnota)	spĺňa	spĺňa	áno / Manuálny bolus; Automatický bolus; Sekvenčný režim - podanie infúzie podľa nastavenej sekvencie pri nastavení rýchlosti a času rôznych sekvenčných podaní (5x).	11	Platí pôvodná hodnota Režimy bolusu: manuálny, naprogramovaný s prednastavením objemu/času bolusu a opakovaný posledný naprogramovaný bolus.
12.	Alarmy – vizuálne a zvukové, regulácia hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	12.	Platí pôvodná hodnota Alarmy – vizuálne a zvukové, regulácia hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:
12.1	detekcia vloženia a správnosti injekčnej striekačky	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	12.1	Platí pôvodná hodnota detekcia vloženia a správnosti injekčnej striekačky
12.2	meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	12.2	Platí pôvodná hodnota meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku
12.3	predalarm pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno / blízky koniec infúzie	12.3	Platí pôvodná hodnota predalarm pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval)
12.4	signalizácia ukončenia podávania infúzie (prázdna striekačka)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	12.4	Platí pôvodná hodnota signalizácia ukončenia podávania infúzie (prázdna striekačka)
12.5	signalizácia ukončenia podávania prednastaveného objemu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	12.5	Platí pôvodná hodnota signalizácia ukončenia podávania prednastaveného objemu
12.6	predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	12.6	Platí pôvodná hodnota predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora
12.7	dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	12.7	Platí pôvodná hodnota dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja
12.8	ukončenie Stand-by	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	12.8	Platí pôvodná hodnota ukončenie Stand-by
12.9	príliš horúca pumpa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	! / nerozumieme tejto požiadavke. Pumpa nema snímač teploty, ale batéria má svoj vlastný snímač teploty	spĺňa	spĺňa	nespĺňa	nie / poprosíme o detailnejší popis funkcie alarmu	12.9	Táto požiadavka sa vypúšťa.
12.10	vnútorná porucha prístroja.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	12.10	Platí pôvodná hodnota vnútorná porucha prístroja.
13.	Pumpa musí disponovať záložným generátorom zvukových alarmov v prípade výpadku štandardného generátora alarmov.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	neuveďené / Čo je myslené pod záložným generátorom zvukových alarmov? Stačí spínací kontakt relé pre externý alarm	nespĺňa	spĺňa	nespĺňa	nie	13	Platí pôvodná hodnota Pumpa musí disponovať záložným generátorom zvukových alarmov v prípade výpadku štandardného generátora alarmov.

14.	Pri zobrazení alarmového hlásenia na displeji musí ostať zobrazený názov lieku a nastavená rýchlosť dávkovania.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	neuveďené / Ak je to alarm ktorý zastaví činnosť iniektomatu, tak je na obrazovke len alarmové hlásenie, ale po potvrdení alarmu je zase obrazovka s údajmi	nesplňa	spĺňa	nesplňa	áno	14	Nová hodnota Pri zobrazení alarmového hlásenia na displeji musí ostať zobrazený názov lieku a nastavená rýchlosť dávkovania, alebo po zrušení alarmu sa zobrazia pôvodné údaje.	
15.	Možnosť zadať zoznam min. 50 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky, nastavenie event. bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 10 kategórií.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 3500 liekov do 30 kategórií	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nie / možnosť úpravy, 2000 informácií o liečivách; + nast. max. bolus 2 kategórie, možnosť úpravy prostredia a nastavení knižnice liekov pri výrobe	15	Platí pôvodná hodnota Možnosť zadať zoznam min. 50 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky, nastavenie event. bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 10 kategórií.	
16.	Farebné kódovanie liekov podľa normy ISO.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa	spĺňa	nesplňa	nie / možnosť úpravy prostredia a nastavení knižnice liekov pri výrobe	16	Platí pôvodná hodnota Farebné kódovanie liekov podľa normy ISO.	
17.	Komunikácia pumpy cez rozhranie WiFi.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa	áno	17	Platí pôvodná hodnota Komunikácia pumpy cez rozhranie WiFi.	
18.	Farebný dotykový displej, min. 4 palcový, rezistívny, umožňujúci obsluhu aj v mokrych rukaviciach.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / Farebný 10,9 cm (4,3 palcový) displej LCD bezdotykový	spĺňa	spĺňa	nesplňa / jednofarebný displej nedotykový 66 x 33 mm	áno / 4,3" farebný dotykový displej TFT	18	Platí pôvodná hodnota Farebný dotykový displej, min. 4 palcový, rezistívny, umožňujúci obsluhu aj v mokrych rukaviciach.	Odôvodnenie: Ufahčenie práce, sestra na koronárnej jednotke často pracuje v rukaviciach.
19.	Mechanické tlačidlá min. pre zapnutie/vypnutie prístroja a zastavenie dávkovania STOP.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	19	Platí pôvodná hodnota Mechanické tlačidlá min. pre zapnutie/vypnutie prístroja a zastavenie dávkovania STOP.	
20.	Možnosť nastavenia úrovne osvetlenia displeja manuálne aj automaticky pomocou snímača jasu okolia.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / automatická úprava jasu nieje podľa snímača jasu okolia, ale podľa nastaveného času tzv. denný a nočný režim	nesplňa / možnosť nastavenia manuálne	spĺňa	nesplňa	nie / Možnosť nastavenia úrovne osvetlenia displeja manuálne aj automaticky - nočný režim	20	Nová hodnota Možnosť nastavenia úrovne osvetlenia displeja manuálne aj automaticky pomocou snímača jasu okolia, alebo aj možnosť úpravy jasu podľa nastaveného času tzv. denný a nočný režim.	
21.	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je vložená striekčka.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / Nemožnosť vypnúť pumpu pokiaľ je podávaná infúzia	nie	21	Platí pôvodná hodnota Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je vložená striekčka.	
22.	Akumulátor s kapacitou na min. 11 hodín prevádzky pri rýchlosti 25 ml/h s vypnutým WiFi a min. 8 hodín pri rýchlosti 100 ml/h pri zapnutom WiFi.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / výrobca udáva výdrž batérie pri iných hodnotách rýchlosti dávkovania	N/A Výdrž batérie pri 20-25 ml/h min. 6 hodín. Informácie o výdrži batérie pre 25 a 100 ml/h nie sú k dispozícii.	spĺňa	nesplňa / viac ako 11 hod pri prietoku 5 ml/hod	nie / voľiteľné: >11 hodín (pri 5ml/h); a min. hodín pri rýchlosti 100 ml/h pri zapnutom WiFi - nie je špecifikované výrobcom	22	Nová hodnota Akumulátor s kapacitou na min. 11 hodín prevádzky pri rýchlosti 25 ml/h s vypnutým WiFi.	
23.	Doba dobijania batérie max. 6 hod.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / ale len pri prvom nabíjaní - max.8 hod.	spĺňa / max. 4 hodiny	spĺňa	spĺňa	áno / ≤5 hod.	23	Platí pôvodná hodnota Doba dobijania batérie max. 6 hod.	
24.	Možnosť vzájomného fyzického uchytenia minim. troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / tento parameter nemá opodstatnenie, keď požadujete dokovacie stanice	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	24	Platí pôvodná hodnota Možnosť vzájomného fyzického uchytenia minim. troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva.	
25.	Integrovaná rúčka na prenášanie.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / odnímateľná rúčka na prenášanie	spĺňa	spĺňa	áno	25	Platí pôvodná hodnota Integrovaná rúčka na prenášanie.	
26.	Hmotnosť max. 2,1 kg vrátane akumulátora.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 2,0 kg	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	26	Platí pôvodná hodnota Hmotnosť max. 2,1 kg vrátane akumulátora.	
27.	Odporúčaná pravidelná technická prehliadka (BTK) – min. dva roky.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	27	Platí pôvodná hodnota Odporúčaná pravidelná technická prehliadka (BTK) – min. dva roky.	
28.	Zobrazenie dátumu nasledujúcej BTK na displeji.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / dátum ďalšej kalibrácie je uvedený na kalibračnej nálepke	spĺňa	spĺňa	áno	28	Platí pôvodná hodnota Zobrazenie dátumu nasledujúcej BTK na displeji.	
29.	Funkcia dlhej pauzy Standby.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	29	Platí pôvodná hodnota Funkcia dlhej pauzy Standby.	
30.	Úroveň IP krytia – min. proti striekajúcej vode zo všetkých uhlov.	spĺňa / Navrhujeme kvôli jednoznačnosti uviesť presný stupeň IP krytia (napr. IP44).	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / IP 24	nesplňa / IP 23	spĺňa	spĺňa / IP 22	áno / IP34	30	Nová hodnota Úroveň IP krytia – minimálne IP x4	Odôvodnenie: Vyššia ochrana pre prístroj.
31.	Deklarovaná životnosť prístroja cca 10 rokov.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	31	Platí pôvodná hodnota Deklarovaná životnosť prístroja cca 10 rokov.	
32.	Softvér v slovenskom jazyku.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / softvér v českom jazyku	spĺňa	spĺňa	áno	32	Nová hodnota Softvér v slovenskom alebo českom jazyku.	
33.	Dodávateľ prístroja garantuje min. 3 ročný záručný servis.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / 2 ročný záručný servis	spĺňa	spĺňa	áno	33	Platí pôvodná hodnota Dodávateľ prístroja garantuje min. 3 ročný záručný servis.	

34.	Dodávateľ prístroja garantuje min. 6 mesačnú záruku na pozáručný servis.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	34	Platí pôvodná hodnota Dodávateľ prístroja garantuje min. 6 mesačnú záruku na pozáručný servis.	
Položka č. 2 - Dokovacia stanica											Položka č. 2 - Dokovacia stanica		
1.	Stanica na uchytenie min. 4 prístrojov (lineárnych dávkovačov, infúzných pŕpump, alebo kombinácia).	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 3,3+3, 3+3+3	spĺňa / dokovacia stanica je možné poskladať na uchytenie 3, 6, 9, 12, 15 alebo 18 kusov infúznej techniky	spĺňa	spĺňa	áno / 2, 4, 6, 8 pŕpump, možnosť ľubovoľnej kombinácie medzi infúznymi pumpami a injekčnými pumpami	1.	Platí pôvodná hodnota Stanica na uchytenie min. 4 prístrojov (lineárnych dávkovačov, infúzných pŕpump, alebo kombinácia).	
2.	Napájanie vložených prístrojov a zároveň nabíjanie batérií tak, aby bol použitý iba jeden sieťový kábel.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	2.	Platí pôvodná hodnota Napájanie vložených prístrojov a zároveň nabíjanie batérií tak, aby bol použitý iba jeden sieťový kábel.	
3.	Jednoduché vybratie ktoréhokoľvek prístroja (dávkovača, pumpy) bez nutnosti manipulácie s inými prístrojmi umiestnenými v stanici a jeho umiestnenie v stanici v ktorejkoľvek voľnej pozícii.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	3.	Platí pôvodná hodnota Jednoduché vybratie ktoréhokoľvek prístroja (dávkovača, pumpy) bez nutnosti manipulácie s inými prístrojmi umiestnenými v stanici a jeho umiestnenie v stanici v ktorejkoľvek voľnej pozícii.	
4.	Možnosť rozšírenia celkovej zostavy až pre najmenej 12 prístrojov (dávkovačov, pŕpump).	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / max. 9	spĺňa	spĺňa	nesplňa	áno / Áno, jednoduché rozšírenie až na 16 pŕpump. Vzájomné spájanie dokovacích staníc do jedného celku	4.	Nová hodnota Možnosť rozšírenia celkovej zostavy až pre najmenej 8 prístrojov (dávkovačov, pŕpump).	
5.	Integrovaná záložná batéria s kapacitou napájania na min. 4 hodiny činnosti dokovacej stanice, indikátor zostatkovej kapacity batérie.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / min. 5 hod.	spĺňa	spĺňa	nesplňa / vstavaná batéria umožňuje činnosť 1 hodinu	áno / Špecifikácia : 7,4V 2500mAh Čas nabíjania : 5h vo vypnutom stave Pracovný čas : 36h (po úplnom nabití novej batérie, nepretržitý pracovný čas bez použitia funkcie WIFI a prenosu dát)	5.	Platí pôvodná hodnota Integrovaná záložná batéria s kapacitou napájania na min. 4 hodiny činnosti dokovacej stanice, indikátor zostatkovej kapacity batérie.	
6.	Úroveň IP krytia – minimálne proti striekajúcej vode zo všetkých uhlov.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / IP 22	nesplňa / IP 22	spĺňa	spĺňa / IP 22	áno / IP24	6.	Nová hodnota Úroveň IP krytia – minimálne IP x4	Odôvodnenie: Vyššia ochrana pre prístroj.
7.	Integrovaný systém na uchytenie infúzných hadičiek smerujúcich k pacientovi.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	7.	Platí pôvodná hodnota Integrovaný systém na uchytenie infúzných hadičiek smerujúcich k pacientovi.	
8.	Hmotnosť dokovacej stanice s horným krytom do 5,3 kg.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / 6,2 kg; 9,9 kg; 13,6 kg	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno / Hlavná jednotka : 0,6 kg Kombinovaná jednotka : 2,1 kg (pre 2 pumpy) Napájacia jednotka : 0,8 kg	8.	Platí pôvodná hodnota Hmotnosť dokovacej stanice s horným krytom do 5,3 kg.	Odôvodnenie: Dokovaciu stanicu s dávkovačmi nemáme pri každom lôžku, potreba prenášania od lôžka k lôžku - nižšia hmotnosť je pre uľahčenie práce personálu.
9.	Výška dokovacej stanice s horným krytom pre 4 prístroje do 50 cm.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / pre 4-6 94,6 cm	nesplňa / Výška dokovacej stanice s horným krytom pre 3 prístroje do 50 cm.	spĺňa	nesplňa / Výška 71,8 cm	nie / nad 50cm	9.	Platí pôvodná hodnota Výška dokovacej stanice s horným krytom pre 4 prístroje do 50 cm.	Odôvodnenie: Limitovaný a obmedzený priestor medzi jednotlivými lôžkami.
10.	Centrálny zvukový a svetelný alarm v hornom kryte, možnosť nastavenia hlasitosti zvuku alarmu, svetelné rozlíšenie závažnosti alarmu.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa	nesplňa / Dokovacia stanica má centrálny alarm v hornom kryte, avšak nie je možné nastaviť hlasitosť a nemá rozlíšenie alarmu.	spĺňa	nesplňa / Alarm je generovaný priamo z infúznej techniky vloženej do dokovacej stanice	áno	10.	Nová hodnota Centrálny zvukový a svetelný alarm v hornom kryte, možnosť nastavenia hlasitosti zvuku alarmu.	
11.	Integrovaný svetelný senzor pre automatické nastavenie jasu displeja dokovacej stanice.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa	nesplňa	spĺňa	nesplňa	nie	11.	Táto požiadavka sa vypúšťa.	
12.	Možnosť vzájomného fyzického spojenia viacerých dokovacích staníc do jedného celku, integrovaný zámok proti odpojeniu.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / tento parameter nemá opodstatnenie, keď požadujete dokovacie stanice	spĺňa	spĺňa	nesplňa / Výrobca ponúka dokovacie stanice pre 4, 6 alebo 8 ks infúznej techniky	áno	12.	Platí pôvodná hodnota Možnosť vzájomného fyzického spojenia viacerých dokovacích staníc do jedného celku, integrovaný zámok proti odpojeniu.	
13.	Možnosť pripojiť patientské PCA tlačidlo.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa	nesplňa	spĺňa	nesplňa	nie	13.	Platí pôvodná hodnota Možnosť pripojiť patientské PCA tlačidlo.	
14.	Možnosť rozšírenia o dátový modul s rozhraniami pre napojenie na počítačovú sieť.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	14.	Platí pôvodná hodnota Možnosť rozšírenia o dátový modul s rozhraniami pre napojenie na počítačovú sieť.	
Položka č. 3 - Infúzna pumpa											Položka č. 3 - Infúzna pumpa		
1.	Infúzna pumpa kompatibilná s dokovacou stanicou pre injektomat.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno / 2, 4, 6, 8 pŕpump; stohovateľné, možnosť ľubovoľnej kombinácie medzi infúznymi pumpami a injekčnými pumpami	1.	Platí pôvodná hodnota Infúzna pumpa kompatibilná s dokovacou stanicou pre injektomat.	
2.	Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno / 2, 4, 6, 8 pŕpump; stohovateľné, možnosť ľubovoľnej kombinácie medzi infúznymi pumpami a injekčnými pumpami	2.	Platí pôvodná hodnota Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici.	

3	Možnosť použitia pre parenterálne podávanie, enterálne podávanie, podávanie svetlocitlivých liekov, a podávanie transfúzie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy, event. možnosť presnej kalibrácie príslušnej súpravy).	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / okrem enterálneho podávania, spĺňa všetko	nesplňa / Možnosť použitia pre parenterálne podávanie a podávanie svetlocitlivých liekov (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy, event. možnosť presnej kalibrácie príslušnej súpravy).	spĺňa	nesplňa / pumpa neumožňuje podávanie enetrálnej výživy	nie / Možnosť použitia pre parenterálne podávanie a podávanie transfúzie; otvorený systém, možnosť presnej kalibrácie príslušnej súpravy	3	Platí pôvodná hodnota Možnosť použitia pre parenterálne podávanie, enterálne podávanie, podávanie svetlocitlivých liekov, a podávanie transfúzie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy, event. možnosť presnej kalibrácie príslušnej súpravy).	Odôvodnenie: Potreba všetkých uvedených funkcií.
4	Presnosť pri dávkovaní: ± 3 %	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / presnosť +/- 5 %	nie / ±5%	4	Platí pôvodná hodnota Presnosť pri dávkovaní: ± 3 %	
5	Možnosť použitia bez kvapkového senzora.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	5	Platí pôvodná hodnota Možnosť použitia bez kvapkového senzora.	
6	Nastavenie citlivosti oklúzneho tlaku v min. 9 stupňoch.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / min. 10 stupňoch	spĺňa / v 11 krokoch	spĺňa	spĺňa / 19 stupňov	áno / 12 úrovni, 75-900 mmHg	6	Platí pôvodná hodnota Nastavenie citlivosti oklúzneho tlaku v min. 9 stupňoch.	
7	Režim KVO: rozsah nastavenia 0,1 – 3 ml/h	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 0,1-5 ml/h	spĺňa	spĺňa / KVO od 1 - 20 ml/hod.	áno / 0,1-5 ml/h nastaviteľný	7	Platí pôvodná hodnota Režim KVO: rozsah nastavenia 0,1 – 3 ml/h	
8	História udalostí: pamäť na min. 100 záznamov udalostí. História udalostí musí zostať zachovaná aj po vybratí batérie.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 10 000	spĺňa / 2 000	spĺňa	spĺňa / 1 500 udalostí	áno / viac ako 5000 záznamov histórie, 30 posledných terapií	8	Platí pôvodná hodnota História udalostí: pamäť na min. 100 záznamov udalostí. História udalostí musí zostať zachovaná aj po vybratí batérie.	
9	Možnosť zobraziť na displeji údaje o posledných minim 30 alarmoch a 30 posledných bolusoch.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / samostatne nezobrazuje, je to súčasť histórie udalostí	nesplňa / Pumpa dokáže zobraziť posledných 2000 udalostí, pokiaľ medzi nimi nebolo podanie bolusu, bolus nezobrazí. Nemá špeciálne triedenie udalostí pre bolusy a alarmy.	spĺňa	spĺňa	áno / viac ako 5000 záznamov histórie, 30 posledných terapií	9	Túto požiadavku vypustiť.	
10.	Režimy bolusu: manuálny, naprogramovaný s prednastavením objemu/času bolusu a opakovaný posledný naprogramovaný bolus.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / manuálny a automatický (automatický je možné "naprogramovať" a následne je podávaná zadaná hodnota)	spĺňa	spĺňa	áno / Manuálny bolus; Automatický bolus; Sekvenčný režim - podanie infúzie podľa nastavení sekvenčie pri nastavení rýchlosti a času rôznych sekvenčných podaní (5x).	10	Platí pôvodná hodnota Režimy bolusu: manuálny, naprogramovaný s prednastavením objemu/času bolusu a opakovaný posledný naprogramovaný bolus.	
11.	Alarmy – vizuálne a zvukové, regulácia hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	11	Platí pôvodná hodnota Alarmy – vizuálne a zvukové, regulácia hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:	
11.1	detekcia vloženia a správnosti infúznej súpravy	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	11.1	Platí pôvodná hodnota detekcia vloženia a správnosti infúznej súpravy	
11.2	otvorené predné dvierka	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	11.2	Platí pôvodná hodnota otvorené predné dvierka	
11.3	meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	11.3	Platí pôvodná hodnota meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku	
11.4	predalarm pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	11.4	Platí pôvodná hodnota predalarm pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval)	
11.5	vzduchový alarm (jednorazová bublina, kumulované bubliny za hodinu), možnosť nastavenia citlivosti	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno / 7 nastaviteľných úrovní: 50ul - 800ul, predvolené nastavenie: 50ul, citlivosť: 20ul; (jednorazová bublina, kumulované bubliny za nast. čas)	11.5	Platí pôvodná hodnota vzduchový alarm (jednorazová bublina, kumulované bubliny za hodinu), možnosť nastavenia citlivosti	
11.6	signalizácia ukončenia podávania prednastaveného objemu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	11.6	Platí pôvodná hodnota signalizácia ukončenia podávania prednastaveného objemu	
11.7	predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	11.7	Platí pôvodná hodnota predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora	
11.8	dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	11.8	Platí pôvodná hodnota dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja	
11.9	ukončenie Stand-by	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	11.9	Platí pôvodná hodnota ukončenie Stand-by	
11.10	príliš horúca pumpa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	! / nerozumieme tejto požiadavke. Pumpa nema snímač teploty, ale batéria má svoj vlastný snímač teploty	nesplňa / v prípade prehriatia hlási poruchu	spĺňa	nesplňa	nie / poprosíme o detailnejší popis funkcie alarmu	11.10	Túto požiadavku vypustiť?	
11.11	vnútorná porucha prístroja.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	11.11	Platí pôvodná hodnota vnútorná porucha prístroja.	
12.	Pumpa musí disponovať záložným generátorom zvukových alarmov v prípade výpadku štandardného generátora alarmov.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / Čo je myslené pod záložným generátorom zvukových alarmov? Stačí spínací kontakt relé pre externý alarm	nesplňa	spĺňa	nesplňa	nie	12	Túto požiadavku vypustiť?	

13.	Pri zobrazení alarmového hlásenia na displeji musí ostať zobrazený názov lieku a nastavená rýchlosť dávkovania.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / Ak je to alarm ktorý zastaví činnosť iniektomatu, tak je na obrazovke len alarmové hlásenie, ale po potvrdení alarmu je zase obrazovka s údajmi	nesplňa	spĺňa	nesplňa	áno	13	Nová hodnota Pri zobrazení alarmového hlásenia na displeji musí ostať zobrazený názov lieku a nastavená rýchlosť dávkovania, alebo po zrušení alarmu sa zobrazia pôvodné údaje.	
14.	Možnosť zadať zoznam min. 50 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky, nastavenie event. bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 10 kategórií.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / min 3 500 liekov do 30 kategórií	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nie / možnosť úpravy, 2000 informácií o liečivách; + nast. max. bolus 2 kategórie, možnosť úpravy prostredia a nastavení knižnice liekov pri výrobe	14	Platí pôvodná hodnota Možnosť zadať zoznam min. 50 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky, nastavenie event. bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 10 kategórií.	
15.	Farebné kódovanie liekov podľa normy ISO.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa	spĺňa	nesplňa	nie / možnosť úpravy prostredia a nastavení knižnice liekov pri výrobe	15	Platí pôvodná hodnota Farebné kódovanie liekov podľa normy ISO.	
16.	Komunikácia pumpy cez rozhranie WiFi.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa	áno	16	Platí pôvodná hodnota Komunikácia pumpy cez rozhranie WiFi.	
17.	Farebný dotykový displej, minimálne 4 palcový, rezistívny, umožňujúci obsluhu aj v mokrych rukaviciach.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / Farebný 10,9 cm (4,3 palcový) displej LCD-bezdotykový	spĺňa	spĺňa	nesplňa / jednofarebný displej nedotykový 66 x 33 mm	áno	17	Platí pôvodná hodnota Farebný dotykový displej, minimálne 4 palcový, rezistívny, umožňujúci obsluhu aj v mokrych rukaviciach.	Odôvodnenie: Ufahčenie práce, sestra na koronárnej jednotke často pracuje v rukaviciach.
18.	Mechanické tlačidlá minimálne pre Zapnutie/vypnutie prístroja a zastavenie dávkovania STOP.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	18	Platí pôvodná hodnota Mechanické tlačidlá minimálne pre Zapnutie/vypnutie prístroja a zastavenie dávkovania STOP.	
19.	Možnosť nastavenia úrovne osvetlenia displeja manuálne aj automaticky pomocou snímača jasu okolia.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / automatická úprava jasu nie je podľa snímač jasu okolia, ale podľa nastaveného času tzv. denný a nočný režim	nesplňa / Možnosť manuálneho nastavenia	spĺňa	nesplňa	nie / Možnosť nastavenia úrovne osvetlenia displeja manuálne aj automaticky - nočný režim	19	Nová hodnota Možnosť nastavenia úrovne osvetlenia displeja manuálne aj automaticky pomocou snímača jasu okolia, resp. možnosť úpravy jasu podľa nastaveného času tzv. denný a nočný režim.	
20.	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je vložená súprava.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / Nemožnosť vypnúť pumpu pokiaľ je podávaná infúzia	nie	20	Platí pôvodná hodnota Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je vložená súprava.	
21.	Akumulátor s kapacitou na min. 10 hodín prevádzky pri rýchlosti 100 ml/h s vypnutým WiFi a min. 6 hodín pri rýchlosti 100 ml/h pri zapnutom WiFi.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	? / Výrobca takéto parametre neuvádza, ale je to pri 25 ml/hod. min. 5 hodín	nesplňa / Výdrž batérie pri 20-25 ml/h min. 6 hodín. Informácie o výdrži batérie pre 25 a 100 ml/h nie sú k dispozícii.	spĺňa	nesplňa / viAC ako 9 hod pri prietoku 25 ml/hod	nie / Voliteľne: >9 hodín pri 25ml/h; min. hodín pri rýchlosti 100 ml/h pri zapnutom WiFi - nie je špecifikované výrobcom	21	Nová hodnota Akumulátor s kapacitou na min. 10 hodín prevádzky pri rýchlosti 100 ml/h s vypnutým WiFi.	
22.	Doba dobijania batérie max. 6 hod.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / ale len pri prvom nabíjaní - max.8 hod.	spĺňa / max. 4 hodiny	spĺňa	spĺňa / menej ako 6 hod	áno / ≤5 hod.	22	Platí pôvodná hodnota Doba dobijania batérie max. 6 hod.	
23.	Možnosť vzájomného fyzického uchytenia minim. troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / tento parameter nemá opodstatnenie, keď požadujete dockovacie stanice	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	23	Platí pôvodná hodnota Možnosť vzájomného fyzického uchytenia minim. troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva.	
24.	Integrovaná rúčka na prenášanie.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / odnímateľná rúčka na prenášanie	spĺňa	spĺňa	áno	24	Platí pôvodná hodnota Integrovaná rúčka na prenášanie.	
25.	Hmotnosť max. 2,1 kg vrátane akumulátora.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa / max. 2 kg	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno / 1,4 kg +	25	Platí pôvodná hodnota Hmotnosť max. 2,1 kg vrátane akumulátora.	
26.	Odporúčaná pravidelná technická prehliadka (BTK) – min. dva roky.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	26	Platí pôvodná hodnota Odporúčaná pravidelná technická prehliadka (BTK) – min. dva roky.	
27.	Zobrazenie dátumu nasledujúcej BTK na displeji.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / dátum ďalšej kalibrácie je uvedený na kalibračnej nálepke	spĺňa	spĺňa	áno	27	Platí pôvodná hodnota Zobrazenie dátumu nasledujúcej BTK na displeji.	Odôvodnenie: Potreba elektronicky vedenej BTK v budúcnosti.
28.	Funkcia dlhšej pauzy Standby.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	28	Platí pôvodná hodnota Funkcia dlhšej pauzy Standby.	
29.	Úroveň IP krytia – min. proti striekajúcej vode zo všetkých uhlov.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / IP22	nesplňa / IP 23	spĺňa	spĺňa / IP 22	áno / IP34	29	Nová hodnota Úroveň IP krytia - minimálne IP x4	
30.	Deklarovaná životnosť prístroja cca 10 rokov.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / Životnosť zariadenia je v prípade štandardného používania minimálne 6 rokov	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	30	Platí pôvodná hodnota Deklarovaná životnosť prístroja cca 10 rokov.	
31.	Softvér v slovenskom jazyku.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / softvér v českom jazyku	spĺňa	spĺňa	áno	31	Nová hodnota Softvér v slovenskom alebo českom jazyku.	
32.	Dodávateľ prístroja garantuje min. 3 ročný záručný servis.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa / 2 ročný záručný servis	spĺňa	spĺňa	áno	32	Platí pôvodná hodnota Dodávateľ prístroja garantuje min. 3 ročný záručný servis.	
33.	Dodávateľ prístroja garantuje min. 6 mesačnú záruku na pozáručný servis.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	áno	33	Platí pôvodná hodnota Dodávateľ prístroja garantuje min. 6 mesačnú záruku na pozáručný servis.	

5. MINIMÁLNE OSOBNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požaduje sa:		B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 831 03 Bratislava	Surgitech, s.r.o. Pri suchom mlyne 58 Bratislava	ADAMED s.r.o. Scherera 38 Piešťany 921 01	CMI spol. s r.o. Na Slavine 3 Bratislava 811 06	Ing. Miloš Ladický ELMED Jánošíkova 73 Piešťany 921 01	PHARMA GROUP, a.s. SNP 150 Vefké Leváre 906 73	Ing. Kamil Dobranský AMD Hrašovík 91 Rozhanovce 044 42	UNOTECH, spol. s r.o. Zlatovská 2211 911 01 Trenčín	SELVIT, spol. s r.o. Tichá 15A/8560 Žilina 010 00	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	ODŮVODNENIE ZMENY zmluvnej požiadavky	
		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)								Požaduje sa:			
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.	
2.	Požaduje sa dodanie zariadenia:	xxx	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.	Požaduje sa dodanie zariadenia:	
2.1.	do tridsiatich (30) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. odo dňa doručenia Oznámenia o splnení objednávateľom stanovených podmienok a požiadaviek na predmet zákazky dodávateľovi (ďalej len "Oznámenie").	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.1.	do tridsiatich (30) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. odo dňa doručenia Oznámenia o splnení objednávateľom stanovených podmienok a požiadaviek na predmet zákazky dodávateľovi (ďalej len "Oznámenie").	
2.2.	v pracovných dňoch,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.2.	v pracovných dňoch,	
2.3.	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.3.	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	
2.4.	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.4.	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	
2.5.	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.5.	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	
2.6.	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.6.	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.	
4.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenej oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenej oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	
5.	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalčný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalčný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.	
6.	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	6.	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	
7.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená) objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	7.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená) objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	
8.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.	
9.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vus.ch.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	9.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vus.ch.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	

10.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja objednávateľom do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, sa dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z fakturovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t. t. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neakceptujem	neakceptujem	akceptujem	0%	akceptujem	10.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja objednávateľom do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, sa dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z fakturovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t. t. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.
11.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	11.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom (t.j. dodávateľom) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: 1. uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže alebo 2. uchádzač, ktorý verejnemu obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	12.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom (t.j. dodávateľom) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: 1. uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže alebo 2. uchádzač, ktorý verejnemu obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:
12.1.	verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle verejný obstarávateľ uchádzačovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny;	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	12.1.	verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle verejný obstarávateľ uchádzačovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny;
12.2.	verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s uchádzačom zmluvný vzťah a zrušiť verejné obstarávanie v príslušnej časti predmetu zákazky a v prípade ak je to relevantné odstúpiť od zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	12.2.	verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s uchádzačom zmluvný vzťah a zrušiť verejné obstarávanie v príslušnej časti predmetu zákazky a v prípade ak je to relevantné odstúpiť od zmluvy.
13.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpisujú obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	13.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpisujú obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
14.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržiavania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržiavania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
14.1.	oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.1.	oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
14.2.	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.2.	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
14.3.	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.3.	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,

14.4.	<p>14.4. dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.4.	<p>14.4. dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,</p>	
14.5.	<p>14.5. vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s peridicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,</p>	neakceptujem / Výrobca jasne stanovuje interval pravidelnej prehliadky na 2 roky, pretože má odskúšané, že je to vzhľadom na používanie prístroja dostatočné. Kratší interval znamená nutnosť blokovania prístrojov počas prehliadky a náklady, ktoré musíme premietnuť do ceny.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neakceptujem / periodicita kalibrácie je výrobcom stanovená na 1 x každých 24 mesiacov	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.5.	<p>14.5. Nová hodnota vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s peridicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia,</p>	Čiastočne akceptujeme, a trváme na periodicite podľa odporúčenia výrobcu zariadenia.
14.6.	<p>14.6. vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou väd uvedených v bode 19. tejto časti,</p>	neakceptujem / Výrobca jasne stanovuje interval pravidelnej prehliadky na 2 roky, pretože má odskúšané, že je to vzhľadom na používanie prístroja dostatočné. Kratší interval znamená nutnosť blokovania prístrojov počas prehliadky a náklady, ktoré musíme premietnuť do ceny.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neakceptujem / periodicita technickej kontroly je výrobcom stanovená na 1 x každých 24 mesiacov	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.6.	<p>14.6. Nová hodnota vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou väd uvedených v bode 19. tejto časti,</p>	Čiastočne akceptujeme, a trváme na periodicite podľa odporúčenia výrobcu zariadenia.
14.7.	<p>14.7. vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.7.	<p>14.7. vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,</p>	
14.8.	<p>14.8. práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.8.	<p>14.8. práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,</p>	
14.9.	<p>14.9. vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy.</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.9.	<p>14.9. vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy.</p>	
15.	<p>15. Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do štyridsiatichtich (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.</p>	neakceptujem / Vzhľadom na to, že sa jedná o prístroje, ktoré sa používajú v desiatkach a sú ľahko nahraditeľné, nehrozí obmedzenie zdravotnej starostlivosti. Navrhujeme min. 72 hodín.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem		<p>15. Nová hodnota Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do sedemdesiatichdvoch (72) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.</p>	Akceptujeme lehotu 72 hodín
16.	<p>16. Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:</p>	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.	<p>16. Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:</p>	
16.1.	<p>16.1. oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín,</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.1.	<p>16.1. oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín,</p>	
16.2.	<p>16.2. oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do stodvadsiatich (120) hodín, resp. v závažných prípadoch v termíne po dohode s objednávateľom.</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.2.	<p>16.2. oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do stodvadsiatich (120) hodín, resp. v závažných prípadoch v termíne po dohode s objednávateľom.</p>	
17.	<p>17. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:</p>	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.	<p>17. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:</p>	

17.1.	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 10,-€ (slovom: desať Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,	neakceptujem / Uvedená pokuta by bola pochopiteľná u jedinečných prístrojov ako napr. CT, MRI, kde jeho výluka obmedzuje zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na to, že sa v tomto prípade jedná o prístroje, ktoré sa používajú v desiatkach a sú ľahko nahraditeľné, nehrozí obmedzenie zdravotnej starostlivosti. Pokuta je neprimeraná.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.1	Nová hodnota Nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 5,-€ (slovom: päť Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,	Čiastočne akceptujeme a znižujeme výšku pokuty.
17.2.	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 10,-€ (desať Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.	neakceptujem / Uvedená pokuta by bola pochopiteľná u jedinečných prístrojov ako napr. CT, MRI, kde jeho výluka obmedzuje zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na to, že sa v tomto prípade jedná o prístroje, ktoré sa používajú v desiatkach a sú ľahko nahraditeľné, nehrozí obmedzenie zdravotnej starostlivosti. Pokuta je neprimeraná.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.2	Nová hodnota Nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 5,-€ (päť Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.	Čiastočne akceptujeme a znižujeme výšku pokuty.
18.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	18.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	
19.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelných pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	19.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelných pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	
20.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	20.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	
21.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	21.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	
22.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	22.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.	

23.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	23.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
24.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	24.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
25.	Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk .	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	25.	Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk .
26.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	26.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.

6. MINIMÁLNE OSOBNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:	B. Braun Medical s.r.o. Hlučinska 3 831 03 Bratislava	Surgitech, s.r.o. Pri suchom mlyne 58 Bratislava	ADAMED s.r.o. Scherera 38 Piešťany 921 01	CMI spol. s r.o. Na Slavine 3 Bratislava 811 06	Ing. Miloš Ladický ELMED Jánošíkova 73 Piešťany 921 01	PHARMA GROUP, a.s. SNP 150 Vefké Leváre 906 73	Ing. Kamil Dobranský AMD Hrašovík 91 Rozhanovce 044 42	UNOTECH, spol. s r.o. Zlatovská 2211 911 01 Trenčín	SELVIT, spol. s r.o. Tichá 15A/8560 Žilina 010 00	Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:	ODŮVODNENIE ZMENY osobitnej požiadavky
	Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)										
1.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v prílohe – Sortiment ponúkaného tovaru.
3.	neakceptujem / Nespadá do zoznamu	neakceptujem / Produkt nie je zaradený v Zozname ŠZM	neakceptujem / Zoznam ŠZM túto ZP neeviduje	neakceptujem / nenachádza sa v požadovanom zozname	akceptujem	neakceptujem / Infúzna technika nie je zaradená do zoznamu ŠZM	neakceptujem / neuvádza sa v zozname ŠZM	neakceptujem / u tohto typu zariadení nie je bežnou praxou na SK trhu	akceptujem	3.	Táto požiadavka sa vypúšťa
4.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	Prospektový materiál