

- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-9 / 004-10 / 2018

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk


Bratislava
07. 03. 2018

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 004-02 / 2018 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2018/S 028-060539 z 09. 02. 2017 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 30/2018 z 12. 02. 2018 pod zn. 2289-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky: „**LAPAROSKOPY**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Časť III. – Endoskopická laparoskopická zostava FULL HD pre hrudníkovú chirurgiu

Otázka č. 1:

V prílohe č.1 časti B opis predmetu zákazky súťažných podkladov uvádzate, že zariadenie pozostáva z Full HD kamery, Full HD monitora, LED zdroja svetla, svetlovodného kábla, laparoskopie optiky, vozíka pre laparoskop, insulfátora, pumpy sanie - preplach, elektrokoagulácie, záznamového zariadenia, ale v rámci požadovaných technických vlastností neuvádzate požiadavky na technické vlastnosti insulfátora. Je insulfátor predmetom dodávky?

Odpoveď:

Insulfátor je predmetom dodávky. Nedopatrením technicko-medicínske parametre insulfácie neboli zahrnuté v opise predmetu zákazky.

V prílohe č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov, Časť III. – Endoskopická laparoskopická zostava FULL HD pre hrudníkovú chirurgiu, sa požadovaná technicko-medicínsky parameter – opis, dopĺňa o riadky 110 až 119 nasledovne:

110 INSUFLÁCIA -1 KS

111 vstavaný predhrev plynu

112 automatické vypustenie plynu pri pretlaku

113 intuitívne a jednoduché ovládanie

114 možnosť pripojenia k tlakovej nádobe i ku centrálnemu rozvodu CO₂

115 predvoľba tlaku v mm Hg, rozsah tlaku 1-30 mm Hg

116 voliteľná rýchlosť prietoku

117 údaj o spotrebe plynu

118 informačný riadok pre chybové hlásenia

119 prietok 40 l a viac

Pôvodne vo verejných dokumentoch zákazky ID 328 zverejnená časť „Príloha č. 1 k časti B. Opis predmetu zákazky“ a „C. Spôsob určenia ceny a obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, súťažných podkladov, bola nahradená verziou 2, so zapracovaním vykonanej zmeny – doplnenia.

Otázka č. 2:

V prílohe č.1 časti B opis predmetu zákazky súťažných podkladov v bode 17 požadujete natívne Full HD rozlíšenie (Progressive scan) – min. 1920 x 1200 pixelov. Uvedené rozlíšenie nie je bežne používaným štandardom. Bude verejný obstarávateľ akceptovať štandardné natívne Full HD rozlíšenie (Progressive scan) min. 1920 x 1080 pixelov?

Odpoveď:

Bude akceptovať.

Otázka č. 3:

V zmysle časti C1. Spôsob určenia ceny, v bode 1.1 požadujete ku každej oceňovanej položke za dodanie rozdeleného predmetu zákazky uvedeného Prílohe č.1 časti B. Opis predmetu zákazky uviesť jednotkovú cenu (cena v EUR bez DPH/ 1 ks konkrétneho tovaru). Požaduje verejný obstarávateľ jednotkovú cenu za konkrétne komponenty v rámci jednotlivých zostáv (JC za FULL HD kamera – 1ks....), alebo jednotkovú cenu za celú zostavu?

Odpoveď:

Návrhom uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk je jednotková cena za celú zostavu, ktorého súčasťou je vyplnená tabuľka podľa Prílohy č.1 časti B. Opis predmetu zákazky tak, ako je to uvedené v časti F. súťažných podkladov.