

## Zápisnica z otvárania ponúk

Predmet zákazky: „Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu pre UNM (JIS)“  
výzva na predloženie ponuky v rámci zriadeného dynamického nákupného systému MZ SR

Otváranie ponúk k zákazke v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov s názvom „Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu pre UNM (JIS)“ pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin sa uskutočnilo elektronicky dňa 9.5.2019 o 10,30 hod. na adrese: Univerzitná nemocnica Martin, Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského č. 25, 036 59 Martin, Slovenská republika, prízemie - zasadačka, miestnosť č.003.

Otváranie ponúk bolo neverejné v zmysle súťažných podkladov.

V lehote na predkladanie ponúk na uvedený predmet zákazky ponuku predložili 3 uchádzači. Ponuky boli predložené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese: <https://josephine.proebiz.com>.

Komisia elektronicky otvorila ponuky a všetkým zúčastneným sa z predložených ponúk prečítali obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania uchádzačov a návrhy uchádzačov na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, tak ako je uvedené v tabuľke a v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Ponuku predložili:

<i>P. č.</i>	<i>Obchodné meno uchádzača</i>	<i>Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača</i>	<i>Návrhy na plnenie kritérií</i>
1.	MEDIS Nitra, spol. s r.o.	Pri Dobrotke 659/81 949 01 Nitra - Dražovce	vid'. príloha
2.	B. Braun Medical s.r.o.	Hlučínska 3 831 03 Bratislava	vid'. príloha
3.	UNOTECH pol. s r.o.	Zlatovská 2211 911 01 Trenčín	vid'. príloha

Pripomienky:

.....  
.....  
.....

### **Komisia:**

*Predseda komisie:*

Mgr. Jana Vadkertiová, MBA  
vedúca Odboru ošetrovateľskej starostlivosti

*Členovia komisie:*

Martin Smatana, MSc.  
člen komisie nominovaný MZ SR

JUDr. Andrea Uhlárová  
vedúca Oddelenia práva a kontroly

Ing. Magdaléna Marcinová  
vedúca Ekonomického odboru

Ing. Monika Klobušická  
vedúca Odboru verejného obstarávania

Ing. Anna Javorová  
Odbor verejného obstarávania

---

Zapísala: Ing. Anna Javorová  
V Martine, dňa: 9.5.2019

K1:

Pristroj/lokalita	počet kusov	cena za 1ks bez DPH	DPH v %	cena za 1ks sDPH	cena celkom za požadovaný počet kusov
Infúzna pumpa JIS					
Typ 1 (CODAN A6165 InCare)	78	939,55	20	1127,46	87 941,88
Typ 2 (CODAN A718V)	30	898,7	20	1078,44	32 353,20
Dokovacia stanica JIS					
Typ 1 (CODAN A500P)	26	878,28	20	1053,93	27 402,18
Cena celkom					147 697,26

K2:

Technické špecifikácie	Bodové kritérium	Počet bodov	áno/nie
<b>Lineárne pumpy</b>			
Režim - Viacnásobná dávka	body za áno	2,5	Nie
TOM (Take over mode)	body za áno	2,5	Nie
Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	body za áno	2,5	Áno
Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba	body za áno	2,5	Nie
Automatické uchytanie striekačky pri vkladaní	body za áno	2,5	Nie
Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti	body za áno	2,5	Áno
Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	body za áno	2,5	Áno
<b>Volumetrické pumpy</b>			
Režim - Nábeh a pokles	body za áno	2,5	Nie

Režim - Viacnásobná dávka	body za áno	2,5	<b>Nie</b>
Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	body za áno	2,5	<b>Áno</b>
Programovateľný režim	body za áno	2,5	<b>Áno</b>
Podávanie enterálnej výživy aj so setom	body za áno	2,5	<b>Nie</b>
Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom	body za áno	2,5	<b>Áno</b>
Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	body za áno	2,5	<b>Áno</b>
Výstražný alarm rozpojenia linky	body za áno	2,5	<b>Nie</b>

K1:

Prístroj/lokalita	počet kusov	cena za 1ks bez DPH	DPH v %	cena za 1ks sDPH	cena celkom za požadovaný počet kusov
<b>Infúzna pumpa JIS</b>					
Typ 1 (lineárna): <b>Perfusor Space</b> s príslušenstvom (Držiak Pole clamp, napájací kábel) a softvérom (TOM, Occluguard)	78	1 200,00 €	20%	1 440,00 €	112 320,00 €
Typ 2 (volumetrická): <b>Infusomat Space</b> s príslušenstvom (Držiak Pole clamp, napájací kábel)	30	1 350,00 €	20%	1 620,00 €	48 600,00 €
<b>Dokovacia stanica JIS</b>					
Typ 1 (dokovacia stanica): <b>Space Station</b> s <b>Space Cover comfort</b>	26	1 150,00 €	20%	1 380,00 €	35 880,00 €
<b>Cena celkom</b>					<b>196 800,00 €</b>

K2:

Technické špecifikácie	Bodové kritérium	Počet bodov	áno/nie
<b>Lineárne pumpy</b>			
Režim - Viacnásobná dávka	body za áno	2,5	Áno
TOM (Take over mode)	body za áno	2,5	Áno
Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	body za áno	2,5	Áno
Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba	body za áno	2,5	Áno
Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní	body za áno	2,5	Áno
Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti	body za áno	2,5	Áno

Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	body za áno	2,5	Áno
<b>Volumetrické pumpy</b>			
Režim - Nábeh a pokles	body za áno	2,5	Áno
Režim - Viacnásobná dávka	body za áno	2,5	Áno
Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	body za áno	2,5	Áno
Programovateľný režim	body za áno	2,5	Áno
Podávanie enterálnej výživy aj so setom	body za áno	2,5	Áno
Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom	body za áno	2,5	Áno
Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	body za áno	2,5	Áno
Výstražný alarm rozpojenia linky	body za áno	2,5	Nie

V Bratislave 02 -05- 2019

Ing. Miroslava Eliášová, na základe plnej moci

K1:

Prístroj/lokalita	počet kusov	cena za 1ks bez DPH	DPH v %	cena za 1ks s DPH	cena celkom za požadovaný počet kusov
Infúzna pumpa JIS					
Typ 1 Injektomat Agilia SP MC	78	846,00	20	1 015,20	79 185,60
Typ 2 Volumat Agilia VP MC	30	998,00	20	1 197,60	35 928,00
Dokovacia stanica JIS					
Typ 1 Agilia Link 4+	26	1 140,00	20	1 368,00	35 568,00
Cena celkom					150 681,60

K2:

Technické špecifikácie	Bodové kritérium	Počet bodov	áno/nie
<b>Lineárne pumpy</b>			
Režim - Viacnásobná dávka	body za áno	2,5	áno
TOM (Take over mode)	body za áno	2,5	nie
Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	body za áno	2,5	áno
Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba	body za áno	2,5	áno
Automatické uchytienie striekačky pri vkladaní	body za áno	2,5	nie
Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti	body za áno	2,5	áno
Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	body za áno	2,5	áno
<b>Volumetrické pumpy</b>			
Režim - Nábeh a pokles	body za áno	2,5	áno
Režim - Viacnásobná dávka	body za áno	2,5	áno

Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	body za áno	2,5	áno
Programovateľný režim	body za áno	2,5	áno
Podávanie enterálnej výživy aj so setom	body za áno	2,5	nie
Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom	body za áno	2,5	áno
Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	body za áno	2,5	áno
Výstražný alarm rozpojenia linky	body za áno	2,5	áno

Ing. Peter Havier, konateľ  
v zastúpení Ing. Anity Psotná Půlpánová  
na základe plnomocenstva