

Vysvetlenie SP č. 2 (na žiadosť 2, 3, 4)

Verejnému obstarávateľovi boli v lehote na predkladanie ponúk dňa doručené žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Žiadosť o vysvetlenie č.2- (doručená 14.07.2023 o 14:52)

- *Žiadame Vás o odpoveď a potvrdenie, či v súťažných podkladoch pre časť č. 7 - chirurgická odsávačka 10ks, trváte na podmienkach: Bod.11 Trojnásobná ochrana proti presatiu systémom plavákových ventilov/filtrov vo vakoch, poistnej nádoby proti presatiu a MSF filtra - MSF filter alebo budete akceptovať aj hydrofóbny/antibakteriálny filter*

Odpoveď

Chirurgická odsávačka je časť 11 a nie časť 7

MSF filter bráni nožnej kontaminácii prostredia mikrobiologickými časticami, ktoré sa môžu prenášať pri použití odsávačiek avšak verejný obstarávateľ bude akceptovať aj porovnateľný hydrofóbny/antibakteriálny filter.

Verejný obstarávateľ upravuje bod 11 nasledovne:

*Trojnasobná ochrana proti presatiu systémom plavákových ventilov/filtrov vo vakoch, poistnej nádoby proti presatiu a MSF filtra **alebo hydrofóbneho/ antibakteriálneho filtra***

- *Bod.7 Hlučnosť pri maximálnom zaťažení do 40 dB - alebo budete akceptovať hlučnosť do 52dB*

Odpoveď

Verejný obstarávateľ trvá na zadanom parametri z dôvodu minimalizovania prílišného hluku počas poskytovania zdravotnej starostlivosti

- *Bod.15 2 L. vak kompatibilný so systémom VacSax s aktívnym striebrom a filtrom alebo budete akceptovať nádobu a vaky, od iného výrobcu ako typ VacSax od výrobcu Sanitas*

Odpoveď

V súťažných podkladoch ČASŤ B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A SPOSOB URČENIA CENY ods. IV EKVIVALENTY je okrem iného uvedené:

„ Ak v predmetných súťažných podkladoch je niekde použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, prípadne niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ tovaru/ výrobku/ materiálu/ technológie/ technologického riešenia/zariadenia (ďalej aj len „výrobok“, resp. aj len „výrobok a zariadenie“), alebo výrobok konkrétneho výrobcu, je uvedený len orientačne a má odporúčací charakter, resp. slúži výlučne na predstavu o budúcich požadovaných materiálovo-technických vlastnostiach zo strany verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ v takomto prípade, umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky, technológie, technologické riešenia, materiály a zariadenia určené.“

V Zmysle uvedeného požadovaný parameter možno chápať nasledovne:

*Bod.15 2 L. vak kompatibilný so systémom VacSax (**resp. ekvivalentný systém**) s aktívnym striebrom a filtrom.*

- Bod.20 Silikónová hadica 8x14 mm. s MSF filtrom, 2,5 m - alebo budete akceptovať autoklavateľnú silikónovú hadicu 8x14 mm s dĺžkou 1,5m

Odpoveď

Pre lepšiu prístupnosť k pacientovi ktorú mu umožňuje hadica s dostatočnou dĺžkou verejný obstarávateľ trvá na zadanom parametri.

Žiadosť o vysvetlenie č.3 (doručená 16.07.2023 o 15:31:19)

- aké umiestnenie plánuje verejný obstarávateľ pre Vyplachovač ložných mív? Je požadovaný maximálny rozmer 900x500x600 mm. Tieto zariadenia sú štandardne voľne umiestnené v čistiacich miestnostiach. Štandardná výška miestnosti je viac ako 2 metre. Akceptoval by preto verejný obstarávateľ aj rozmerovo väčšie zariadenie s rozmermi 1280x600x610 mm? Vyššie umiestnená komora bude z ergonomického hľadiska lepšia aj pre obsluhujúci personál nakoľko nebude musieť namáhať chrbticu pri zohíňaní sa.

Odpoveď

Z dôvodu že zdravotnícky personál na oddelení je nižšieho vzhľadu a tiež pre ľahšiu manipuláciu verejný obstarávateľ trvá na zadanom parametri.

Žiadosť o vysvetlenie č.4 (doručená 16.07.2023 o 20:37:05)

- verejný obstarávateľ v 2. časti zákazky žiada hodnotu Ra minimálne 96. Toto je hodnota, ktorá je požadovaná u operačných svietidiel. Bude preto verejný obstarávateľ akceptovať hodnotu, ktorá podľa kategorizácie EÚ spadá do najvyššej kategórie 1A so hodnotou Ra viac ako 90? Poznajúc pomery na pracoviskách OAIM, je požadovaná hodnota vysoká, pričom vo Vami vypísanej súťaži má v časti 1 Operačné svetlo nižší parameter Ra ako v časti 2-vyšetrovacie svetlo.

Odpoveď

Parameter umožňuje prirodzené podanie farieb, ktoré je pre verejného obstarávateľa pri operačných výkonoch dôležité. Verejný obstarávateľ neakceptuje zníženie parametra a tým pádom zníženie kvality osvetlenia. Takto nastavený parameter nie je diskriminačný a nakoľko operačné svetlá s požadovaným indexom podania farieb ponúka na trhu viacero výrobcov.

Predmetným vysvetlením nedochádza k zmene podkladov pri spracovaní ponuky a preto nedochádza k zmene lehoty na predkladanie ponúk.

V Bojniciach 17.07.2023