

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 1

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Predmet zákazky: „Ultrazvukový prístroj“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

MUDr. Adam Krkoška, Rádiologická klinika

Členovia komisie:

MUDr. Matej Turčan, Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová, OPaK

Ing. Monika Klobušická, OVO

Eudmila Balková, OVO

Ing. Diana Ďubáková, OVO

Ing. Miriam Pikošová, EÚ

B/Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P.č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	NIMOTECH s.r.o.	Šumavská 416/15 60 200 Brno, ČR
2.	Unique Medical s.r.o.	Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava
3.	InMed Slovakia s.r.o.	Stará Vajnorská 11841/37 831 04 Bratislava
4.	WEGA – MS spol. s r.o.	Pálenická 1/601 92 221 Moravany nad Váhom

C/Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Vid' zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti - 2 zo dňa 17.08.2023.

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Ponuky uchádzačov boli vyhodnotené podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk – najlepší pomer ceny a kvality s uplatnením nasledovných kritérií:

Kritérium č. 1: celková ponuková cena - Cena za celý predmet zákazky v € s DPH (max. 70 bodov)

Kritérium č. 2: necenové kritérium č. 1 - Uhlopriečka obrazovky monitora min. 23 (max. 1 bod)

Kritérium č. 3: necenové kritérium č. 2 - Uhlopriečka obrazovky monitora min. 24 (max. 1 bod)

Kritérium č. 4: necenové kritérium č. 3 - Jas obrazovky monitora min. 300 cd/m² (max. 1 bod)

Kritérium č. 5: necenové kritérium č. 4 - Aktívna plocha zobrazovania monitora v nezväčšenom 2D zobrazení aspoň 20x20 cm (max. 1 bod)

Kritérium č. 6: necenové kritérium č. 5 - Nastaviteľný pult obsluhy výškovo min. 35 cm (max. 1 bod)

Kritérium č. 7: necenové kritérium č. 6 - Nastaviteľný pult obsluhy výškovo min. 45 cm (max. 1 bod)

Kritérium č. 8: necenové kritérium č. 7 - Nastaviteľný pult obsluhy stranovo viac ako +/- 30° (max. 1 bod)

Kritérium č. 9: necenové kritérium č. 8 - Uhlopriečka zobrazovacej plochy pomocného dotykového displeja min. 12" (max. 1 bod)

Kritérium č. 10: necenové kritérium č. 9 - Softvér pre zobrazovanie cirkulačne atypických tokov (nedopplerovské) vrátane duálneho zobrazenia s B-módom (max. 5 bodov)

Kritérium č. 11: necenové kritérium č. 10 - Softvér pre zobrazovanie pomalých tokov a mikrocirkulácie parenchýmových orgánov a lézií pri cielenej diagnostike (max. 2 body)

Kritérium č. 12: necenové kritérium č. 11 - Softvér na automatickú lokalizáciu nervových zväzkov v obraze (max. 2 body)

Kritérium č. 13: necenové kritérium č. 12 - Automatické hodnotenie mamologických nálezov pomocou algoritmov umelej inteligencie (max. 8 bodov)

Kritérium č. 14: necenové kritérium č. 13 - Softvér pre akvizíciu 3D zobrazení na 2D konvexnej alebo lineárnej sonde (max. 2 body)

Kritérium č. 15: necenové kritérium č. 14 - Možnosť elektronického rozšírenia skenovacieho uhla pri konvexnej sonde na 140 stupňov (max. 1 bod)

Kritérium č. 16: necenové kritérium č. 15 - 3D rekonštrukcia s farebným dopplerovským mapovaním pomocou 2D sond s možnosťou postprocessingovej úpravy 3D zobrazenia (max. 2 body)

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:

<i>P. č.</i>	<i>Uchádzač</i>	<i>Cena za celý predmet zákazky v € s DPH</i>	<i>Súčet bodov za kritériá hodnotenia ponúk</i>	<i>Poradie úspešnosti</i>
1.	NIMOTECH s.r.o., Šumavská 416/15 60 200 Brno, ČR	151 295,86	93,00	I.
2.	Unique Medical s.r.o., Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava	154 680,00	86,47	III.
4.	WEGA – MS spol. s r.o., Pálenická 1/601 92 221 Moravany nad Váhom	154 920,00	88,36	II.

Ponuka uchádzača NIMOTECH s.r.o. sa umiestnila ako prvá v poradí z dôvodu, že uchádzač podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám dosiahol najvyššie celkové bodové hodnotenie.

Konečné poradie ponúk bude zostavené v elektronickej aukcii.

Nie sú známi žiadni subdodávatelia.

Pre informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti vid'. zápisnicu z posúdenia splnenia podmienok účasti - 1 zo dňa 08.08.2023 a zápisnicu z posúdenia splnenia podmienok účasti – 2 zo dňa 17.08.2023 .

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

V procese vyhodnocovania ponúk komisia posudzuje splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, náležitosti ponúk a kritérií stanovených v oznámení o vyhlásení verejného

obstarávania, v súťažných podkladoch, príp. v ďalších dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk.

Komisia konštatovala, že uchádzač WEGA – MS spol. s r.o., Pálenická 1/601, 92 221 Moravany nad Váhom splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 07.07.2023 pod číslom 2023/S 129-407608 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 134/2023 zo dňa 10.07.2023 pod označením 22471-MST a v súťažných podkladoch.

Na základe zistených skutočností komisia požiada uchádzačov NIMOTECH s.r.o. a Unique Medical s.r.o. v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní o vysvetlenie predložených ponúk v rozsahu:

Komisia pri vyhodnocovaní ponuky uchádzača NIMOTECH s.r.o., Šumavská 416/15, 60 200 Brno, Česká republika zistila nasledovné:

Verejný obstarávateľ zadefinoval v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov minimálne požiadavky na predmet zákazky.

Zároveň verejný obstarávateľ požadoval v bode 18.10 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky, z ktorého musí vyplývať splnenie všetkých požiadaviek zadefinovaných v časti C. Opis predmetu zákazky – podrobný popis ponúkaného predmetu zákazky s uvedením obchodného názvu ponúkaného prístroja vrátane všetkých požadovaných technických parametrov tak, aby z opisu bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedený v časti C. súťažných podkladov, pričom bolo možné použiť Prílohu č. 4 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ ďalej v časti E. Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky súťažných podkladov požadoval predložiť kúpnu zmluvu spolu s prílohami.

Uchádzač vo svojej ponuke o. i. predložil Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky na ultrazvukový prístroj, pričom pravosť uvedených parametrov deklaroval priložením produktového listu. V predmetných dokumentoch uviedol nasledovné:

- vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky na ultrazvukový pri parametri č. 1.33 „Dĺžka štartu prístroja max. 90s“ uviedol „áno; <70s“, pričom v predložennom produktovom liste uviedol „Studený start systému do 1 min.“;

- vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky na ultrazvukový prístroj pri parametroch č. 3.19 „Softvér pre zobrazovanie cirkulačne atypických tokov (nedopplerovské) vrátane duálneho zobrazenia s B-módom“ a č. 3.20 „Softvér pre zobrazovanie pomalých tokov a mikrocirkulácie parenchýmových orgánov a lézií pri cielej diagnostike“ uviedol „áno“, pričom v predložennom produktovom liste predmetné softvéry nie sú nikde uvedené.

Z dôvodu identifikovania uvedených nezrovnalostí v predloženej ponuke bude verejný obstarávateľ v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požadovať od uchádzača vysvetlenie predloženej ponuky a predloženie dôkazov, t.j. vysvetlenie aká je dĺžka štartu ponúkaného prístroja, či sú súčasťou ponúkaného ultrazvukového prístroja aj softvéry zadefinované v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov v parametroch č. 3.19 a č. 3.20 a preukázanie danej skutočnosti predložením dôkazu k uvedenému. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.

Vysvetlenie predloženej ponuky bude potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, inak bude je ponuka vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Komisia pri vyhodnocovaní ponuky uchádzača Unique Medical s.r.o., Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava zistila nasledovné:

Verejný obstarávateľ zadefinoval v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov minimálne požiadavky na predmet zákazky.

Zároveň verejný obstarávateľ požadoval v bode 18.10 časti *A. Pokyny na vypracovanie ponuky* súťažných podkladov predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky, z ktorého musí vyplývať splnenie všetkých požiadaviek zadefinovaných v časti *C. Opis predmetu zákazky* – podrobný popis ponúkaného predmetu zákazky s uvedením obchodného názvu ponúkaného prístroja vrátane všetkých požadovaných technických parametrov tak, aby z opisu bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedený v časti *C. súťažných podkladov*, pričom bolo možné použiť Prílohu č. 4 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ v časti *E. Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky* súťažných podkladov požadoval predložiť kúpnu zmluvu spolu s prílohami.

Uchádzač vo svojej ponuke o. i. predložil Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky na ultrazvukový prístroj, pričom pravosť uvedených parametrov deklaroval priložením produktového listu. V predmetných dokumentoch uviedol nasledovné:

- vo vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky na ultrazvukový prístroj pri parametri č. 1.28 „HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup“ uviedol „áno“, pričom v predloženej produktovom liste uviedol „Výstup HDMI, VGA, DGR, DVI, ethernet, Wifi“.

V nadväznosti na uvedené bude verejný obstarávateľ v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požadovať od uchádzača vysvetlenie identifikovanej nezrovnalosti v predloženej ponuke. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.

Vysvetlenie predloženej ponuky bude potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, inak bude je ponuka vylúčená v zmysle § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Komisia bude pokračovať vo vyhodnotení ponúk po doručení vysvetlenia od uchádzačov, resp. po uplynutí stanovenej lehoty.

Komisia:

Predseda komisie:

MUDr. Adam Krkoška
Rádiologická klinika

Členovia komisie:

MUDr. Matej Turčan
Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová
Oddelenie práva a kontroly


Ing. Monika Klobušická
Odbor verejného obstarávania

Eudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Diana Ďubáková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Miriam Pikošová
Ekonomický úsek

V Martine, dňa: 28.08.2023



Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 2

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Predmet zákazky: „Ultrazvukový prístroj“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

MUDr. Adam Krkoška, Rádiologická klinika

Členovia komisie:

MUDr. Matej Turčan, Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová, OPaK

Ing. Monika Klobušická, OVO

Eudmila Balková, OVO

Ing. Diana Ďubáková, OVO

Ing. Miriam Pikošová, EÚ

B/Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P.č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	NIMOTECH s.r.o.	Šumavská 416/15 60 200 Brno, ČR
2.	Unique Medical s.r.o.	Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava
3.	InMed Slovakia s.r.o.	Stará Vajnorská 11841/37 831 04 Bratislava
4.	WEGA – MS spol. s r.o.	Pálenická 1/601 92 221 Moravany nad Váhom

C/Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Vid' zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti - 2 zo dňa 17.08.2023.

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

viď. zápisnica z vyhodnotenia ponúk – 1 zo dňa 28.08.2023.

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Verejný obstarávateľ v stanovenej lehote obdržal vysvetlenie ponuky od uchádzača NIMOTECH s.r.o., Šumavská 416/15, 60 200 Brno, Česká republika a uchádzača Unique Medical s.r.o., Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava.

Uchádzač NIMOTECH s.r.o., Šumavská 416/15, 60 200 Brno, Česká republika v nadväznosti na žiadosť o vysvetlenie ponuky doručil verejnému obstarávateľovi:

- odpoveď na žiadosť o vysvetlenie ponuky,
- prílohu č. 1 datasheet – katalógový list,
- prílohu č. 2 cenová ponuka, v ktorej sú zvýraznené dotazované softvéry.

Uchádzač Nimotech s.r.o., Šumavská 416/15, 60 200 Brno, Česká republika vo svojom vysvetlení uviedol, že v priloženom datasheete (katalógovom liste) je dĺžka štartu prístroja uvedená približne 60 sekúnd, čo predstavuje nimi vyplnený parameter vo Vlastnom návrhu na plnenie predmetu zákazky <70s. Taktiež deklaroval, že dotazované softvéry, t.j. parametre č. 3.19 „Softvér pre zobrazovanie cirkulačne atypických tokov (nedopplerovské) vrátane duálneho zobrazenia s B-módom“ a č. 3.20 „Softvér pre zobrazovanie pomalých tokov a mikrocirkulácie parenchýmových orgánov a lézií pri cielej diagnostike“ sú súčasťou ponúkaného ultrazvukového prístroja a cenovej ponuky. Ako dôkaz predložil cenovú ponuku, v ktorej sú zvýraznené vyššie spomínané softvéry.

Z dôvodu, že uchádzač riadne vysvetlil ponuku a vysvetlením jeho ponuky nedošlo k jej zmene, komisia doručené vysvetlenie akceptovala.

Uchádzač Unique Medical s.r.o., Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava v nadväznosti na žiadosť o vysvetlenie ponuky doručil verejnému obstarávateľovi:

- odpoveď na žiadosť o vysvetlenie ponuky,
- produktový list na ultrazvukový prístroj.

Uchádzač Unique Medical s.r.o., Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava vo svojom vysvetlení uviedol, že v predloženom produktovom liste na ultrazvukový prístroj došlo k administratívnej chybe, resp. preklepu – pričom správny údaj je podľa vlastného návrhu na plnenie predmetu zákazky pre ultrazvukový prístroj „HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup“ a priložil opravený produktový list na ultrazvukový prístroj.

Z dôvodu, že uchádzač riadne vysvetlil ponuku a vysvetlením jeho ponuky nedošlo k jej zmene, komisia doručené vysvetlenie akceptovala.

Komisia bude pokračovať v úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk.

Komisia:

Predseda komisie:

MUDr. Adam Krkoška
Rádiologická klinika

Členovia komisie:


MUDr. Matej Turčan
Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová
Oddelenie práva a kontroly

Ing. Monika Klobušická
Odbor verejného obstarávania


Ľudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Diana Ďubáková
Odbor verejného obstarávania



Ing. Miriam Pikošová
Ekonomický úsek

V Martine, dňa: 22.09.2023



Zápisnica z úplného úvodného vyhodnotenia ponúk

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Predmet zákazky: „Ultrazvukový prístroj“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

MUDr. Adam Krkoška, Rádiologická klinika

Členovia komisie:

MUDr. Matej Turčan, Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová, OPaK

Ing. Monika Klobušická, OVO

Eudmila Balková, OVO

Ing. Diana Ďubáková, OVO

Ing. Miriam Pikošová, EÚ

B/Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

<i>P.č.</i>	<i>Obchodné meno uchádzača</i>	<i>Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača</i>
1.	NIMOTECH s.r.o.	Šumavská 416/15 60 200 Brno, ČR
2.	Unique Medical s.r.o.	Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava
3.	InMed Slovakia s.r.o.	Stará Vajnorská 11841/37 831 04 Bratislava
4.	WEGA – MS spol. s r.o.	Pálenická 1/601 92 221 Moravany nad Váhom

C/Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Vid' zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti - 2 zo dňa 17.08.2023.

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Ponuky uchádzačov boli vyhodnotené podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk – najlepší pomer ceny a kvality s uplatnením nasledovných kritérií:

Kritérium č. 1: celková ponuková cena - Cena za celý predmet zákazky v € s DPH (max. 70 bodov)

Kritérium č. 2: necenové kritérium č. 1 - Uhlopriečka obrazovky monitora min. 23 (max. 1 bod)

Kritérium č. 3: necenové kritérium č. 2 - Uhlopriečka obrazovky monitora min. 24 (max. 1 bod)

Kritérium č. 4: necenové kritérium č. 3 - Jas obrazovky monitora min. 300 cd/m² (max. 1 bod)

Kritérium č. 5: necenové kritérium č. 4 - Aktívna plocha zobrazovania monitora v nezväčšenom 2D zobrazení aspoň 20x20 cm (max. 1 bod)

Kritérium č. 6: necenové kritérium č. 5 - Nastaviteľný pult obsluhy výškovo min. 35 cm (max. 1 bod)

Kritérium č. 7: necenové kritérium č. 6 - Nastaviteľný pult obsluhy výškovo min. 45 cm (max. 1 bod)

Kritérium č. 8: necenové kritérium č. 7 - Nastaviteľný pult obsluhy stranovo viac ako +/- 30° (max. 1 bod)

Kritérium č. 9: necenové kritérium č. 8 - Uhlopriečka zobrazovacej plochy pomocného dotykového displeja min. 12" (max. 1 bod)

Kritérium č. 10: necenové kritérium č. 9 - Softvér pre zobrazovanie cirkulačne atypických tokov (nedopplerovské) vrátane duálneho zobrazenia s B-módom (max. 5 bodov)

Kritérium č. 11: necenové kritérium č. 10 - Softvér pre zobrazovanie pomalých tokov a mikrocirkulácie parenchýmových orgánov a lézií pri cielenej diagnostike (max. 2 body)

Kritérium č. 12: necenové kritérium č. 11 - Softvér na automatickú lokalizáciu nervových zväzkov v obraze (max. 2 body)

Kritérium č. 13: necenové kritérium č. 12 - Automatické hodnotenie mamologických nálezov pomocou algoritmov umelej inteligencie (max. 8 bodov)

Kritérium č. 14: necenové kritérium č. 13 - Softvér pre akvizíciu 3D zobrazení na 2D konvexnej alebo lineárnej sonde (max. 2 body)

Kritérium č. 15: necenové kritérium č. 14 - Možnosť elektronického rozšírenia skenovacieho uhla pri konvexnej sonde na 140 stupňov (max. 1 bod)

Kritérium č. 16: necenové kritérium č. 15 - 3D rekonštrukcia s farebným dopplerovským mapovaním pomocou 2D sond s možnosťou postprocessingovej úpravy 3D zobrazenia (max. 2 body)

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača pred elektronickou aukciou:

<i>P. č.</i>	<i>Uchádzač</i>	<i>Cena za celý predmet zákazky v € s DPH</i>	<i>Súčet bodov za kritériá hodnotenia ponúk</i>	<i>Poradie úspešnosti</i>
1.	NIMOTECH s.r.o., Šumavská 416/15 60 200 Brno, ČR	151 295,86	93,00	I.
2.	Unique Medical s.r.o., Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava	154 680,00	86,47	III.
4.	WEGA – MS spol. s r.o., Pálenická 1/601 92 221 Moravany nad Váhom	154 920,00	88,36	II.

Ponuka uchádzača NIMOTECH s.r.o. sa umiestnila ako prvá v poradí z dôvodu, že uchádzač podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám dosiahol najvyššie celkové bodové hodnotenie, pričom jeho ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa.

Nie sú známi žiadni subdodávatelia.

Konečné poradie ponúk bude zostavené v elektronickej aukcii.

Pre informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti vid' zápisnicu z posúdenia splnenia podmienok účasti - 1 zo dňa 08.08.2023 a zápisnicu z posúdenia splnenia podmienok účasti - 2 zo dňa 17.08.2023.

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

V procese vyhodnocovania ponúk komisia posudzuje splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení verejného

obstarávania, v súťažných podkladoch, príp. v ďalších dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

Komisia konštatovala, že uchádzači NIMOTECH s.r.o., Šumavská 416/15, 60 200 Brno, Česká republika, Unique Medical s.r.o., Stará Vajnorská 1367/4,831 04 Bratislava a WEGA – MS spol. s.r.o., Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom splnili podmienky v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 07.07.2023 pod číslom 2023/S 129-407608 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 134/2023 zo dňa 10.07.2023 pod evid. č. 22471-MST a v súťažných podkladoch, príp. v ďalších dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

Komisia odporučila vyzvať uchádzačov na účasť v elektronickej aukcii.

Komisia:

Predseda komisie:

MUDr. Adam Krkoška
Rádiologická klinika

Členovia komisie:

MUDr. Matej Turčan
Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová
Oddelenie práva a kontroly


Ing. Monika Klobušická
Odbor verejného obstarávania

Ľudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Diana Ďubáková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Miriam Pikošová
Ekonomický úsek

V Martine, dňa: 25.09.2023



Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po elektronickej aukcii

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Predmet zákazky: „Ultrazvukový prístroj“

Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

MUDr. Adam Krkoška, Rádiologická klinika

Členovia komisie:

MUDr. Matej Turčan, Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová, OPaK

Ing. Monika Klobušická, OVO

Ľudmila Balková, OVO

Ing. Diana Ďubáková, OVO

Ing. Miriam Pikošová, EÚ

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P.č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	NIMOTECH s.r.o.	Šumavská 416/15 60 200 Brno, ČR
2.	Unique Medical s.r.o.	Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava
3.	InMed Slovakia s.r.o.	Stará Vajnorská 11841/37 831 04 Bratislava
4.	WEGA – MS spol. s r.o.	Pálenická 1/601 92 221 Moravany nad Váhom

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: -

Vid' zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti - 2 zo dňa 17.08.2023.

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Ponuky uchádzačov boli vyhodnotené automatizovaným vyhodnotením v elektronickej aukcii, ktorá sa uskutočnila 29.09.2023 od 09:00 hod, podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk - najlepšie pomer ceny a kvality s uplatnením nasledovných kritérií:

Kritérium č. 1: celková ponuková cena - Cena za celý predmet zákazky v € s DPH (max. 70 bodov)

Kritérium č. 2: necenové kritérium č. 1 - Uhlopriečka obrazovky monitora min. 23 (max. 1 bod)

Kritérium č. 3: necenové kritérium č. 2 - Uhlopriečka obrazovky monitora min. 24 (max. 1 bod)

Kritérium č. 4: necenové kritérium č. 3 - Jas obrazovky monitora min. 300 cd/m² (max. 1 bod)

Kritérium č. 5: necenové kritérium č. 4 - Aktívna plocha zobrazovania monitora v nezväčšenom 2D zobrazení aspoň 20x20 cm (max. 1 bod)

Kritérium č. 6: necenové kritérium č. 5 - Nastaviteľný pult obsluhy výškovo min. 35 cm (max. 1 bod)

Kritérium č. 7: necenové kritérium č. 6 - Nastaviteľný pult obsluhy výškovo min. 45 cm (max. 1 bod)

Kritérium č. 8: necenové kritérium č. 7 - Nastaviteľný pult obsluhy stranovo viac ako +/- 30° (max. 1 bod)

Kritérium č. 9: necenové kritérium č. 8 - Uhlopriečka zobrazovacej plochy pomocného dotykového displeja min. 12" (max. 1 bod)

Kritérium č. 10: necenové kritérium č. 9 - Softvér pre zobrazovanie cirkulačne atypických tokov (nedopplerovské) vrátane duálneho zobrazenia s B-módom (max. 5 bodov)

Kritérium č. 11: necenové kritérium č. 10 - Softvér pre zobrazovanie pomalých tokov a mikrocirkulácie parenchýmových orgánov a lézií pri cielenej diagnostike (max. 2 body)

Kritérium č. 12: necenové kritérium č. 11 - Softvér na automatickú lokalizáciu nervových zväzkov v obraze (max. 2 body)

Kritérium č. 13: necenové kritérium č. 12 - Automatické hodnotenie mamologických nálezov pomocou algoritmov umelej inteligencie (max. 8 bodov)

Kritérium č. 14: necenové kritérium č. 13 - Softvér pre akvizíciu 3D zobrazení na 2D konvexnej alebo lineárnej sonde (max. 2 body)

Kritérium č. 15: necenové kritérium č. 14 - Možnosť elektronického rozšírenia skenovacieho uhla pri konvexnej sonde na 140 stupňov (max. 1 bod)

Kritérium č. 16: necenové kritérium č. 15 - 3D rekonštrukcia s farebným dopplerovským mapovaním pomocou 2D sond s možnosťou postprocessingovej úpravy 3D zobrazenia (max. 2 body)

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:

<i>P. č.</i>	<i>Uchádzač</i>	<i>Cena za celý predmet zákazky v € s DPH</i>	<i>Súčet bodov za kritériá hodnotenia ponúk</i>	<i>Poradie úspešnosti</i>
1.	NIMOTECH s.r.o., Šumavská 416/15 60 200 Brno, ČR	143 040,00	93,00	I.
2.	Unique Medical s.r.o., Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava	154 680,00	82,73	III.
4.	WEGA – MS spol. s r.o., Pálenická 1/601 92 221 Moravany nad Váhom	143 398,80	89,82	II.

Ponuka uchádzača NIMOTECH s.r.o. sa umiestnila ako prvá v poradí z dôvodu, že uchádzač podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám dosiahol najlepšie celkové bodové hodnotenie, pričom konečná cena neprekročila predkladanú hodnotu zákazky.

Nie sú známi žiadni subdodávatelia.

Pre informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti vid'. zápisnicu z posúdenia splnenia podmienok účasti - 1 zo dňa 08.08.2023 a zápisnicu z posúdenia splnenia podmienok účasti – 2 zo dňa 17.08.2023.

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Ponuky uchádzačov NIMOTECH s.r.o, Unique Medical s.r.o., a WEGA – MS spol. s r.o., boli vyhodnotené automatizovaným vyhodnotením v elektronickej aukcii, ktorá sa uskutočnila 29.09.2023, pričom ponuky boli vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk - „Najlepší pomer ceny a kvality“.

Komisia pristúpila k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Komisia:

Predseda komisie:

MUDr. Adam Krkoška
Rádiologická klinika

Členovia komisie:

MUDr. Matej Turčan
Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová
Oddelenie práva a kontroly


Ing. Monika Klobušická
Odbor verejného obstarávania

Eudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Diana Ďubáková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Miriam Pikošová
Ekonomický úsek

V Martine, dňa: 29.09.2023



Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – final

v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Predmet zákazky: „Ultrazvukový prístroj“
Nadlimitná zákazka – verejná súťaž

A/ Zoznam členov komisie:

Predseda komisie:

MUDr. Adam Krkoška, Rádiologická klinika

Členovia komisie:

MUDr. Matej Turčan, Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová, OPaK

Ing. Monika Klobušická, OVO

Eudmila Balková, OVO

Ing. Diana Ďubáková, OVO

Ing. Miriam Pikošová, EÚ

B/ Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P.č.	Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
1.	NIMOTECH s.r.o.	Šumavská 416/15 60 200 Brno, ČR
2.	Unique Medical s.r.o.	Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava
3.	InMed Slovakia s.r.o.	Stará Vajnorská 11841/37 831 04 Bratislava
4.	WEGA – MS spol. s r.o.	Pálenická 1/601 92 221 Moravany nad Váhom

C/ Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Vid' zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti - 2 zo dňa 17.08.2023.

D/ Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkyh ponúk: -

E/ Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Ponuky uchádzačov boli vyhodnotené podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk – najlepší pomer ceny a kvality s uplatnením nasledovných kritérií:

Kritérium č. 1: celková ponuková cena - Cena za celý predmet zákazky v € s DPH (max. 70 bodov)

Kritérium č. 2: necenové kritérium č. 1 - Uhlopriečka obrazovky monitora min. 23 (max. 1 bod)

Kritérium č. 3: necenové kritérium č. 2 - Uhlopriečka obrazovky monitora min. 24 (max. 1 bod)

Kritérium č. 4: necenové kritérium č. 3 - Jas obrazovky monitora min. 300 cd/m² (max. 1 bod)

Kritérium č. 5: necenové kritérium č. 4 - Aktívna plocha zobrazovania monitora v nezväčšenom 2D zobrazení aspoň 20x20 cm (max. 1 bod)

Kritérium č. 6: necenové kritérium č. 5 - Nastaviteľný pult obsluhy výškovo min. 35 cm (max. 1 bod)

Kritérium č. 7: necenové kritérium č. 6 - Nastaviteľný pult obsluhy výškovo min. 45 cm (max. 1 bod)

Kritérium č. 8: necenové kritérium č. 7 - Nastaviteľný pult obsluhy stranovo viac ako +/- 30° (max. 1 bod)

Kritérium č. 9: necenové kritérium č. 8 - Uhlopriečka zobrazovacej plochy pomocného dotykového displeja min. 12" (max. 1 bod)

Kritérium č. 10: necenové kritérium č. 9 - Softvér pre zobrazovanie cirkulačne atypických tokov (nedopplerovské) vrátane duálneho zobrazenia s B-módom (max. 5 bodov)

Kritérium č. 11: necenové kritérium č. 10 - Softvér pre zobrazovanie pomalých tokov a mikrocirkulácie parenchýmových orgánov a lézií pri cielenej diagnostike (max. 2 body)

Kritérium č. 12: necenové kritérium č. 11 - Softvér na automatickú lokalizáciu nervových zväzkov v obraze (max. 2 body)

Kritérium č. 13: necenové kritérium č. 12 - Automatické hodnotenie mamologických nálezov pomocou algoritmov umelej inteligencie (max. 8 bodov)

Kritérium č. 14: necenové kritérium č. 13 - Softvér pre akvizíciu 3D zobrazení na 2D konvexnej alebo lineárnej sonde (max. 2 body)

Kritérium č. 15: necenové kritérium č. 14 - Možnosť elektronického rozšírenia skenovacieho uhla pri konvexnej sonde na 140 stupňov (max. 1 bod)

Kritérium č. 16: necenové kritérium č. 15 - 3D rekonštrukcia s farebným dopplerovským mapovaním pomocou 2D sond s možnosťou postprocessingovej úpravy 3D zobrazenia (max. 2 body)

Na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným vyhodnotením v elektronickej aukcii, v ktorej boli vyhodnocované ponuky uchádzačov a po vyhodnutí splnenia podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, je poradie uchádzačov nasledovné:

Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača:

<i>P. č.</i>	<i>Uchádzač</i>	<i>Cena za celý predmet zákazky v € s DPH</i>	<i>Súčet bodov za kritériá hodnotenia ponúk</i>	<i>Poradie úspešnosti</i>
1.	NIMOTECH s.r.o., Šumavská 416/15 60 200 Brno, ČR	143 040,00	93,00	I.
2.	Unique Medical s.r.o., Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava	154 680,00	82,73	III.
4.	WEGA – MS spol. s r.o., Pálenická 1/601 92 221 Moravany nad Váhom	143 398,80	89,82	II.

1. NIMOTECH s.r.o., Šumavská 416/15, 60 200 Brno, Česká republika - uchádzač splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa a v elektronickej aukcii dosiahol podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám najlepšie bodové hodnotenie; ponúknutá celková cena zákazky 143 040,00 € s DPH neprekročila predpokladanú hodnotu zákazky; verejný obstarávateľ vyhodnotil predloženú ponuku ako úspešnú.
2. WEGA – MS spol. s r.o., Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom - uchádzač ponúkol vyššiu celkovú cenu v EUR s DPH oproti úspešnému uchádzačovi a zároveň dosiahol nižší počet bodov.
3. Unique Medicals.r.o., Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava - uchádzač ponúkol vyššiu celkovú cenu v EUR s DPH oproti úspešnému uchádzačovi a zároveň dosiahol nižší počet bodov.

Nie sú známi žiadni subdodávatelia.

Pre informácie o vyhodnutí splnenia podmienok účasti - vid' zápisnice z posúdenia splnenia podmienok účasti zo dňa 08.08.2023, 17.08.2023 a 02.10.2023.

F/ Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Ani jeden z členov komisie neuviedol dôvod, pre ktorý by odmietol podpísať zápisnicu alebo by podpísal zápisnicu s výhradou.

Záver komisie:

Vzhľadom na skutočnosť, že predložená ponuka uchádzača NIMOTECH s.r.o., Šumavská 416/15, 60 200 Brno, Česká republika splnila všetky podmienky verejného obstarávateľa stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch, príp. v ďalších dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk a bola vyhodnotená ako prvá v poradí, komisia vyhodnotila daného uchádzača ako úspešného.

Verejný obstarávateľ môže uzatvoriť kúpnu zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, že bude udelený súhlas Ministerstva zdravotníctva SR s uzatvorením kúpnej zmluvy.

Identifikácia konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní:

V procese verejného obstarávania komisia neidentifikovala žiadne skutočnosti, ktoré by poukazovali na možnú existenciu konfliktu záujmov.

Komisia:

Predseda komisie:

MUDr. Adam Krkoška
Rádiologická klinika

Členovia komisie:

MUDr. Matej Turčan
Rádiologická klinika

JUDr. Petra Kohútová
Oddelenie práva a kontroly

Ing. Monika Klobušická
Odbor verejného obstarávania

Eudmila Balková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Diana Ďubáková
Odbor verejného obstarávania

Ing. Miriam Pikošová
Ekonomický úsek

V Martine, dňa: 02.10.2023

