

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Ing. Miroslava Majchútová

+421 4333 148

Banská Bystrica

31.08.2023

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ:	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž s uplatnením § 66 ods. 7
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Ú. v. EÚ: 2023/S 154-487938 zo dňa 11.08.2023 Vestník VO č. 159/2023, 27605 – MST zo dňa 14.08.2023

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, ktorú sme obdržali elektronicky dňa 25.08.2023 prostredníctvom systému JOSEPHINE k zákazke „**Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu**“, zverejnenej vo vestníku EÚ 2023/S 154-487938 dňa 11.08.2023 a vo vestníku č. 159/2023 zo dňa 14.08.2023 pod číslom 27605-MST, Vám zasielame nasledovné vysvetlenie.

Otázka:

„Zasielame Vám dotaz k VZ - časť 22.

V prílohe SP_Priloaha_13 _Opis_a_cena_predmetu_zakazky uvádzate všetky produkty pre denervačný set - jednotlivo.

V prípade, ak by sme Vám poslali ponuku na produkty jednotlivo, položka č.1 Denervačný kateter nie je hrađený poisťovňou.

Naša spoločnosť však vie ponúknuť celý set na renálnu denerváciu za lepšie podmienky a pod jedným produktovým kódom.

Tento set obsahuje všetky Vami požadované položky podľa opisu predmetu a je hrađený poisťovňou pod kódom X05129.

Budete akceptovať ak v našej ponuke bude uvedený len jeden produkt a to set na renálnu denerváciu?“

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuknutú variantu. Ak uchádzač ponúkne celý zoznam položiek časti 22. v rámci jedného setu je potrebné, aby dodržal minimálne množstvo 48 ks (odvíja sa od počtu ks denevračného katétra).

Uchádzač musí zároveň dodržať opis časti 22: „Požaduje sa kompletný denervačný set, obsahujúci súpravu renálnych katétrov a vodiča na renálnu denerváciu s cieľom denervovať obličku pacienta. Kompletný denervačný set – musí obsahovať súpravu katétrov na renálnu denerváciu, ktoré pozostávajú z denervačného katétra s viacerými elektródami a z vodiacich katétrov, cez ktoré sa zavádza samostatný denervačný katéter a zároveň vodiaci drôt, po ktorom sa zavádza denervačný katéter. Zavádzacie katétre a vodič musia byť určené na intervencie v koronárnom aj periférnom tepnovom systéme. Denervačný katéter musí obsahovať distálne 4 špirálovito uložené elektródy s indikáciou použitia na renálnu denerváciu, s ošetrovaním ciev v šírke priemeru medzi a vrátane 3 – 8 mm a musí byť kompatibilný s rádiovýfrekvenčným generátorom Symplicity G3. Katéter musí byť kompatibilný s vodiacim drôtom priemeru 0,36mm, teda 0.014'', vodič nesmie obsahovať hydrofilnú vrstvu. Vodiace katétre musia byť 6F a prispôsobené na sondáž renálnych tepien obojstranne“.

Verejný obstarávateľ nebude upravovať súťažné podklady. V prípade, že uchádzač využije uvedení možnosť v časti 22. upraví počet položiek na jednu (1) s uvedením názvu setu (Názov položky/typ/popis/výrobca), ŠUKL kódu, kódu MZ SR a zároveň podrobne uvedie jeho zloženie ako aj príslušnú cenu v zmysle prílohy č. 13 Súťažných podkladov pre časť 22.

S pozdravom

.....
v. r. Ing. Miroslava Majchútová
odborný referent verejného obstarávania