



Všetkým účastníkom zaradeným
do DNS ID 36478
(prostredníctvom systému JOSEPHINE)

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE-VO-2023/004697

Vybavuje/linka

Mgr. Jozef Bálint /+421250944564

Miesto/dátum

Bratislava/22.09.2023

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.2

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk v zriadenom dynamickom nákupnom systéme „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok_DNS, v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „Nákup testov na detekciu požitia omamných a psychotropných látok zo slín“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám v prílohe zasielame nasledujúce vysvetlenie, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE v rámci predmetnej zákazky.

Otázka č. 1

Bude verejný obstarávateľ akceptovať test s nižšie uvedenými parametrami:

- odber do 3 minút nakoľko testovacia časť je na princípe hubky, ktorá potrebuje nasať
- vyhodnotenie testu do 10 minút

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ pre naplnenie účelu použitia testov trvá na požiadavke jednoduchého, rýchleho a hygienického odberu biologickej vzorky, ktorý možno vykonať niekoľkými stermi z ústnej dutiny kontrolovanej osoby počas maximálne 15 sekúnd a to aj u osôb s malým množstvom slín (nie cmúľaním odbernej tyčinky skríninového testu). Rovnako trváme aj na požiadavke vyhodnocovania odobratej biologickej vzorky v trvaní maximálne 8 minút.

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru verejného obstarávania