



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:  
R-1342/OVO-4669/23/Du

v Martine, dňa:  
08.12.2023

**Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov**

Vážený záujemca,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie k zákazke „**Multifunkčný vozík so zásuvkami, 2 kolieska s aretáciou - 2 ks**“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Zdravotnícky nábytok“, uverejnenej v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 19.12.2022 pod číslom 2022/S 244-704413 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 268/2022 zo dňa 20.12.2022 pod označením 50614-MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1.:**

Bod 5: v špecifikácii obstarávateľ požaduje multifunkčný stolík s konštrukciou z nerezovej ocele AISI 304, bude obstarávateľ akceptovať dodanie celého stolíka vrátane 5 zásuviek z nerezovej ocele AISI 304?

**Odpoveď č. 1:**

*Verejný obstarávateľ rozhodol, že bude akceptovať dodanie celého stolíka vrátane 5 zásuviek z nerezovej ocele AISI 304.*

*V uvedenej súvislosti verejný obstarávateľ upravuje pôvodné znenie v minimálnej technickej špecifikácii v parametri č. 5 nasledovne: 5 zásuviek z plastického materiálu alebo z nerezu AISI 304.*

**Otázka č. 2:**

Bod 4: pod pojmom vonkajšie rozmery multifunkčného stolíka sa rozumejú celkové rozmery stolíka vrátane odpadkového koša a podpornej odkladacej poličky nad pracovnou doskou? Poprosíme obstarávateľa o jednoznačnú definíciu rozmerov multifunkčného vozíka.

**Odpoveď č. 2:**

*Vonkajšie rozmery dxšxv 640-750x480-600x880-1080 mm sú uvádzané bez odpadkového koša a podpornej odkladacej poličky, záväzne sú len uvedené rozmery samotného stolíka.*

*V uvedenej súvislosti verejný obstarávateľ upresňuje pôvodné znenie v minimálnej technickej špecifikácii v parametri č. 4 nasledovne: vonkajšie rozmery stolíka bez príslušenstva (koša a poličky): dxšxv 640-750x480-600x880-1080 mm.*

Verejný obstarávateľ upravuje opis predmetu zákazky tak, ako je uvedené vyššie, s účinnosťou odo dňa zverejnenia tohto vysvetlenia súťažných podkladov v systéme JOSEPHINE.

Z dôvodu, že dochádza k úprave minimálnej technickej špecifikácie zadefinovanej konečnými užívateľmi v Opise predmetu zákazky (Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk), uvedená úprava bude implementovaná do aktuálnej minimálnej technickej špecifikácie, ktorá bude poskytnutá všetkým známym záujemcom a zverejnená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

V súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním Univerzitná nemocnica Martin v zmysle § 21 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 19.12.2023 do 10:00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční 19.12.2023 o 13:00 hod.

S pozdravom

.....  
MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA  
riaditeľ UNM

## Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov multifunkčných vozíkov so zásuvkami, s 2 kolieskami s aretáciou, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú vozíky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Centra robotickej chirurgie.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

<b>Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:</b>	<b>Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky</b>
1. multifunkčný stolík, nerezová konštrukcia, nerez AISI 304	
2. vrchná pracovná doska z plastického materiálu alebo nerez, rozmer 600-690x440-490 mm	
3. nad pracovnou doskou podporná odkladacia polička	
4. vonkajšie rozmery stolíka bez príslušenstva (koša a poličky): dxšxv 640-750x480-600x880-1080 mm	
5. 5 zásuviek z plastického materiálu alebo z nerez AISI 304	
6. 4 kolieska s priemerom min. 100 mm, antistatické, z toho 2 kolieska s brzdou	
7. z boku vozíka odnímateľný kôš s objemom min. 13 litrov	
8. dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve bez chlóru	