



## Vysvetlenie SP č. 2

Verejnému obstarávateľovi bola v lehote na predkladanie ponúk dňa 08.01.2024 doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

### Žiadosť o vysvetlenie č. 2

týmto si Vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov.

V časti 1. Zdravotnícky nábytok a vybavenie v bode 1-39. Chladnička na lieky požaduje VO v parametri: celková v x š x h rozmer max. 190 x 60 x 70 cm. Pri dodržaní požadovaných objemov chladiacej a mraziacej časti nie je možné dodržať požadovaný maximálny rozmer chladničky. Tento rozmer by bolo možné dodržať iba zmenšením objemov chladiacej a mraziacej časti čo by však bolo nevýhodné pre následné praktické využitie. Bude VO akceptovať, pri dodržaní všetkých ostatných parametrov bodu 1-39. Chladnička na lieky, uchádzačom ponúknutý rozmer: celková v x š x h max. 203 x 60 x 70 cm?

### Odpoveď:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať lôžko uchádzačom ponúknutý rozmer: celková v x š x h max. 203 x 60 x 70 cm. Zároveň verejný obstarávateľ mení bod technickej špecifikácie položka 1-39. celková v x š x h:

Pôvodné znenie:

celková v x š x h	max. 190 x 60x 70 cm	hodnota
-------------------	----------------------	---------

Nové znenie:

celková v x š x h	max. 205 x 65x 75 cm	hodnota
-------------------	----------------------	---------

### Oznam:

Verejný obstarávateľ v zmysle vysvetlenia aktualizoval :

- Príloha č. 4-1 Technická špecifikácia časť 1 ( vykonal opravu v položke 1-39 , celková v x š x h max. 205 x 65 x 75 cm)

**V zmysle uvedeného Vás žiadame, aby ste pri spracovaní ponuky použili aktualizované dokumenty:**  
**Príloha č. 4-1 Technická špecifikácia časť 1 (Aktualizácia 08.01.2024)**

V prípade, že ste v predmetnej časti už predložili ponuku verejný obstarávateľ bude akceptovať aj použitý formulár *Príloha č. 4-2 Technická špecifikácia časť 2 (Aktualizácia 19.12.2023)*, avšak pri vyhodnotení bude akceptovať aj upravenú hodnotu celková v x š x h max. 205 x 65 x 75 cm.

V súvislosti s opravou technickej špecifikácie pre časť 1 verejný obstarávateľ odoslal na zverejnenie do vestníka oznam o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk všetkých častí nasledovne:

#### Lehota na predkladanie ponúk

Pôvodná lehota: 10.01.2024 o 08:00 hod.

**Nová lehota: 18.01.2024 o 08:00 hod**

#### Lehota na otváranie ponúk

Pôvodná lehota: 10.01.2024 o 10:00 hod

**Nová lehota: 18.01.2024 o 10:00 hod**