



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN  
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:  
R-128/OVO-33/24/Mi

v Martine, dňa:  
10.01.2024

**Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov**

Vážený záujemca,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie k zákazke „**Nemocničné lôžko, výškovo nastaviteľné a polohovateľné, vrátane matraca – 2 ks**“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Zdravotnícky nábytok“, uverejnenej v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 19.12.2022 pod číslom 2022/S 244-704413 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 268/2022 zo dňa 20.12.2022 pod označením 50614-MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podávame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka:**

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku na lôžko s výškou ložnej plochy minimálne 39cm?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ bude akceptovať lôžko s výškou ložnej plochy minimálne 39 cm. Uvedený rozmer spĺňa požiadavku v minimálnej technickej špecifikácii v bode č. 5 t.j. „výška ložnej plochy min. 32 cm alebo vyššie“.

S pozdravom

.....  
MUDr. Peter Durný, PhD., MPH  
riaditeľ UNM