

Otázka:

Chcem sa spýtať, na položku č. 3. Fotometer pre meranie zvyškového cukru vo víne

Požadujete riešenie s Fehlingovým činidlom, čo v princípe nie je problém, taký fotometer máme v ponuke.

Problémom je, že vzorky pred meraním v tomto fotometri je nutné upraviť v termoreaktore.

Moja otázka:

1) Máte takýto reaktor k dispozícii?

2) Ak nie, chcete ho doplniť ku ponuke (pretože bez tepelnej úpravy je fotometer v podstate bezcenný)? V tom prípade je

ale očakávaný budget značne podhodnotený....

čo teda ponúknuť?

Odpoveď:

Termoreaktor nie je súčasťou tejto súťaže.