

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor zadávania zákaziek
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Spis č.: S19111-2024-OZZ

Bratislava: 17.07.2024

Počet listov: 10

Počet príloh: -

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK

podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Predmet zákazky: „Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre
TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s
integráciou do angiografického systému II“

Postup zadania zákazky: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO (super reverz)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo vestníku EÚ dňa 04.06.2024 pod
č. 327597-2024, a vo Vestníku VO č. 108/2024 dňa 05.06.2024, pod č. 14167 -MST.

a) Na otváranie ponúk a na vyhodnotenie ponúk bola verejným obstarávateľom zriadená komisia
v zložení:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia v komisii
MUDr. Adriana Sudzinová, PhD.	Člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky
MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH	Člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky
Mgr. Tomáš Švec	Člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky
Mgr. Martina Galabová	Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
Mgr. Matúš Novák	Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky
Bc. Matúš Ondrej	Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku:

Časť č. 1

P. č.	Názov a sídlo/ Obchodné meno a miesto podnikania	IČO
1.	InMed Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 11841/37 Bratislava 831 04	36 256 871
2.	ELMED s.r.o. Neresnícka cesta 13 Zvolen 960 01	47 043 024
3.	MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1 Bratislava 851 01	17 312 001
4.	Axians Slovakia s.r.o. Plátennícka 19013/2 Bratislava 821 09	35 897 686

Časť č. 2

P. č.	Názov a sídlo/ Obchodné meno a miesto podnikania	IČO
1.	InMed Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 11841/37 Bratislava 831 04	36 256 871
2.	MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1 Bratislava 851 01	17 312 001
3.	Axians Slovakia s.r.o. Plátennícka 19013/2 Bratislava 821 09	35 897 686

c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Nevyskytlo sa

d) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkyh ponúk:

Nevyskytlo sa

e) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponúk:

Časť 1:

Poradie	Obchodné meno/názov uchádzača, sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo adresa pobytu	Spolu počet bodov
1. v poradí	MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1 Bratislava 851 01	93

Cenové kritériá

Názov	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH 20%	Výška DPH	Celková cena v EUR s DPH	Počet bodov
Kritérium č. 1: Cena celej zostavy	1 471 410,50	20%	294 282,10	1 765 692,60	86

Kritériá súvisiace s kvalitatívnymi a úžitkovými hodnotami predmetu zákazky

Názov	ÁNO/NIE	Počet bodov
Kritérium č. 2: Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit	NIE	0
Kritérium č. 3: Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) $\leq 160 \mu\text{m}$ (preferovaná hodnota)	NIE	0
Kritérium č. 4: Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W	ÁNO	2
Kritérium č. 5: Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3	ÁNO	2
Kritérium č. 6: Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14	ÁNO	1
Kritérium č. 7: Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu.	ÁNO	0,5
Kritérium č. 8: Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora	ÁNO	0,5
Kritérium č. 9: Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm	ÁNO	1
Kritérium č. 10: SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. (preferovaná požiadavka)	NIE	0

Poradie	Obchodné meno/názov uchádzača, sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo adresa pobytu	Spolu počet bodov
2. v poradí	Axians Slovakia s.r.o. Plátennícka 19013/2 Bratislava 821 09	88,52

Cenové kritériá

Názov	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH 20%	Výška DPH	Celková cena v EUR s DPH	Počet bodov
Kritérium č. 1: Cena celej zostavy	1 621 914,00	20%	324 328,80	1 946 296,80	78,02

Kritériá súvisiace s kvalitatívnymi a úžitkovými hodnotami predmetu zákazky

Názov	ÁNO/NIE	Počet bodov
Kritérium č. 2: Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit	ÁNO	3
Kritérium č. 3: Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) $\leq 160 \mu\text{m}$ (preferovaná hodnota)	ÁNO	3
Kritérium č. 4: Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W	ÁNO	2
Kritérium č. 5: Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3	NIE	0
Kritérium č. 6: Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14	ÁNO	1
Kritérium č. 7: Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu.	NIE	0
Kritérium č. 8: Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora	ÁNO	0,5
Kritérium č. 9: Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm	ÁNO	1
Kritérium č. 10: SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. (preferovaná požiadavka)	NIE	0

Poradie	Obchodné meno/názov uchádzača, sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo adresa pobytu	Spolu počet bodov
3. v poradí	ELMED s.r.o. Neresnícka cesta 13 Zvolen 960 01	84,18

Cenové kritériá

Názov	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH 20%	Výška DPH	Celková cena v EUR s DPH	Počet bodov
Kritérium č. 1: Cena celej zostavy	1 803 099,00	20%	360 619,80	2 163 718,80	70,18

Kritériá súvisiace s kvalitatívnymi a úžitkovými hodnotami predmetu zákazky

Názov	ÁNO/NIE	Počet bodov
Kritérium č. 2: Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit	ÁNO	3
Kritérium č. 3: Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) $\leq 160 \mu\text{m}$ (preferovaná hodnota)	ÁNO	3
Kritérium č. 4: Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W	ÁNO	2
Kritérium č. 5: Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3	ÁNO	2
Kritérium č. 6: Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14	ÁNO	1
Kritérium č. 7: Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu.	ÁNO	0,5
Kritérium č. 8: Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora	ÁNO	0,5
Kritérium č. 9: Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm	ÁNO	1
Kritérium č. 10: SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. (preferovaná požiadavka)	ÁNO	1

Poradie	Obchodné meno/názov uchádzača, sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo adresa pobytu	Spolu počet bodov
4. v poradí	InMed Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 11841/37 Bratislava 831 04	83,32

Cenové kritériá

Názov	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH 20%	Výška DPH	Celková cena v EUR s DPH	Počet bodov
Kritérium č. 1: Cena celej zostavy	1 680 000,00	20%	336 000,00	2 016 000,00	75,32

Kritériá súvisiace s kvalitatívnymi a úžitkovými hodnotami predmetu zákazky

Názov	ÁNO/NIE	Počet bodov
Kritérium č. 2: Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit	ÁNO	3
Kritérium č. 3: Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) $\leq 160 \mu\text{m}$ (preferovaná hodnota)	NIE	0
Kritérium č. 4: Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W	ÁNO	2
Kritérium č. 5: Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3	ÁNO	2
Kritérium č. 6: Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14	ÁNO	1
Kritérium č. 7: Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu.	NIE	0
Kritérium č. 8: Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora	NIE	0
Kritérium č. 9: Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm	NIE	0
Kritérium č. 10: SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. (preferovaná požiadavka)	NIE	0

Časť 2:

Poradie	Obchodné meno/názov uchádzača, sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo adresa pobytu	Spolu počet bodov
1. v poradí	MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1 Bratislava 851 01	93

Cenové kritériá

Názov	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH 20%	Výška DPH	Celková cena v EUR s DPH	Počet bodov
Kritérium č. 1: Cena celej zostavy	715 846,05	20%	143 169,21	859 015,26	86

Kritériá súvisiace s kvalitatívnymi a úžitkovými hodnotami predmetu zákazky

Názov	ÁNO/NIE	Počet bodov
Kritérium č. 2: Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit	NIE	0
Kritérium č. 3: Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) $\leq 160 \mu\text{m}$ (preferovaná hodnota)	NIE	0
Kritérium č. 4: Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W	ÁNO	2
Kritérium č. 5: Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3	ÁNO	2
Kritérium č. 6: Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14	ÁNO	1
Kritérium č. 7: Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu.	ÁNO	0,5
Kritérium č. 8: Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora	ÁNO	0,5
Kritérium č. 9: Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm	ÁNO	1
Kritérium č. 10: SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. (preferovaná požiadavka)	NIE	0

Poradie	Obchodné meno/názov uchádzača, sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo adresa pobytu	Spolu počet bodov
2. v poradí	Axians Slovakia s.r.o. Plátennícka 19013/2 Bratislava 821 09	86,62

Cenové kritériá

Názov	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH 20%	Výška DPH	Celková cena v EUR s DPH	Počet bodov
Kritérium č. 1: Cena celej zostavy	808 711,00	20%	161 742,20	970 453,20	76,12

Kritériá súvisiace s kvalitatívnymi a úžitkovými hodnotami predmetu zákazky

Názov	ÁNO/NIE	Počet bodov
Kritérium č. 2: Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit	ÁNO	3
Kritérium č. 3: Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) $\leq 160 \mu\text{m}$ (preferovaná hodnota)	ÁNO	3
Kritérium č. 4: Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W	ÁNO	2
Kritérium č. 5: Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3	NIE	0
Kritérium č. 6: Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14	ÁNO	1
Kritérium č. 7: Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu.	NIE	0
Kritérium č. 8: Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora	ÁNO	0,5
Kritérium č. 9: Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm	ÁNO	1
Kritérium č. 10: SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. (preferovaná požiadavka)	NIE	0

Poradie	Obchodné meno/názov uchádzača, sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo adresa pobytu	Spolu počet bodov
3. v poradí	InMed Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 11841/37 Bratislava 831 04	81,28

Cenové kritériá

Názov	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH 20%	Výška DPH	Celková cena v EUR s DPH	Počet bodov
Kritérium č. 1: Cena celej zostavy	840 000,00	20%	168 000,00	1 008 00,00	73,28

Kritériá súvisiace s kvalitatívnymi a úžitkovými hodnotami predmetu zákazky

Názov	ÁNO/NIE	Počet bodov
Kritérium č. 2: Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke v preferovanej hodnote 16 bit	ÁNO	3
Kritérium č. 3: Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel) $\leq 160 \mu\text{m}$ (preferovaná hodnota)	NIE	0
Kritérium č. 4: Skiaskopický kontinuálny výkon v preferovanej hodnote 3000 W	ÁNO	2
Kritérium č. 5: Počet ohniskových bodov v preferovanom množstve 3	ÁNO	2
Kritérium č. 6: Počet externých video vstupov pre monitor v preferovanom množstve 14	ÁNO	1
Kritérium č. 7: Webová a mobilná servisná aplikácia pre účely poskytovania servisnej podpory s možnosťou vzájomnej komunikácie servisných technikov výrobcu a príslušného nemocničného personálu.	NIE	0
Kritérium č. 8: Ovládanie pohybov ramena pomocou panelu umiestneného aspoň na jednej strane detektora	NIE	0
Kritérium č. 9: Dĺžka operačného stola v preferovanej dĺžke 310 cm	NIE	0
Kritérium č. 10: SW vybavenie pre fúziu obrazov z USG prístroja a „live“ živého RTG obrazu. (preferovaná požiadavka)	NIE	0

Uchádzač č. 1 spoločnosť **MEDITRADE spol. s r.o. IČO: 17 312 001** uspel v oboch častiach predmetu zákazky nakoľko získal v súčte jednotlivých kritérií najvyšší počet bodov.

Podľa pravidiel uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v súťažných podkladoch v súbehu so splnením podmienok účasti a predloženými požadovanými dokladmi bola ponuka tohto uchádzača vyhodnotená ako úspešná.

f) Dôvody pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou.

Všetci členovia komisie zápisnicu podpísali bez výhrad.

Priebeh vyhodnotenia ponúk:

Po otvorení ponúk dňa 08.07.2024 komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpila k ich vyhodnocovaniu. Následne sa dňa 12.07.2024 uskutočnilo online stretnutie členov komisie na vyhodnotenie ponúk na základe ktorého došlo k určeniu poradia uchádzačov č. 1 až 4 v časti č. 1 a poradia uchádzačov č. 1 až 3 v časti č. 2 na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 53 ods. 8 ZVO a vyhodnotenia ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí v oboch častiach predmetu zákazky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ods. 1 ZVO.

Na základe uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk sa na prvom mieste v poradí v oboch častiach predmetu zákazky umiestnila ponuka uchádzača č. 1.

Následne komisia vykonala posúdenie splnenie podmienok účasti uchádzačom č. 1 a skonštatovala, že boli splnené. Podrobné informácie o posúdení splnenia podmienok účasti sú uvedené v zápisnici s posúdenia splnenia podmienok účasti.

Vzhľadom na uplatnenie postupu podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO a predchádzajúce určenie poradia podľa návrhov na plnenie kritéria, komisia u uchádzačov č. 2,3 a 4 c časti č. 1 a uchádzačov č. 2 a 3 v časti č. 2 neposudzovala splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.

Na základe vyššie uvedeného komisia označila uchádzača č. 1 ako úspešného a navrhla verejnemu obstarávateľovi prijať ponuku tohto úspešného uchádzača.

Zapísal: Mgr. Matúš Novák

Hodnotiaci členovia komisie:

MUDr. Adriana Sudzinová, PhD.

MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH
.....

Mgr. Tomáš Švec
.....

Nehodnotiaci členovia komisie:

Mgr. Martina Galabová
.....

Mgr. Matúš Novák
.....

Bc. Matúš Ondrej
.....