

- **všetkým záujemcom**

**Váš list číslo/zo dňa**

**Naše číslo**  
R1-9 / 051-32 / 2018

**Vybavuje/linka**  
Ing. Ján Mlynarčík  
02/48234088  
[jan.mlynarcik@unb.sk](mailto:jan.mlynarcik@unb.sk)

**Bratislava**  
13. 08. 2018


**Vec:** Vysvetlenie súťažných podkladov – predloženie

---

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 051-07 / 2018 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2018/S 128-291093 zo 06. 07. 2018 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2018 z 09. 07. 2018 pod zn. 9251-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**USG PRÍSTROJE**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

**Ing. Ján Mlynarčík, v.r.**



## VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

### Otázka č. 1:

V Technickej a medicínskej špecifikácii „USG prístroje“, časť II. 2. kategória USG - STREDNEJ TRIEDY (rádiológia, gynekológia, urológia), sa požaduje:

„Frekvenčný rozsah min. 1,7-18 MHz“

Táto požiadavka na ultrazvukové prístroje je špecifikovaná pre 3 rôzne špecifikácie, a to rádiológia, gynekológia, urológia. V prípade rádiológie a gynekológie sa nepoužíva v klasickej praxi na vyšetrenie frekvenčný rozsah 18 MHz, ako je uvedený v požiadavke. Následne sa ani v technických špecifikáciách sond nepožaduje žiadna sonda s frekvenciou až do 18 MHz.

Vzhľadom na vysoký počet obstarávaných prístrojov pre 3 špecifikácie, bude obstarávateľ akceptovať aj ponuku ultrazvukov s „frekvenčným rozsahom prístroja min. 1,7 – 16,0 MHz“, ktoré môžu byť plne uplatnené v prípade vyšetrení v rámci špecializácií, kde sa nevyžaduje sonda s frekvenčným rozsahom do 18 MHz?

### Odpoveď:

**Nebude akceptovať.**

**Frekvenčný rozsah sond verejný obstarávateľ znížil kvôli pripomienkam vzneseným počas prípravných trhových konzultácií, ale znížila sa len spodná hranica, záujemcovia môžu dodať 18 MHz sondu. SONDY SÚ TEORETICKY DOKÚPITEĽNÉ PODĽA POTREBY, ALE PRÍSTROJ MUSÍ SPĺŇAŤ POŽIADAVKU LEKÁROV. AK SA KOMISIA UROLÓGOV A RADIOLÓGOV ZHODLA, ŽE NA VYŠETROVANIE SEMENNÍKOV POTREBUJÚ 18 MHz ZADANÝCH PRE 2. KATEGÓRIU USG PRÍSTROJOV, NEMÔŽEME ZMENIŤ ŽIADANÉ ROZPÄTIE FREKVENČNÉHO ROZSAHU.**

**Parameter prístroja je nediskriminačný, nakoľko ju dokáže splniť väčšina dodávateľov, pri zachovaní účelov jeho použitia.**