

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie

Stanovenie definitívnych požiadaviek na predmet zákazky

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 02/2020 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu" za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

V rámci PTK bolo oslovených 21 potencionálnych dodávateľov, z ktorých predložil svoju ponuku 6 potencionálni dodávateľia. Oznamenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu

1.2 CPV:

33141200-2 Katétre
33141210-5 Balónkové katétre
33111710-1 Angiografický spotrebný materiál
33141300-3 Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi
33141230-1 Dilatátory
33141240-4 Prístušenstvo ku katétrom
6000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

Tovar

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu na perkutánnu koronárnu intervenciu.

3. ROZDELLENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky je rozdelený na 6 samostatných častí.

Časť č. 1 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na set na transkatérovú balónkovú mitrálnu valvuloplastiku

Položka č.	Názov položky predmetu zákazky	Merná jednotka (MJ)	Požadovaný počet MJ na obdobie 48 mes.
Položka č. 1	Set na transkatérovú balónkovú mitrálnu valvuloplastiku	ks	35

Časť č. 2 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na špeciálny zdravotnícky materiál k prístroju Rotablator Systém

Položka č.	Názov položky predmetu zákazky	Merná jednotka (MJ)	Požadovaný počet MJ na obdobie 48 mes.
Položka č. 1	Katéter	ks	35

Časť č. 3 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na riadené kontrastné infúzie angiografických postupov

Položka č.	Názov položky predmetu zákazky	Merná jednotka (MJ)	Požadovaný počet MJ na obdobie 48 mes.
Položka č. 1	Angiografický set I. (Angio Touch)	ks	17 160
Položka č. 2	Angiografický set II. (Acist Cvi)		2 160

Časť č. 4 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na valvuloplastický katéter

Položka č.	Názov položky predmetu zákazky	Merná jednotka (MJ)	Požadovaný počet MJ na obdobie 48 mes.	Nová hodnota Požadovaný počet MJ na obdobie 48 mes.	Odôvodnenie:
Položka č. 1	Valvuloplastický katéter	ks	31	60	Verejný obstarávateľ prehodnotil množstvá a navýšil počty na 60 ks z dôvodu narastajúceho počtu pacientov na mitrálnu valvuloplastiku.

Časť č. 5 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na cievné uzatváracie systémy

Položka č.	Názov položky predmetu zákazky	Merná jednotka (MJ)	Požadovaný počet MJ na obdobie 48 mes.
Položka č. 1	Cievne uzatváracie systémy	ks	396

Časť č. 6 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na kinkrezistentné zavádzače

Položka č.	Názov položky predmetu zákazky	Merná jednotka (MJ)	Požadovaný počet MJ na obdobie 48 mes.
Položka č. 1	Kinkrezistentné zavádzače	ks	306

3.2 Otváranie predmetu zákazky

Požaduje sa otváranie jednotlivých častí PZ.

3.3 Dostupnosť na trhu:

Bežná dostupnosť Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na set na transkatérovú balónkovú mitrálnu valvuloplastiku

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK	JN Development, s.r.o.	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	ODÔVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty.	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
Položka č. 1 - Set na transkatérovú balónkovú mitrálnu valvuloplastiku	Položka č. 1	Položka č. 1 - Set na transkatérovú balónkovú mitrálnu valvuloplastiku	
1. Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na set na transkatérovú balónkovú mitrálnu valvuloplastiku pozostávajúci z:	spĺňa	1. Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na set na transkatérovú balónkovú mitrálnu valvuloplastiku pozostávajúci z:	
1.1 balónkového katétra s pásovým zužením v strede:	spĺňa	1.1 balónkového katétra s pásovým zužením v strede:	
1.1.1 je vyrobený z dvoch vrstiev latexu medzi ktorými je micro mriežka z nylonu, čím je zabezpečená vyššia odolnosť voči tlaku a zároveň sa znižuje riziko prasknutia balónika,	spĺňa	1.1.1 je vyrobený z dvoch vrstiev latexu medzi ktorými je micro mriežka z nylonu, čím je zabezpečená vyššia odolnosť voči tlaku a zároveň sa znižuje riziko prasknutia balónika,	
1.1.2 vonkajší priemer 12 F,	spĺňa	1.1.2 vonkajší priemer 12 F,	
1.1.3 dĺžka 70 cm,	spĺňa	1.1.3 dĺžka 70 cm,	
1.2 zo zavádzacieho inštrumentária, ktoré sa skladá z:	spĺňa	1.2 zo zavádzacieho inštrumentária, ktoré sa skladá z:	
1.2.1 <i>kovovej trubice na ovládanie balónika</i>	spĺňa	1.2.1 <i>kovovej trubice na ovládanie balónika</i>	
1.2.1.1 slúži na predženie a natiahnutie balónika,	spĺňa	1.2.1.1 slúži na predženie a natiahnutie balónika,	
1.2.1.2 vonkajší priemer 1,2 mm,	spĺňa	1.2.1.2 vonkajší priemer 1,2 mm,	
1.2.1.3 dĺžka 80 cm,	spĺňa	1.2.1.3 dĺžka 80 cm,	
1.2.2 <i>dilatátora</i>	spĺňa	1.2.2 <i>dilatátora</i>	
1.2.2.1 slúži na dilatáciu miesta vstupu pre balónkový katéter,	spĺňa	1.2.2.1 slúži na dilatáciu miesta vstupu pre balónkový katéter,	
1.2.2.2 vonkajší priemer 14 F,	spĺňa	1.2.2.2 vonkajší priemer 14 F,	
1.2.2.3 dĺžka 70 cm,	spĺňa	1.2.2.3 dĺžka 70 cm,	
1.2.3 <i>vodiča</i>	spĺňa	1.2.3 <i>vodiča</i>	
1.2.3.1 vodiaci drôt slúžiaci na zavedenie balónkového katétra a dilatátora,	spĺňa	1.2.3.1 vodiaci drôt slúžiaci na zavedenie balónkového katétra a dilatátora,	
1.2.3.2 veľkosť 0,25" inch,	spĺňa	1.2.3.2 veľkosť 0,25" inch,	
1.2.3.3 dĺžka 170 cm,	spĺňa	1.2.3.3 dĺžka 170 cm,	
1.2.4 <i>pružného vodiča</i>	spĺňa	1.2.4 <i>pružného vodiča</i>	
1.2.4.1 slúži na uľahčenie zavedenia balónkového katétra k mitrálnu chlopni,	spĺňa	1.2.4.1 slúži na uľahčenie zavedenia balónkového katétra k mitrálnu chlopni,	
1.2.4.2 vonkajší priemer 0,38" inch,	spĺňa	1.2.4.2 vonkajší priemer 0,38" inch,	
1.2.4.3 dĺžka 80 cm,	spĺňa	1.2.4.3 dĺžka 80 cm,	
1.2.5 <i>meradla</i>	spĺňa	1.2.5 <i>meradla</i>	
1.2.6 <i>striekačky</i> ,	spĺňa	1.2.6 <i>striekačky</i> ,	
2. Požaduje sa zabalenie v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov setu, zloženie setu, expiráciu setu a čiarový kód setu.	spĺňa / 2.427- € / kompletný set	2. Požaduje sa zabalenie v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov setu, zloženie setu, expiráciu setu a čiarový kód setu.	

Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na špeciálny zdravotnícky materiál k prístroju Rotablator Systém

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK	PHARMA GROUP, a.s.	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	ODÔVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie

Stanovenie definitívnych požiadaviek na predmet zákazky

Pôvodné požiadavky poskytnuté potenciálnym dodávateľom v rámci PTK		Slomed s.r.o.	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	ODŮVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty.	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
Položka č. 1 - Katéter		Položka č. 1	Položka č. 1 - Katéter	
1.	Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na špeciálny zdravotnícky materiál k prístroju Rotablator Systém:	spĺňa	1. Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na špeciálny zdravotnícky materiál k prístroju Rotablator Systém:	
1.1	musí byť kompatibilný s prístrojom Rotablator Systém,	spĺňa	1.1 musí byť kompatibilný s prístrojom Rotablator Systém,	
1.2	musí obsahovať vrtáček, špirálovitý hnací hriadeľ, plášť, prípojku katétra a telo katétra,	spĺňa	1.2 musí obsahovať vrtáček, špirálovitý hnací hriadeľ, plášť, prípojku katétra a telo katétra,	
1.3	vrtáček musí byť pokrytý diamantovou vrstvou a telo musí byť pokryté jemnými diamantovými časticami,	spĺňa	1.3 vrtáček musí byť pokrytý diamantovou vrstvou a telo musí byť pokryté jemnými diamantovými časticami,	
1.4	vrtáček musí otáčaním umožňovať vykonávanie ablácie okluzívneho tkaniva,	spĺňa	1.4 vrtáček musí otáčaním umožňovať vykonávanie ablácie okluzívneho tkaniva,	
1.5	vrtáček musí byť poháňaný pružným špirálovitým hnacím hriadeľom, ktorého stredový lumen umožňuje prechod vodiaceho drôtu,	spĺňa	1.5 vrtáček musí byť poháňaný pružným špirálovitým hnacím hriadeľom, ktorého stredový lumen umožňuje prechod vodiaceho drôtu,	
1.6	prípojka zavadzача spoločne s prípojkou katétra musia umožňovať oddelenie a spätné pripojenie katétra a zavadzача,	spĺňa	1.6 prípojka zavadzача spoločne s prípojkou katétra musia umožňovať oddelenie a spätné pripojenie katétra a zavadzача,	
1.7	požadovaná dĺžka katétra min. 135 cm,	spĺňa	1.7 požadovaná dĺžka katétra min. 135 cm,	
1.8	požadovaná veľkosť vrtáčikov: 1,25 mm; 1,5 mm; 1,75 mm; 2,0 mm; 2,15 mm; 2,25 mm; 2,38 mm; 2,5 mm,	spĺňa	1.8 požadovaná veľkosť vrtáčikov: 1,25 mm; 1,5 mm; 1,75 mm; 2,0 mm; 2,15 mm; 2,25 mm; 2,38 mm; 2,5 mm,	
1.9	požadovaný priemer plášte: 1,4 mm (0,058 in), skosenie smerom dopredu,	spĺňa	1.9 požadovaný priemer plášte: 1,4 mm (0,058 in), skosenie smerom dopredu,	
1.10	hriadeľ lubrikovaný fyziologickým roztokom,	spĺňa	1.10 hriadeľ lubrikovaný fyziologickým roztokom,	
1.11	proximálny koniec hriadeľa musí byť trvale pripojený k telu katétra a následne k zavadzачу.	spĺňa	1.11 proximálny koniec hriadeľa musí byť trvale pripojený k telu katétra a následne k zavadzачу.	

Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na riadené kontrastné infúzie angiografických postupov

Pôvodné požiadavky poskytnuté potenciálnym dodávateľom v rámci PTK		Slomed s.r.o.	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	ODŮVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty.	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
Položka č. 1 - Angiografický set I. (Angio Touch)		Položka č. 1	Nová hodnota Položka č. 1 - Angiografický set I.	
1.	Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na riadené kontrastné infúzie angiografických postupov:	spĺňa	1. Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na riadené kontrastné infúzie angiografických postupov:	
1.1	ručný ovládač (Angio Touch®) *	spĺňa	1.1 Nová hodnota ručný ovládač	
1.1.1	umožňuje precíznú reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky	spĺňa	1.1.1 umožňuje precíznú reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky	
1.1.2	prepojenie na Injektor Acist Cvi	spĺňa	1.1.2 prepojenie na Injektor Acist Cvi	
1.1.3	má dve tlačidlá:	spĺňa	1.1.3 má dve tlačidlá:	
a)	horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky	spĺňa	a) horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky	
b)	spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom	spĺňa	b) spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom	
1.2	trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou	spĺňa	1.2 trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou	
1.3	vysokotlakovú hadicu rôznych dĺžok	spĺňa	1.3 vysokotlakovú hadicu rôznych dĺžok	
1.3.1	AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 cm)	spĺňa	1.3.1 AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 cm)	
1.3.2	AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 cm)	spĺňa	1.3.2 AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 cm)	
Položka č. 2 - Angiografický set II. (Acist Cvi)		Položka č. 2	Nová hodnota Položka č. 2 - Angiografický set II.	
1.	tlakový prevodník	spĺňa	1. tlakový prevodník	
1.1	zbernú hadicu	spĺňa	1.1 zbernú hadicu	
1.2	hadicu fyziologického roztoku	spĺňa	1.2 hadicu fyziologického roztoku	
1.3	hrot fyziologického roztoku	spĺňa	1.3 hrot fyziologického roztoku	
1.4	ručnú striekačku	spĺňa	1.4 ručnú striekačku	
2.	Multi-use Syringe	spĺňa	2. Multi-use Syringe	
2.1	100 ml striekačku	spĺňa	2.1 100 ml striekačku	
2.2	hrot fyziologického roztoku	spĺňa	2.2 hrot fyziologického roztoku	
2.3	hadicu na kontrastnú látku	spĺňa	2.3 hadicu na kontrastnú látku	
2.4	posuvnú svorku	spĺňa	2.4 posuvnú svorku	
3.	ručný ovládač (Angio Touch®) *	spĺňa	3. Nová hodnota ručný ovládač	
3.1	umožňuje precíznú reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky	spĺňa	3.1 umožňuje precíznú reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky	
3.2	prepojenie na Injektor Acist Cvi	spĺňa	3.2 prepojenie na Injektor Acist Cvi	
3.3	má dve tlačidlá:	spĺňa	3.3 má dve tlačidlá:	
a)	horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky	spĺňa	a) horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky	
b)	spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom	spĺňa	b) spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom	
4.	trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou	spĺňa	4. trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou	
5.	vysokotlakovú hadicu rôznych dĺžok	spĺňa	5. vysokotlakovú hadicu rôznych dĺžok	
5.1	AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)	spĺňa	5.1 AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)	
5.2	AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra)	spĺňa	5.2 AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra)	

Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na valvuloplastický katéter

Pôvodné požiadavky poskytnuté potenciálnym dodávateľom v rámci PTK		SK Medic s.r.o.	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	ODŮVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie

Stanovenie definitívnych požiadaviek na predmet zákazky

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		Biomedica Slovakia, s.r.o.	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	ODŮVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Položka č. 1 - Valvuloplastický katéter		Položka č. 1	Položka č. 1 - Valvuloplastický katéter	
1.	Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na valvuloplastický katéter:	spĺňa / 1263,88	1. Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na valvuloplastický katéter:	
1.1	používa sa pri liečbe stenózy aortálnej chlopne a zaručuje optimálny výkon v inštalácii TAVI	spĺňa	1.1 používa sa pri liečbe stenózy aortálnej chlopne a zaručuje optimálny výkon v inštalácii TAVI	
1.2	valvuloplastický katéter pre dospelých a špeciálny dizajn TYP B umožňuje presné a ľahké umiestnenie, čo zaisťuje vynikajúcu stabilitu valvuloplastického balóna, zaručuje optimálny výkon pri Transluminalnej aortálnej valvuloplastickej intervencii	spĺňa	1.2 valvuloplastický katéter pre dospelých a špeciálny dizajn TYP B umožňuje presné a ľahké umiestnenie, čo zaisťuje vynikajúcu stabilitu valvuloplastického balóna, zaručuje optimálny výkon pri Transluminalnej aortálnej valvuloplastickej intervencii	
1.3	požaduje sa nominálny priemer: 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 23 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 35 mm	spĺňa	1.3 požaduje sa nominálny priemer: 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 23 mm	
1.4	dĺžka balóna: 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm	spĺňa	1.4 dĺžka balóna: 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm	
1.5	rozmer závädzača: 7 F, 8 F, 9 F, 10 F, 12 F, 16 F	spĺňa	1.5 rozmer závädzača: 7 F, 8 F, 9 F, 10 F, 12 F, 16 F	
1.6	priemer vodiaceho drôtu: .035", .038"	spĺňa	1.6 priemer vodiaceho drôtu: .035", .038"	
1.7	kapacita balóna (ml): 7,5; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 15,2; 17,5; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 27; 28; 29; 35; 40; 44; 53; 65; 90 ml.	spĺňa	1.7 kapacita balóna (ml): 7,5; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 15,2; 17,5; 18; 19; 20; 21;	

Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na cieвне uzatváracie systémy

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		Biomedica Slovakia, s.r.o.	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	ODŮVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Položka č. 1 - Cieвне uzatváracie systémy		Položka č. 1	Položka č. 1 - Cieвне uzatváracie systémy	
Pôžadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty.	Pôžadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
1.	Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na cieвне uzatváracie systémy:	spĺňa	1. Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na cieвне uzatváracie systémy:	
1.1	špeciálny uzatvárací systém pozostávajúci z dvojložkového vstrebatelného materiálu s RTG markerom	spĺňa	1.1 špeciálny uzatvárací systém pozostávajúci z dvojložkového vstrebatelného materiálu s RTG	
1.2	so zreteľom na uzatváranie katetrizačného prístupu z femorálnej artérie špeciálne do 25F vonkajšieho diametra	spĺňa	1.2 so zreteľom na uzatváranie katetrizačného prístupu z femorálnej artérie špeciálne do 25F vonkajšieho diametra	
1.3	indikovaný na použitie po transkatérovej implantácii aortálnej chlopne a perkutánnej implantácii podporných komorových systémov (PVAD, ECMO, PulsCath) ako aj po ednovaskulárnych technikách	spĺňa	1.3 indikovaný na použitie po transkatérovej implantácii aortálnej chlopne a perkutánnej implantácii podporných komorových systémov (PVAD, ECMO, PulsCath) ako aj po ednovaskulárnych technikách	
1.4	požaduje sa veľkosť systému 14F je indikovaný na použitie 10-14F pošviček	spĺňa	1.4 požaduje sa veľkosť systému 14F je indikovaný na použitie 10-14F pošviček	
1.5	18F systém je indikovaný na uzavretie punkcie po použití 15-18F (maximálny vonkajší priemer 25F).	spĺňa	1.5 18F systém je indikovaný na uzavretie punkcie po použití 15-18F (maximálny vonkajší priemer 25F).	

Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na kinkrezistentné závädzače

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	ODŮVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Položka č. 1 - Kinkrezistentné závädzače		Položka č. 1	Položka č. 1 - Kinkrezistentné závädzače	
Pôžadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty.	Pôžadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
1.	Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na kinkrezistentné závädzače:	spĺňa	1. Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na kinkrezistentné závädzače:	
1.1	použiteľné aj pri implantácii brušných stentgraftov	spĺňa	1.1 použiteľné aj pri implantácii brušných stentgraftov	
1.2	dvojito taperované pre ľahké a bezpečné závädzenie	spĺňa	1.2 dvojito taperované pre ľahké a bezpečné závädzenie	
1.3	požadujú sa veľkosti 14F, 16F, 18F a 20F, na 0,035 vodič s hemostatickou chlopkou zabraňujúcou aspirácii a minimalizáciou krvácania.	spĺňa	1.3 požadujú sa veľkosti 14F, 16F, 18F a 20F, na 0,035 vodič s hemostatickou chlopkou zabraňujúcou aspirácii a minimalizáciou krvácania.	

5. ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK	Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.	JN Development s.r.o.	SK Medic s.r.o.	Biomedica Slovakia, s.r.o.	Slomed s.r.o.	PHARMA GROUP, a.s.	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa dodanie:	Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje, resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu).						Požaduje sa:
1.1 Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody na 48 mesiacov od momentu jej uzavretia, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.1 Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody na 48 mesiacov od momentu jej uzavretia, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho,
1.2 Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výzev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.2 Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výzev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
1.3 Požaduje sa dodanie tovaru:	akceptujem		akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.3 Požaduje sa dodanie tovaru:
1.3.1 do 24 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,	akceptujem	neakceptujem / Štandardný minimálny čas doručenia je 48 hodín	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.3.1 Nová hodnota: - do 24 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi (táto lehota dodania sa týka častí č. 1, 2, 4, 5 a 6) - do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi (táto lehota dodania sa týka častí č. 3)
1.3.2 v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.3.2 v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
1.3.3 v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.3.3 v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,
1.3.4 na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.3.4 na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa,
1.3.5 s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo zmluvy, ŠUKL kód (ak je to relevantné), kód MZSR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	neakceptujem / Faktúra vystavená dodávateľom slobodne ako dodací list, nakoľko obsahuje všetky náležitosti o tovare. Všetky vymenované požiadavky sú obsahom faktúry.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.3.5 Plati pôvodná hodnota: s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo zmluvy, ŠUKL kód (ak je to relevantné), kód MZSR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie

Stanovenie definitívnych požiadaviek na predmet zákazky

<p>1.4 V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<p>1.4 V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).</p>
<p>1.5 Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<p>1.5 Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.</p>
<p>1.6 Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<p>1.6 Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu.</p>
<p>1.7 Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom po elektronickej aukcii stane: 1. uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre verejného obstarávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ s DPH je vyššia ako bola jeho konečná jednotková cena za MJ s DPH, za ktorú ho verejný obstarávateľ nakupoval od uchádzača pred vyhlásením predmetnej súťaže, alebo 2. uchádzač, ktorý verejnemu obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<p>1.7 Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom po elektronickej aukcii stane: 1. uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre verejného obstarávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ s DPH je vyššia ako bola jeho konečná jednotková cena za MJ s DPH, za ktorú ho verejný obstarávateľ nakupoval od uchádzača pred vyhlásením predmetnej súťaže, alebo 2. uchádzač, ktorý verejnemu obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:</p>
<p>1.7.1 verejný obstarávateľ požiadava víťazného uchádzača po ukončení elektronickej aukcie o doručenie písomného zdôvodnenia navýšenia konečnej jednotkovej ceny za MJ s DPH príslušnej položky predmetu zákazky oproti aktuálnemu alebo predchádzajúcomu zmluvnému vzťahu a po vyhodnotení predloženeho vysvetlenia:</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<p>1.7.1 verejný obstarávateľ požiadava víťazného uchádzača po ukončení elektronickej aukcie o doručenie písomného zdôvodnenia navýšenia konečnej jednotkovej ceny za MJ s DPH príslušnej položky predmetu zákazky oproti aktuálnemu alebo predchádzajúcomu zmluvnému vzťahu a po vyhodnotení predloženeho vysvetlenia:</p>
<p>a) v prípade uznania oprávnenosti navýšenia konečnej jednotkovej ceny za MJ s DPH príslušnej položky predmetu zákazky uzavrie verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom zmluvný vzťah,</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<p>a) v prípade uznania oprávnenosti navýšenia konečnej jednotkovej ceny za MJ s DPH príslušnej položky predmetu zákazky uzavrie verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom zmluvný vzťah,</p>
<p>b) v prípade neuznania oprávnenosti navýšenia konečnej jednotkovej ceny s DPH príslušnej položky predmetu zákazky bude verejný obstarávateľ považovať ponuku uchádzača za ponuku obsahujúcu zjavne nevýhodné podmienky pre verejného obstarávateľa, čím dôjde k naplneniu dôvodov osobitného zreteľa, pre ktoré verejný obstarávateľ neuzavrie s víťazným uchádzačom zmluvný vzťah a zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 zákona o VO.</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<p>b) v prípade neuznania oprávnenosti navýšenia konečnej jednotkovej ceny s DPH príslušnej položky predmetu zákazky bude verejný obstarávateľ považovať ponuku uchádzača za ponuku obsahujúcu zjavne nevýhodné podmienky pre verejného obstarávateľa, čím dôjde k naplneniu dôvodov osobitného zreteľa, pre ktoré verejný obstarávateľ neuzavrie s víťazným uchádzačom zmluvný vzťah a zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 zákona o VO.</p>
<p>1.8 Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné) v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a diétických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, c) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, d) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov.</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<p>1.8 Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné) v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a diétických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, c) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, d) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou,</p>
<p>1.9 V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.</p> <p>Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia skutočnosti, resp. od oznámenia zistené skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa zmluvy.</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<p>1.9 V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.</p> <p>Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však</p>
<p>1.10 V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<p>1.10 V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou 1</p>
<p>1.11 Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných SZM, zmena SUKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou v niektorých cenových opatreniach uvedených v týchto zmluvných podmienkach.</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<p>1.11 Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných SZM, zmena SUKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.).</p>
<p>1.12 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<p>1.12 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.</p>
<p>1.13 Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v predchádzajúcich bodoch.</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<p>1.13 Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v predchádzajúcich bodoch.</p>
<p>1.14 Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto zmluvného vzťahu sú spracúvané kupujúcim na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR</p>	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	<p>1.14 Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto zmluvného vzťahu sú spracúvané kupujúcim na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o</p>