



FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Slovenská republika

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/☎

Banská Bystrica

FNsP FDR/RVO/18/2021/79

Mgr. Anna Špitalská
+421 48 441 3240

05.01.2020

Vec : Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č.1 k predmetu zákazky:
Ultrazvukové sonografické prístroje – Projekt.

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov na vyhlásenú verejnú súťaž na predmet zákazky „**Ultrazvukové sonografické prístroje – Projekt**“, ktorá bola vyhlásená v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2020/S 247-610690 zo dňa 18.12.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 267/2020 zo dňa 21.12.2020 s ozn. 45311-MST, v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

V časti č. 2: USG prístroje v počte 10 ks vrátane súvisiacich služieb Vás chceme požiadať o úpravu nasledovných parametrov:

Otázka č. 1

V bode 1.11. požadujete „Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu min. 20 cm.“

Nie všetky prístroje umožňujú výškové nastavenie v rozsahu 20cm. Nakoľko verejný obstarávateľ nedefinuje výšku ovládacieho panela, je podľa nášho názoru bezpredmetné definovať rozsah. Každý výrobca má inú výšku ovládacieho panela a pri každom výrobcovi rozsah nastavenie 20 cm znamená inú konečnú výšku ovládacieho panela. Za účelom otvorenia súťaže viacerým výrobcom navrhujem úpravu špecifikácie na „Výškovo nastaviteľný ovládací panel“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať zmenu špecifikácie?

Odpoveď k otázke č. 1

Verejný obstarávateľ trvá na zadanej špecifikácii s p.č. 1.11. pre časť č. 2 „Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu: min. 20 cm“.

Verejným obstarávateľom požadovaná funkcionálna so zadaným rozsahom výškového nastavenia ovládacieho panela má podstatný význam pre vyšetrujúceho lekára pri diagnostike pacientov, ktorých je potrebné vyšetrovať ako v sede, tak aj v stojí. Zadanie parametra bez uvedenia rozsahu výškového nastavenia ovládacieho panela by mohlo viesť k obstaraniu zariadení, ktoré by nenaplnili požadovaný účel použitia obstarávaných USG prístrojov.

Otázka č. 2

V bode 1.16. požadujete „Súčasťou prístroja je batéria s možnosťou prevádzky po dobu min. 40 minút“. Za účelom otvorenia súťaže navrhujem úpravu špecifikácie na „Súčasťou prístroja je batéria s možnosťou prevádzky po dobu min. 30 minút“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať zmenu špecifikácie?

Odpoveď k otázke č. 2

Verejný obstarávateľ súhlasí s navrhovanou zmenou špecifikácie.

Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch v časti „C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY“ **upravuje pre časť č. 2 „USG prístroje v počte 10 ks vrátane súvisiacich služieb** pre lôžkové oddelenia a ambulancie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica“ **parameter s p.č. 1.16.** na nasledovné znenie:

Súčasťou prístroja je batéria s možnosťou prevádzky po dobu: min. 30 minút.

Na základe uvedeného dochádza k zmene v súťažných podkladoch a to v časti:

C. Opis predmetu zákazky – v tabuľke s požadovanou technickou a funkčnou špecifikáciou pre časť č. 2.

A tiež v editovateľnej podobe Opisu predmetu zákazky pre časť č. 2.

Uvedená zmena je vyznačená v súťažných podkladoch a tiež v editovateľnej podobe opisu predmetu zákazky pre časť č. 2 (*zmena ja označená žltým podfarbením*).