

Záujemcovia

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Miesto odoslania / Dátum
	SZ_DS_RZCOV_03	Mikušček/ 0918 600 969	Trnava/ 21.01.2021

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 2**

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s., so sídlom Veľkobláhovská 23, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S5 zo dňa 08.01.2021 pod značkou 2021/S 005-004503 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **05/2021 z 11.01.2021 pod zn. 711 – MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Rádiologické zariadenia (CoV)**“.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 1 predmetu zákazky Digitálny skiagrafický RTG prístroj.

Otázka č. 5:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať pozdĺžny posuv statívu RTG žiariča 2 010 mm?

	Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
9.	Pozdĺžny posuv statívu RTG žiariča min. 2300 mm	2 010 mm

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ vzhľadom na poznanie klinických limitácií pri úprave pozdĺžneho posuvu statívu RTG žiariča by nebol schopný v požadovanom klinickom rozsahu realizovať škálu vyšetrení u imobilných pacientov na lôžku ako aj pacientov na vozíku mimo statívu RTG prístroja. Z tohto dôvodu nevyhovuje požiadavke uchádzača.

Otázka č. 6:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať nami ponúkaný stroj s možnosťou mechanického synchronizovaného pohybu s vyšetrovacím stolom?

	Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
--	----------------------	--------------------

12.	Motorizovaný synchronizovaný pohyb s vertikálnym statívom a vyš. stolom	Mechanický synchronizovaný pohyb s vyšetrovacím stolom
-----	---	--

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ trvá na dodržaní pôvodného parametra, ktorý prispieva ku komfortu a rýchlosti prevádzaných úkonov pri vyšetrení. Uvedený parameter spĺňa dostatok modelov od viacerých výrobcov na trhu.

Otázka č. 7:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať vyberateľný detektor pre vertigraf s rozmermi 38 x 46 cm? Aktívna plocha detektora je 34,8 x 42,5 cm.

	Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
23.	Vo vertigrafe pevne zabudovaný detektor s rozmerom min. 41 x 41 cm	38 x 46 cm, vyberateľný

Odpoveď č. 7:

Verejný obstarávateľ trvá na dodržaní pôvodného parametra. Uvedený parameter spĺňa dostatok modelov od viacerých výrobcov na trhu, jedná sa o štandardný rozmer.

Otázka č. 8:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať nami ponúkaný stroj bez sklápania do horizontálnej roviny od vertikály?

	Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
26.	Sklápanie do horizontálnej roviny od vertikály v rozsahu min. (-20/+90)° stupňov	Bez sklápania

Odpoveď č. 8:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke na dodanie vertigrafu so sklápaním v uvedenom rozsahu a odôvodňuje potrebou realizovania škály skiagrafických vyšetrení v diagnostike traumy hrudníka, taktiež šikmé snímky na abdomen a ostatný skelet / špec. proj. na končatiny/ - medicínsky rozsah traumatológia, chirurgia, ortopédia dospelí i deti . Uvádzame že nie možné aj s ohľadom na radiačnú hygienu tieto vyšetrenia realizovať na CT prístroji s výrazne väčšou radiačnou záťažou pre pacienta, finančnými nákladmi a v neposlednom rade v odôvodnení pre zdravotnú poisťovňu.

Otázka č. 9:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať prídavnú filtráciu na kolimátore z týchto možností?

A) 0.5mmAl+0.1mmCu

B) 1mmAl+0.2mmCu

C) 1mmAl+0.5mmCu

	Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
27	Kolimátor - prídavná filtrácia na kolimátore Al, Cu v intervale 0,1mm - 0,3 mm	0.5mmAl+0.1mmCu 1mmAl+0.2mmCu 1mmAl+0.5mmCu

Odpoveď č. 9:

Verejný obstarávateľ presne vymedzil iba parameter filtrácie pri Cu, t.z. že uchádzač spĺňa daný parameter pri použití filtrácie podľa A aj B.

Otázka č. 10:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať nami ponúkaný stroj s možnosťou mechanického synchronizovaného pohybu s vyšetrovacím stolom?

	Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
28	Svetelná clona synchronizovaná s izocentrom vertikálneho statívu resp.stola	Nie

Odpoveď č. 10:

Verejný obstarávateľ trvá na dodržaní pôvodného parametra. Uvedený parameter spĺňa dostatok modelov od viacerých výrobcov na trhu.

Otázka č. 11:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať nami ponúkané parametre akvizičnej stanice ponúkaného stroja?

Intel Core i5-2520 vPro processor, 3.2GHz, CD/DVD RW,

- 4GB RAM
- Win 7 PRO
- 320 GB HDD
- Intel PRO/1000 GT Network Connection
- 23" LCD Multi-touch Monitor - 178 degree Viewing Angle
- 1920 x 1084 Native Resolution

	Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
34.1.	Akvizičná stanica RAM min. 8 GB	4 GB

	Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
34.2.	Kapacita pevného disku min. 500 GB	320 GB

	Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
34.3.	DVD+/-RW / Blu-ray RW	DVD+/-RW

	Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
34.6.	Kapacita akvizičnej pracovnej stanice v DICOM formáte min. 10 000 obrazov	Nie

Odpoveď č. 11:

Verejný obstarávateľ trvá na dodržaní pôvodných parametrov stanice, ktoré považuje za štandardné a splniteľné. Uvedené parametre spĺňa dostatok modelov od viacerých výrobcov na trhu. Verejný obstarávateľ akceptuje iba zmenu parameter 34.3. a akceptuje mechaniku DVD+/-RW bez Blu-ray RW.

Otázka č. 12:

Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe č. 1.1 SP - Špecifikácia predmetu zákazky v uvedenej časti zákazky nasledovné :

časť zákazky	P.č. v špecifikácii PZ	Verejným obstarávateľom požadovaný technický parameter	Uchádzačom predložený technický parameter
ČASŤ 1: Digitálny skiagrafický RTG prístroj	p, č. 9.	Pozdĺžny posuv statívu RTG žiariča min. 2300 mm	min. 2000 mm

Uvedený rozdiel v technickom parametri nemá pre koncového užívateľa žiadny vplyv na funkčnosť zariadenia a kvalitu medicínskeho vyšetrenia. Bude Verejný obstarávateľ

akceptovať dodanie digitálneho skiagrafického RTG prístroja s pozdĺžnym posuvom statívu RTG žiariča min . 2 000 mm ?

Odpoveď č. 12:

Verejný obstarávateľ vzhľadom na poznanie klinických limitácií pri úprave pozdĺžneho posuvu statívu RTG žiariča by nebol schopný v požadovanom klinickom rozsahu realizovať škálu vyšetrení u imobilných pacientov na lôžku ako aj pacientov na vozíku mimo statívu RTG prístroja. Z tohto dôvodu nevyhovuje požiadavke uchádzača.

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikuščík

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie