



V Trenčíne, dňa 18.02.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 1 a 2

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	USG prístroj pre Infekčné oddelenie
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 02.02.2021, pod č. 2021/S 022-052045 a vo Vestníku VO č. 34/2021 dňa 03.02.2021 pod sp.zn.č. 9375-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 1-1

V bode č. 6 „Nastaviteľný pult obsluhy výškovo“ požaduje „min. 20cm“. Budete akceptovať zmenu hodnoty na „min. 18cm“?

Odpoveď 1-1:

Nie, verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke.

Otázka 1-2

V bode č. 19 požadujete „HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup“. Budete akceptovať zmenu formulácie na „HDMI alebo VGA alebo DVI výstup“? Z HDMI výstupu je možné redukciami urobiť akýkoľvek video výstup.

Odpoveď 1-2:

Nie, verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke. Je nevyhnutné zabezpečiť redukcie pre VGA alebo DVI výstup.

Otázka 1-3

V bode č. 28 požadujete „M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov“. Budete akceptovať zmenu formulácie na „M-mód a farebný M-mód“? Bohužiaľ náš výrobca neumožňuje zmenu uhlov v M-móde.

Odpoveď 1-3:

Nie, verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke.



Otázka 1-4

V bode č. 37 požadujete „Vyšetrenie kompresnou elastografiou vrátane kvantifikácie na konvexnej a lineárnej sonde“. Budete akceptovať zmenu formulácie na „Vyšetrenie kompresnou elastografiou lineárnej sonde“? Bohužiaľ náš výrobca neumožňuje vyšetrenie kompresnou elastografiou na konvexnej sonde. Kompresnú elastografiu vieme ponúknuť na lineárnych, vaginálnych a reálnych sondách. Na konvexnej sonde vieme ponúknuť „Elastografia typu shear wave“ ktorú požadujete v bode 43 a 44.

Odpoveď 1-4:

Nie, verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke.

Otázka 1-5

V bode č. 55 požadujete „Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod“. Táto funkcia je pri nami ponúkaných prístrojoch dostupná pri farebnom mapovaní prietokov a meraní rýchlosti prietoku. Fokusačný bod si USG prístroj prispôsobí miestu kde sa meranie realizuje. V B-móde v závislosti od hĺbky zobrazenia sa môžu pridať / odobrať fokusačné body ale ich pozícia sa mení manuálne. Budete akceptovať vyššie popísaný typ fokusácie?

Odpoveď 1-5:

Nie, verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke.

Otázka 1-6

V bode č. 77 požadujete „Softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou“. Budete akceptovať zmenu formulácie na „Softvér pre kontrastné vyšetrenie“?

Odpoveď 1-6:

Nie, verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke.

Otázka 1-7

V bode č. 84 požadujete „4. mikrokonvexná alebo vektorová sonda s frekvenčným rozsahom min. 2-7 MHz, počtom elementov 128 elementov, hĺbkou zobrazenia 140 mm a FOV min. 70°“. Budete akceptovať mikrokonvexnú sondu s frekvenčný rozsahom 4-9 MHz?

Odpoveď 1-7:

Nie. Verejný obstarávateľ upravil bod 84 technickej špecifikácie na základe žiadosti o nápravu. Upravená technická špecifikácia je zverejnená v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu.

Otázka 2-1

V technickej špecifikácii v položke č. 77 sa uvádza: „Softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou-áno“.

Nami ponúknuté zariadenie má softvér pre kontrastné vyšetrenie ale bez 3D rekonštrukcie. Domnievame sa, že pre potreby infekčného oddelenia je takéto riešenie postačujúce a napĺňa požiadavky klinickej praxe.

Otázka: Bude verejný obstarávateľ adceptovať dodanie zariadenia so softvérom pre kontrastné vyšetrenie, ale bez 3D rekonštrukcie?



Odpoveď 2-1:

Nie, verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke a to softvér pre 3D rekonštrukciu kontrastných vyšetrení.

Otázka 2-2

V technickej špecifikácii v položke č.85 sa uvádza: „5.endorektálna “endfire“ sonda - áno“
Domnievame sa, že endfire sonda sa využíva len pri špecializovaných vyšetreniach, navyše takúto sondu vie ponúknuť len jeden jediný dodávateľ. Nami ponúkané zariadenie disponuje endorektálnou sondou, ktorá postačuje pre potreby infekčného oddelenia a zabezpečí možnosť vykonávať všetky požadované vyšetrenia.

Otázka: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať dodanie endorektálnej sondy bez endfire.

Odpoveď 2-2:

Áno, verejný obstarávateľ navrhovanú zmenu akceptuje a upravuje technický parameter v bode 85 technickej špecifikácie, ktorý po úprave znie: „endorektálna sonda“. Upravená technická špecifikácia je zverejnená v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa