



V Trenčíne, dňa 26.03.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 4

**Označenie verejného obstarávania:**

Verejný obstarávateľ	<b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>
Predmet zákazky:	<b>Echokardiografický USG systém</b>
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 02.02.2021, pod č. 2021/S 022-052046 a vo Vestníku VO č. 34/2021 dňa 03.02.2021 pod sp.zn.č. 9373-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

**Otázka 4-1**

V technickej špecifikácii v položke č.8 sa uvádza:

„Porty pre 2D sondy- min. 4“

Nami ponúkaný USG prístroj disponuje 4 portami v kombinácii 3 + 1. Tri porty sú pre 2D sondy a jeden port je pre CW sondu. V rámci technickej špecifikácie sú uvedené tri sondy, ktoré budú zapojené do USG a TEE sonda, ktorá nebýva štandardne pripojená do USG prístroja, ale pripája sa do UG prístroja až pred samotným vyšetrením.

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie takéhoto zariadenia?

**Odpoveď 4-1:**

Áno, verejný obstarávateľ takéto riešenie považuje za ekvivalentné a bude akceptovať dodanie zariadenia s takýmto riešením portov.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník  
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa